

Kancelaria Dyrekcji - (029) 743 76 11 (bezpośredni), (029) 743 76 00 (centrala) i nr wew. 311;
FAX – (0-29) 743 76 05; e-mail: spzoz@wp.pl ; <http://www.szpital-wyszow.com.pl>

Wyszów, dnia 28/02/2017 r.

DEZ/Z/341/ZP- 5/2017

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku
do SPZZOZ w Wyszowie.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Dotyczy części nr 16: Czy Zamawiający w pozycji 42 dopuści do przetargu regulator przepływu o zakresie prędkości podaży 5-250 ml/godz. dla krystaloidów oraz 5-150ml/godz. dla lipidów?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2: Czy w Pakiecie nr 16, w pozycjach 29-36 nie zaszła oczywista pomyłka pisarska przy podawaniu jednostki rozmiaru i Zamawiającemu chodzi o rurki ustno-gardłowe jednorazowego użytku w ośmiu rozmiarach: od rozmiaru 00 do rozmiaru 6 o długościach od 5 cm do 12 cm?

Odpowiedź: Tak, zaszła pomyłka.

Pytanie 3: Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie do odrębnej części asortymentu opisanego w Pakiecie nr 16 w pozycji 38, tj. zestaw do pobierania wydzieliny z dróg oddechowych w czasie odsysania do badań laboratoryjnych? Decyzja Zamawiającego o wydzieleniu opisanego asortymentu pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej jakościowo i cenowo na asortyment opisany w tej pozycji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16, w pozycjach 39 i 40 dopuści używane dotychczas przez Zamawiającego cewniki do odsysania w układzie zamkniętym o długości 57 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Czy ze względu na wycofanie z produkcji i sprzedaży uchwytu do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,0, Zamawiający w Pakiecie 16, w pozycji 43 dopuści uchwyt do rurek intubacyjnych tego samego producenta w rozmiarze 3,5 spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w Pakiecie 16, w pozycji 45 dopuści prowadnice w rozmiarze 2,0 mm zamiast 2,2 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie filtra oddechowego o masie 23 g i mniejszych oporach przepływu 0,6 cm H₂O przy 30 l/min, spełniający pozostałe wymagania SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej

sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a umożliwiają złożenie ofertę tylko jednemu oferentowi oferującej produkty firmy Covidien.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Dotyczy Pakietu nr 5 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy o nieznacznie większych oporach przepływu - 2,7 cm H₂O przy 60 l/min, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ. W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o retoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkowania, ani na jakość oferowanego wyrobu a umożliwiają złożenie ofertę tylko jednemu oferentowi oferującej produkty firmy Covidien.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Dotyczy pakietu nr 21 poz 1,2: Prosimy Zamawiającego o podanie ilości magazynków w opakowaniu zbiorczym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: Dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1,2: Prosimy Zamawiającego o podanie ilości klipsów w magazynku, ponieważ na rynku są dostępne po 4, 6 i 10 klipsów w magazynku.

Odpowiedź: Po 6 klipsów w magazynku.

Pytanie 11: Dotyczy pakietu nr 21 pozycja 1,2: Czy Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia producenta, że oferowane klipsy są wykonane w całości z tytanu odpowiadającym stosownym normom dla tytanowych implantów chirurgicznych, nie generujących żadnego istotnie klinicznego ryzyka dla pacjenta poddawanego badaniu w rezonansie magnetycznym o natężeniu pola do 3 Tesli. Oświadczenie takie pozwala na bezpieczne wykonywanie badań diagnostycznych w rezonansie magnetycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12: Dotyczy SIWZ: Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13: Dotyczy JEDZ: Prosimy o potwierdzenie czy w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dotyczącej kryterium kwalifikacji, wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV.

Odpowiedź: Zgodnie z ustawą pzp.

Pytanie 14: Dotyczy § 5 ust 5 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o treść: po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania zobowiązania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15: Dotyczy § 7 ust 3 wzoru umowy: Zwracamy się do Zamawiającego o rozszerzenie zapisu o treść: z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16: dotyczy SIWZ: Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o odstąpienie wymogu dołączenia próbek do każdej pozycji asortymentowej i dostarczenia katalogów do oceny zgodności oferowanego towaru wraz z opisem.

Uzasadnienie:

- Zamawiający wzywa do złożenia próbek w przypadku kiedy jednym z kryteriów oceny ofert jest jakość zaoferowanego towaru. W innych przypadkach kiedy liczy się tylko i wyłącznie cena i termin dostawy Zamawiający wzywa do dostarczenia katalogów w celu weryfikacji zaoferowanego asortymentu.

W SIWZ ocena ofert jest 95 % cena oraz 40 % dostawa, i w tym wypadku nie ma żadnego uzasadnienia, aby Zamawiający wymagał próbek do każdej pozycji. W związku z tym wnosimy jak na wstępie.

W przypadku negatywnego ustosunkowania się do wniosku prosimy podać uzasadnienie merytoryczne jak i medyczne. Udzielenie odpowiedzi „zgodnie z SIWZ” lub innej odpowiedzi wymijającej nie będzie odpowiedzią na nasz wniosek.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga próbek i katalogów towarów jako zgodności dostaw po podpisaniu umowy. W kryterium w SIWZ jest błąd pisarski. Zgodnie z ogłoszeniem kryterium ofert jest cena: 60 % i termin dostawy 40% liczone:

Cena: C - Cena– 60% (maximum 60 pkt.)

Wartość punktowa dla kryterium cena jest wyliczana według wzoru:

$$C = \frac{C_{\min}}{C_{of}} \times 60$$

C – ilość punktów ocenianej oferty (do drugiego miejsca po przecinku)

C_{\min} – najniższa cena spośród oferowanych

C_{of} – cena z ocenianej oferty

Termin dostawy towaru: (T)– 40% (maximum 40 pkt.), według poniżej podanej skali:

- dostawa towaru 1-3 dni: 40 pkt
- dostawa towaru 4-5 dni: 30 pkt
- dostawa towaru 6-8 dni: 20 pkt

Pytanie 17: dotyczy pakietu nr 1 poz. 3: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody LFO 320, która jest zamiennikiem elektrody LFR 310

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18: dotyczy pakietu nr 1 poz. 6: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19: dotyczy pakietu nr 1 poz. 7: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20: dotyczy pakietu nr 1 poz. 9: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 21: dotyczy pakietu nr 1 poz. 24-25: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22: dotyczy pakietu nr 1 poz. 26: Zwracamy się do Zamawiającego o podanie czy Zamawiający będzie wymagał strzykawek Luer czy Luer Lock

Odpowiedź: Luer Lock.

Pytanie 23: dotyczy pakietu nr 1 poz. 28 i 29: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 24: dotyczy pakietu nr 1 poz. 30: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 25: dotyczy pakietu nr 1 poz. 41: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie żelu do USG o poj. 0,5 l hypoalergicznego bez dodatku aloesu standardowy spełniający resztę postawionych wymagań w SIWZ. Szpital przez wiele lat używał żelu standardowych bez dodatku aloesu.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: dotyczy pakietu nr 1 poz. 45: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie mat wchłanianych na podłogę z wysokochłonny absorbentem minimum 1,5 L o rozmiarze 81x122 cm +/- 2 cm z przyłepcami które umożliwiają przytwierdzenie maty do podłogi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27: dotyczy pakietu nr 1 poz. 45: Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Prośbę swą kierujemy ponieważ matę opisaną w danej pozycji posiada tylko i wyłącznie jedna firma w kraju co utrudnia uczciwą konkurencję i jest wbrew zapisowi art. 7 ustawy PZP.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 45 do pakietu nr 28. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 28: dotyczy pakietu nr 1 poz. 46: Prosimy o określenie ilości sztuk dla każdego rozmiaru (S, M, L, XL) ? Prośbę motywujemy znaczną różnicą cenową pieluchomajtek w zależności od rozmiaru i chłonności. Określenie przez Zamawiającego ilości konkretnych rozmiarów pozwoli na uzyskanie korzystniejszej cenowo oferty.

Odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cm obwód pasa, 10.000 sztuk w rozmiarze min 140 cm obwód pasa.

Pytanie 29: dotyczy pakietu nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 46): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30: dotyczy pakietu nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 46): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w bariery wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Bariery boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnątrz skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje mocz do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 31: dotyczy pakietu nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 46): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkie minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 32: dotyczy pakietu nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 1, pozycja 46; rozmiar XL): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cm obwód pasa, 10.000 sztuk w rozmiarze min 140 cm obwód pasa.

Pytanie 33: dotyczy pakietu nr 2 poz. 25: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie szyny Kramera o wym. 70mmx1500mm lub 90mmx1500mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 34: dotyczy pakietu nr 2 poz. 46: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Kher o rozmiarze ramion 16x38 cm. Prośbę swą kierujemy ponieważ producent który produkował cewniki Kehr w rozmiarze 70x16 wycofał się z produkcji.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu aby była możliwość złożenia oferty na pozostałe pozycje.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 35: dotyczy pakietu nr 3 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 3 poz. 2 do pakietu nr 29. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 36: dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-8: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 37: dotyczy pakietu nr 7 poz. 1-8: Czy Zamawiający będzie wymagał aby igły pochodziły od jednego producenta w celu zachowania pełnej kombatybilności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 38: dotyczy pakietu nr 7 poz. 6,7: Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga aby igły 1,1 oraz igły 1,2 były krótkościęte. Zastosowanie igieł krótko ściętych,

uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale było spowodowane zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 39: dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-4: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem Zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 40: dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-4: Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawkę z rozszerzona skalą o minimum 20 %, co pozwala na szersze wykorzystanie strzykawkę o mniejszej pojemności i dzięki czemu zmniejszy zrzucie strzykawkę o większej pojemności (droższych strzykawkę)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 41: dotyczy pakietu nr 16 poz. 1-26 oraz 29-36: Zwracamy się do Zamawiającego o wydzielenie powyższych pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert co pozwoli na ekonomiczniejsze wykorzystanie środków finansowych szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 16 poz. 1-26 do pakietu nr 30 oraz Zamawiający wydziela z pakietu nr 16 poz. 29-36 do pakietu nr 31. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 42: dotyczy pakietu nr 20 poz. 15: Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie Jednorazowego, niepylnego wysokochłonnego, nie uczulającego podkładu higienicznego na stół operacyjny wykonanego z 2 scalonych powłok: mocnego, nieprzemakalnego laminatu i chłonnego rdzenia na całej długości prześcieradła.. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-2cm) x 225cm (+/- 4cm) O gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć i przeszyc) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta. Wchłanianie co najmniej 4l W zestawie z prześcieradłem transportowym o udźwigu minimum 250kg. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu (opatrzone nazwą produktu lub wytwórcy).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty. Pozytywna odpowiedź pozwoli na złożenie konkurencyjnych ofert co pozwoli na ekonomiczniejsze wykorzystanie środków finansowych szpitala.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43: dotyczy pakietu nr 20 poz. 15: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie jak interpretować zapis że podkładki chłonne mają być „WYKONANE Z DWÓCH SCALONYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI POWŁOK (NIE SKLEJONYCH PUNKTOWO), 5-CIO WARSTWOWE”. CHODZI O WYJAŚNIENIE CO MA BYĆ W OFEROWANYM PODKŁADZIE 5 – CIO WARSTWOWE?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 44: Pakiet 13, pozycja 1,3,5: Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania pojemniki (kanistry) i wkłady konkurencyjnego producenta Vacsax (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy, w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). Oferowany system do odsysania jest najnowocześniejszy, że względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

System nasz charakteryzuje się okrągłymi pojemnikami wielorazowymi, bez żadnych przyłączeń (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Pojemniki wykonane są z przezroczystego, nietłukącego się tworzywa, z niecertyfikowaną skalą pomiarową co 100 ml, z możliwością autoklawowania w temp. do 121°C.

Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny odcinający próżnię i tym samym zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem, jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną.

Wkłady zaopatrzone są w zatyczkę na port pacjenta; samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45: Pakiet 13, pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści mocownik szynowy, kompatybilny z zaczepem kanistrów, bardziej trwały, ponieważ wykonany z metalu, z wygodnym mechanizmem śrubowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 46: Pakiet 13, pozycja 4: Czy zamawiający dopuści łącznik równoważny, kompatybilny z gniazdem próżni w oferowanym systemie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 47: Pakiet 13, pozycja 6: Czy Zamawiający wydzieli pozycję 6 do osobnego pakietu, co sprawi, że dla pakietu nr 13, swoją ofertę złoży więcej niż jeden oferent?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 48: Pakiet 17, pozycja 1: Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu i dopuści wkłady opisane jak w pyt. Pakiet 13, pozycja 1,3,5?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 49: Czy zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji wydzieli z pakietu 18 poz.5 i 6 i dopuści w **poz.1** Zestaw Uniwersalny w składzie :

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-4 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

-1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

-2 samoprzylepne serwety operacyjne wzmocnione 75 cm x 90 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 175 cm x 180 cm

z paskiem samoprzylepnym 80 cm

-1 samoprzylepna serweta operacyjna wzmocniona 150x250cm

z paskami samoprzylepnymi 15 + 70 + 15 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 20x50cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej min. 109 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z pakietu nr 18 pozycję asortymentową nr 5 i 6. W załączeniu zmodyfikowany pakiet nr 18. Zamawiający dopuszcza w poz.1 Zestaw Uniwersalny wg powyższych wskazań.

Pytanie 50: W poz.2 Zestaw do operacji kończyny w składzie:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-2 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

-1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

-1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach (100 cm x 50 cm). Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min 109 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 51: W poz.3 Zestaw do operacji biodra w składzie:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-4 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo Special 80 cm x 145 cm

-1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

-1

samoprzylepna serweta operacyjna 75 cm x 90 cm

-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 110 cm

2 taśmy foliowe samoprzylepne 10 cm x 50 cm

-1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna (ekran anestezyjologiczny) 225 cm x 270 cm z wycięciem "U" 45 cm x 65 cm, z osłoną podpórek kończyn górnych

-1 serweta operacyjna wzmocniona samoprzylepna 225 cm x 280 cm z wycięciem "U" 10 cm x 100 cm ze zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowe łąty chłonne, w serwecie anestezyjologicznej o wymiarach 25 cm x 60 cm, w serwecie dolnej 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwetach operacyjnych pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejenie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 52: W poz.4 Zestaw do artroskopii w składzie:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-2 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

-1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

-1

taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

-1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

-1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 g/m².

Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci

piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji : tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 18 poz. 4 do pakietu nr 32. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 53: W poz.7 Zestaw ginekologiczny w składzie:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-2 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

-1 taśma samoprzylepna 9 cm x 50 cm

-1 serweta samoprzylepna (folia PE) 50 cm x 50 cm

-1 serweta ginekologiczna wzmocniona 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z sitkiem i zaworem.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 54: W poz.8 Zestaw do laparoskopii w składzie:

-1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

-2 ręczniki 30 cm x 40 cm

-1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

-1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260x310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125cm

z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm

z osłoną podpórek na kończyn górnych, ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50x60cm . Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej min. 109 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. Serwety posiadają oznaczenia kierunku rozkładania w postaci piktogramów. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentariuszki. Taśma mocująca w serwecie operacyjnej pokryta klejem hypoalergicznym i repozycjonowalnym (umożliwiającym swobodne odklejenie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału), szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejenie papieru zabezpieczającego. Zestaw sterylny (metoda sterylizacji: tlenek etylenu) jednorazowego użytku. Zestawy pakowane do transportu podwójnie w worek foliowy oraz karton zewnętrzny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 55: Pakiet 10, poz. 1-5: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu ze strzykawkami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 10 poz. 1-5 do pakietu nr 33. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 56: Pakiet 10, poz. 1-3: Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 57: Pakiet 10, poz. 4: Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na podanie ceny za opakowanie 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 58: Pakiet 10, poz. 1-4: W przypadku braku zgody na podanie ceny za opakowanie, proszę o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej za sztukę do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 59: Pakiet 10, poz. 1-5: Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki z przedłużoną skalą o 20 %, tj. 2-3 ml, 5-6ml, 10-12ml, 20-24 ml, 50-60 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 60: Pakiet 10, poz. 1-4: Proszę o potwierdzenie, czy Zamawiający w w/w pozycjach oczekuje strzykawek dwuczęściowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61: Pakiet 10, poz. 1-4: Czy Zamawiający w w/w pozycjach wymaga strzykawek z kontrastującym tłokiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 62: Pakiet 7, poz. 8: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość, aby igła w mniej standardowym rozmiarze 1,8 x 40 mm pochodziła od innego producenta niż igły w pozostałych pozycjach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 63: Pakiet 7, poz. 1-8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny za opakowanie a 100 szt. Z odpowiednim przeliczeniem w formularzu cenowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 64: Pakiet 7, poz. 1-8: W przypadku braku zgody na podanie ceny za opakowanie, proszę o wyrażenie zgody na podanie ceny jednostkowej za sztukę do 3 lub 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Wyraża zgodę w pytaniu nr 63.

Pytanie 65: Pakiet 1, poz. 21: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i stworzenie osobnego pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 21 oraz poz.22 do pakietu nr 34. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 66: Pakiet 1, poz. 23-26: Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji i dołączenie ich do pakietu ze strzykawkami. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 23-26 do pakietu nr 35. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 67: Pakiet 10, poz. 6-14: Czy Zamawiający dopuści dreny o długości 40 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 68: Pakiet 10, poz. 14: Czy Zamawiający dopuści w tej pozycji dren CH 32. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 69: Prosimy o modyfikację § 9 ust. 1 lit c umowy na brzmiący:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

za **opóźnienie** w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 7 ust.2 i § 8 ust. 3 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 3 % wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70: Czy Zamawiający w Pakiecie 26 wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1 (paski do glukometru Accu-Chek Performa) oraz utworzenie oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 26 poz. 1 do pakietu nr 36. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 71: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 5: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do morfologii z EDTA K3 o pojemności 1,6 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 72: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 23: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 23 oczekuje zaoferowania strzykawki do gazometrii 1-2 ml, sterylnej pakowanej po 50 szt., czy sterylnej, pakowanej pojedynczo?

Odpowiedź: Pakowanej pojedynczo.

Pytanie 73: dot. zapisów Pakiet nr 19 wymagania pkt.6: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymóg posiadania etykiet dotyczy tylko probówko-strzykawek z poz. 1-7, 14, 16-19?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 74: dot. zapisów Umowa § 7 ust. 1: Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Umowy poprzez dopisanie w § 7 ust. 1 : „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 75: Pakiet nr 1, pozycja 2–Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o średnicy 50 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76: Pakiet nr 1, pozycja 3– Czy Zamawiający dopuści elektrody dla dorosłych o średnicy 30 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 77: Pakiet nr 1, pozycja 7– Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe o wymiarach 26x75 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 78: Pakiet nr 1, pozycja 21-22– Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania płynów z komorą z PCV, w pełni pozbawionej DEHP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 79: Pakiet nr 1, pozycja 34–Czy Zamawiający oczekuje opaski identyfikacyjnej do zgonów wyposażoną w wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia oraz etui na wkładkę kartonową, wykonanego z całkowicie przezroczystej folii z wycięciem do przełożenia opaski?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 80: Pakiet nr 1, pozycja 45-46– Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w Pakiecie 1, wydzieli pozycję nr 45 i 46 i utworzy z nich oddzielny pakiet?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 1 poz. 46 do pakietu nr 37 a poz.45 jest w pakiecie nr 28. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 81: Pakiet nr 16, pozycja 42– Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w Pakiecie 16, wydzieli pozycję nr 42 i utworzy z nich oddzielny pakiet umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 82: Pakiet nr 16, pozycja 42– Czy Zamawiający dopuści aparat z regulatorem infuzji płynów infuzyjnych i lipidów z przepływem od 5-250 ml/h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83: Pakiet nr 16, pozycja 42– Czy Zamawiający z uwagi niejednolity charakter produktów zawartych w Pakiecie 16, wydzieli pozycję nr 42 i utworzy z nich oddzielny pakiet umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu bezpośrednim dystrybutorom i producentom co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 84: Pakiet nr 22, pozycja 2– Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 2 z pakietu 22 do osobnego zadania tak, by umożliwić składanie ofert wyłącznie na ten asortyment. Zgoda na naszą prośbę umożliwiłaby Państwu dogodniejszy wybór dostawcy przy równej konkurencji oraz obniżenie wartości cenowej proponowanego przez Państwa pakietu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 85: SIWZ VII pkt 7.1.14 ppkt e: Prosimy Zamawiającego o odstąpienie załączenia próbek do pakietu nr 12 ze względu na wysoki koszt próbek oraz brak w kryterium wskazania jakości- oceniana jest cena i termin dostaw. Ponadto w pakiecie poz.10, 15 Zamawiający wymaga papieru oryginalnego - papiery te są ogólnie znane na rynku, dlatego też nie ma powodu, aby były dostarczone próbki tychże papierów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 86: Projekt umowy – par. 9 ust. 1 ppkt. c): Prosimy o zmianę kary umownej na 3% wartości brutto niedostarczonej dostawy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. Zapis zawarty w par. 9 ust. 1 ppkt.c) odnoszący się kary umownej jest sprzeczny z art. 5 KC oraz art. 139 ustawy PZP, przez co narusza cywilnoprawną równość stron umowy, gdyż umowa w przypadku nieterminowych płatności przewiduje karę dla Zamawiającego w wysokości odsetek ustawowych . Potwierdza to wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 24.06.2014 r. sygn. UZP/ZO/0-924/04, którzy orzeka, że wprowadzanie takich dysproporcji w umowie jest niedozwolone. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) “Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziła do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 87: Pakiet nr 12 poz. 6: Prosimy o dopuszczenie ww papieru Lifepack 12 o prawidłowym rozmiarze 107x23

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 88: Pakiet nr 12 poz. 12: Prosimy o dopuszczenie ww papieru Ascard Gold w rolce o szer. 210mmx25m.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 89: Pakiet nr 12 poz. 12: Prosimy o dopuszczenie ww papieru Ascard Gold w rolce o szer. 210mmx40m.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 90: Pakiet 18, poz. 1: Czy Zamawiający wrazi zgodę na wyłączenie pozycji do odrębnego pakietu, celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 18 poz. 1 do pakietu nr 38. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 91: Pakiet 18, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

serweta z przylepcem	1		240x150
serweta z przylepcem	1		180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2		90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 92: Pakiet 18, poz. 1: czy Zamawiający dopuści zestaw, w którym serwety wykonane są z dwuwarstwowej włókniny (polipropylen/polietylen) miały gramaturę min. 56g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 93: Zważywszy na treść § 1 ust. 3 oraz § 4 ust. 4 wzoru umowy, jaką minimalną ilość towaru (jaki procent ilości wskazanych w SIWZ) Zamawiający na pewno zamówi?

Odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 94: Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 5 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95: Pakiet nr 1, pozycja 7: Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 25 x 76mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 96: Pakiet nr 1, pozycja 41: Czy Zamawiający dopuści żel do USG bez 4% wyciągu aloesu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 97: Pakiet nr 1, pozycje 45 – 46: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wymienionych pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 45 do pakietu nr 28 a poz.46 do pakietu 37. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 98: Pakiet nr 2, pozycja 25: Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 70mm x 1500mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99: Pakiet nr 2, pozycja 26: Czy Zamawiający dopuści szyny Kramera w rozmiarze 70mm x 600mm lub 100mm x 800mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100: Pakiet nr 2, pozycja 46: Czy Zamawiający dopuści silikonowy dren Kehra o długości ramion 45cm x 18cm, dostępny w rozmiarach CH 8 – CH 24 ?

Pragniemy dodać, iż firma Medical Dren, która produkowała m.in. lateksowe dreny Kehra o długości ramion 70 x 16cm zakończyła działalność i jej produkty nie będą już dostępne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101: Pakiet nr 6, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G x 40mm lub 75mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 102: Pakiet nr 6, pozycja 3; Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 18G 1,2 x 90mm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 103: Pakiet nr 6, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści igły do punkcji mostka o długości całkowitej 60mm (płynna regulacja w zakresie 22 – 47mm) lub o długości całkowitej 73mm (płynna regulacja w zakresie 35 – 60mm), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 104: Pakiet nr 6, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć talerza biodrowego w rozmiarach 3,2mm (11G), 3,5mm (9G) oraz 4,0mm (8G), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 105: Pakiet nr 7, pozycje 1 – 8: Czy Zamawiający dopuści wycenę igieł za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 106: Pakiet nr 7, pozycja 8: Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 1,6 x 40mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 107: Pakiet nr 12, pozycja 5: Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618B w bloku o wymiarach 112mm x 100mm x 100 kartek z przeliczeniem ilości na 210 bloków ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 108: Pakiet nr 12, pozycja 6: Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora LifePak 12 w rolce o wymiarach 100mm x 22m z przeliczeniem ilości na 137 rolek ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 109: Pakiet nr 12, pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu EKG AsCard Gold V w bloku o wymiarach 210mm x 140mm x 250 kartek z przeliczeniem ilości na 60 bloków ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 110: Pakiet nr 18 pozycja 1: Czy zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wzmocniony, trzywarstwowy, posiadający warstwę wysoko chłoną w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni.

Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi::

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)

1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 x 240 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna 180 x 180 cm

2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm

1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 111: Pakiet nr 18 pozycja 2: Czy zamawiający dopuści zestaw do operacji kolana, trzywarstwowy, posiadający warstwę/wzmocnienie w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni.

Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi:

1 serweta o wym. 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm z organizatorami przewodów

1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)

1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)

3 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm

4 ręczniki celulozowe

1 elastyczna osłona na kończynę 22cm x 75 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 112: Pakiet nr 18 pozycja 3: Czy zamawiający dopuści zestaw seret do operacji biodra, trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienie w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni.

Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń

chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)
- 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)
- 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
- 4 ręczniki celulozowe
- 1 elastyczna osłona na kończynę 30cm x 120 cm
- 1 bandaż elastyczny 10cm x 450 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 230cm x 260 cm z wycięciem "U" o wym 20 cm x 100 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 150cm x 240 cm
- 1 serweta samoprzylepna wzmocniona z organizatorami przewodów o wym. 180cm x 180 cm
- 2 serwety samoprzylepne wzmocnione z organizatorami przewodów o wym. 75cm x 90 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 113: Pakiet nr 18 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści zestaw do artroskopii z torbą na płyny wykonany z dwuwarstwowego laminatu na całej powierzchni.

Gramatura materiału podstawowego 56 g/m². . Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi:

- 1 serweta o wym. 230 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm zintegrowana z torbą do ptechwytywania płynów z organizatorami przewodów
 - 1 serweta na stół narzędziowy 150 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm z organizatorami przewodów)
 - 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 85 cm z organizatorami przewodów)
 - 3 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm
 - 4 ręczniki celulozowe
 - 1 elastyczna osłona na kończynę 22cm x 75 cm
- dotatkowo pakowane 3 uchwyty na przewody w formie taśmy typu rzep w rozmiarze 2x22 cm .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 114: Pakiet nr 18 pozycja 4: Czy zamawiający dopuści w zestawie do artroskopii serwetę główną bez zintegrowanych uchwytów w formie rzepów na przewody a dodatkowo dołączone były by do zestawu oddzielnie jako przylepne taśmy typu rzep w ilości wymaganej w SIWZ. Wymagane w SIWZ serwetę główną posiadająca zintegrowane uchwyty w formie rzepów na przewody uniemożliwia złożenie oferty na dostawy wyrobów określonych w tym pakiecie i wskazuje na jedną firmę która takie zapięcie posiada. . Dopuszczenie zapięcie mojej firmy nie narusza zapisów art. 32 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę oferującego lepszy jakościowo towar po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza serwetę główną bez zintegrowanych uchwytów w formie rzepów na przewody.

Pytanie 115: Pakiet nr 18 pozycja 5, 6: Czy zamawiający wydzieli pakiety 5 , 6 - zadaj jakieś takie pytanie mimo czy AKME ma takie zestawy

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z pakietu nr 18 pozycję asortymentową nr 5 i 6. W załączeniu zmodyfikowany pakiet nr 18.

Pytanie 116: Pakiet nr 18 pozycja 7: Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji ginekologicznych

1 x serweta 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończynie, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu

dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 50 x 50 wyposażoną w sztywnik, filtr oraz podłączenie drenu

1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m²

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m².

Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 117: Pakiet nr 18 pozycja 8: Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do laparoskopii trzywarstwowy, posiadający warstwę/ wzmocnienie w obszarach krytycznych, laminowany na całej powierzchni.

Gramatura materiału podstawowego 56 g/m², gramatura wzmocnień 80 g/m², łączna gramatura w obszarach wzmocnionych 136 g/m². Spełnia normę EN PN 13795, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych. Na opakowaniu naklejki z kodem kreskowym, numerem serii, datą ważności - do dokumentacji medycznej

W skład zestawu wchodzi::

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowana z organizatorami przewodów.

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm,

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stół Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 118: Pakiet nr 24, pozycja 19: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 119: Pakiet nr 24 pozycja 12: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 120: Pakiet nr 24 pozycja 13: Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² ze wzmocnieniami o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 121: Pakiet nr 24 pozycja 14: Czy Zamawiający dopuści fartuchy z mankietem poliestrowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 122: Pakiet nr 24, pozycja 15: Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 68g/m² z wzmocnieniami o gramaturze 38g/m²?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 123: Pakiet nr 24, pozycje 12-15: Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 124: Pakiet nr 27 pozycja 1, 2: Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta wykonaną z włókniny o gramaturze 33g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125: Pakiet nr 27, pozycja 1, 2: Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym o długości 110cm oraz całkowitej szerokości 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający w poz.1 dopuszcza. W poz.2 zgodnie z SIWZ.

Pytanie 126: Pakiet nr 27, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w kolorze granatowym wykonaną w włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 127: Pakiet nr 27, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści koszule dla pacjenta w rozmiarze uniwersalnym o długości 120cm oraz obwodzie 140cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 128: pakiet 5, pozycja 1: Czy Zamawiający dopuści Łącznik karbowany typu martwa przestrzeń ze łączem kątowym podwójnie obrotowym 22M/15F, z podwójnym portem zatraskowym, z PCW, sterylny, pakowany pojedynczo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 129: pakiet 5 pozycja 2: Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dla dorosłych do respiratorów, biologicznie czysty, dwie rury z PCV gładkie wewnątrz, łącznik Y, kapturek zabezpieczający, długość 160 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 130: pakiet 5, pozycja 3: Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjno – antywirusowy, elektrostatyczny dla dorosłych, sterylny, z portem Luer Lock, o objętości wewnętrznej 42 ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 131: pakiet 5, pozycja 4: Prosimy o dopuszczenie: filtr oddechowy antybakteryjny i antywirusowy, sterylny, mechaniczny, o skuteczności filtrowania nie mniejszej niż 99,999% - z właściwościami wymiennika ciepła i wilgoci, objętość oddechowa z zakresu 200-1500ml, z portem kapno, objętość wewnętrzna nie większa niż 70ml i masa nie większa niż 40g.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 132: pakiet 5, pozycja 4: Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o własnościach elektrostatycznych i mechanicznych, o poziomie nawilżania 30,6 mg H₂O/l przy V_t 500ml, skuteczność filtracji bakteryjnej i wirusowej min 99,99%, masa 30g, opór przepływu 2,6cm H₂O przy 60 l/min., oraz przestrzeni martwej 60 ml., posiadający hydrofobową membranę filtrującą, mikrobiologicznie czysty, z portem kapno zabezpieczonym koreczkiem zaciskowym na pętelce. Minimalna objętość oddechowa 200 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 133: Dotyczy: zapisy SIWZ: Ad pkt 7.1.14.e): Prosimy o odstąpienie od wymogu dostarczenia do oferty próbek asortymentu, na który Zamawiający posiada podpisaną umowę w ciągu ostatnich 12 miesięcy i który jest Zamawiającemu dobrze znany.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 134: Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ: Ad § 1 ust. 3: Prosimy o dopisanie zastrzeżenia, że niewykorzystanie szacunkowej ilości towarów nie przekroczy 20% wartości umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 135: Dotyczy: wzór umowy, załącznik nr 3 do SIWZ: Ad § 9 ust. 1c): Prosimy o zmianę wysokości kary umownej na 0,2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, w przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy, co jest powszechnie stosowaną wysokością kar. Kary na poziomie 8% wartości zamówienia są w naszym odczuciu bardzo wygórowane i mogą zostać potraktowane jako naruszenie zasady równego traktowania stron w transakcjach handlowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 136: pakiet 1 poz. 5: Czy zamawiający oczekuje zestaw do lewatywy sterylnej czy niesterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 137: pakiet 1 poz. 6: czy zamawiający oczekuje szpatułki sterylnej czy niesterylnej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 138: pakiet 1 poz. 9: czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 75 szt. z przeliczeniem sztuk na ilość opakowań 134?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 139: pakiet 1 poz. 14: czy zamawiający oczekuje pojemniki sterylne czy niesterylne?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 140: pakiet 1 poz. 40: Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie stazy a 25 sztuk (pasków) w rolce wraz z przeliczeniem ilości sztuk na 1080 opakowań po 25 sztuk pasków?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 141: pakiet 1 poz. 41: Czy zamawiający dopuści żel, który umożliwi prawidłowy i niezbędny do wykonania badania kontakt głowicy USG ze skórą badanego i prawidłowe przewodnictwo ultradźwięków

- wykonany jest na bazie wodnej, nie zawiera soli oraz innych substancji, które mogłyby niekorzystnie wpływać na żywotność głowicy ultrasonograficznej
- wykazuje wysoką odporność na wysychanie
- posiada odpowiednio dobraną lepkość, która zapewnia dobrą przyczepność żelu i brak spływania podczas badania
- posiada neutralny odczyn pH
- wykazuje bierność chemiczną (brak oddziaływania ze skórą badanego i ubraniem)
- posiada niską tłumienność dla fal ultradźwiękowych ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 142: Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 45 i 46 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zamawiający wydzieli z pakietu nr 1 poz. 45 do pakietu nr 28 a poz.46 do pakietu 37. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 143: pakiet 1 poz. 46: Czy zamawiający odstąpi od wymogu załączenia do oferty protokołu badania chłonności?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 144: Pakiet 2, poz. 2-5, 29-38: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Foleya mają być sterylizowane radiacyjnie? Pragniemy nadmienić, że sterylizacja tlenkiem etylenu wiąże się z ryzykiem ekspozycji użytkowników na ww. substancję chemiczną o działaniu toksycznym i drażniącym, w przeciwieństwie do produktu sterylizowanego promieniami, gdzie możliwe jest hermetyczne zamknięcie produktu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 145: Pakiet 2, poz. 48: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzeri mają być sterylizowane radiacyjnie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 146: Pakiet 2, poz. 48: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki Pezzera mają posiadać 3 czy 4 otwory boczne drenujące gwarantujące prawidłowy drenaż?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 147: Pakiet 4, poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Foleya z gumową zastawką skutecznie zabezpieczającą przed samoczynnym opróżnieniem balony, reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 148: Pakiet 5, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego do respiratora, dla dorosłych, z łącznikiem Y rozłączalnym bez portów, biologicznie czysty, spełniający pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 149: Pakiet 5, poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie biologicznie czystego obwodu oddechowego spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 150: Pakiet 5, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra oddechowego dedykowanego do objętości oddechowej $V_t = 150-1000\text{ml}$, o masie 22g i oporze przepływu 1,6 cm H₂O przy 60l/min., spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 151: Pakiet 5, poz. 3: Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie, czy filtr antybakteryjno-antywirusowy ma posiadać nadrukowaną na obwodzie filtra informację o wartości minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej V_t i być kodowany kolorystycznie kolorem żółtym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 152: Pakiet 5, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dedykowanego do objętości oddechowej z zakresu 300-1200ml, o objętości wewnętrznej 81ml i masie 53g i oporze przepływu 2,0 cm H₂O przy 60l/min., spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 153: Pakiet 5, poz. 4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra dedykowanego do objętości oddechowej z zakresu 300-1200ml, z funkcją wymiennika ciepła i wilgoci, utrata wilgotności przy VT 500ml 9 mg H₂O/l, o objętości wewnętrznej 80ml i oporze przepływu 2,0 cm H₂O przy 60l/min., spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 154: Pakiet 7, poz. 8: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły w rozmiarze 1,6x40mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 155: Pakiet 10, poz. 1-4: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawkę jednorazowego użytku powinny posiadać skalę odpowiadającą ich nominalnej pojemności tj. strzykawka o pojemności 2 ml – skala do 2 ml, strzykawka o pojemności 5ml – skala do 5 ml, strzykawka o pojemności 10 ml – skala do 10 ml, strzykawka o pojemności 20 ml – skala do 20 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 156: Pakiet 10, poz. 1-4: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny jednostkowej netto za opakowanie strzykawek, z jednoczesnym przeliczeniem ilości w formularzu cenowym lub możliwość podania ceny jednostkowej netto do czterech miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 157: Pakiet 10 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy poprzez określenie, że strzykawka ma współpracować z wymienionymi przez Zamawiającego pompami, Zamawiający ma na myśli, że strzykawki mają być wpisane w menu/instrukcję pomp?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 158: Pakiet 10 poz. 5: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek o pojemności 50 (60)ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 159: Pakiet 10 poz. 6-14: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu do jamy otrzewnej dł. 40 cm w rozmiarach 18-32 CH.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 160: Pakiet 10 poz. 6-14: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenów wykonanych z medycznego termoplastycznego PCV.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 161: Pakiet 10 poz. 6-14: Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 6-14 do odrębnego pakietu w celu złożenia ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty przez większe grono Wykonawców.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela z pakietu nr 10 poz. 1-5 do pakietu nr 33 pozostawiając w pakiecie nr 10 poz.6-14. Zmodyfikowane pakiety w załączeniu.

Pytanie 162: Pakiet 11 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o średnicy wewnętrznej 5mm, spełniającego pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 163: Pakiet 16, Poz. 1-8: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby rurki intubacyjne posiadały min. 2 cm znacznik głębokości intubacji na zakończeniu rurki?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 164: Pakiet 16, Poz. 1-8: 2/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby rurka posiadała wklęsłą atraumatyczną końcówkę oraz częściowo osadzony łącznik?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 165: Pakiet 16, Poz. 9-11: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby rurka zbrojona posiadała spiralę metalowa całkowicie wtopioną w ściankę rurki na całej jej długości?

Odpowiedź: Nie wymaga.

Pytanie 166: Pakiet 16, Poz. 19-22: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga aby na baloniku kontrolnym był widoczny rozmiar rurki?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 167: Pakiet 16, Poz. 23: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej w rozmiarze 3,5.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 168: Pakiet 16, Poz. 28: Prosimy o doprecyzowanie czy zamawiający wymaga filtra elektrostatycznego z wymiennikiem ciepła i wilgoci o oporze przepływu wynoszącym 1,8 cm H₂O przy 60 l/min. mając na uwadze, że niska wartość oporu przepływu jest istotną cechą funkcjonalną filtra?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 169: Pakiet 16, Poz. 39: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 170: Pakiet 16, Poz. 40: Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 171: Pakiet 16, Poz. 42: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatu z regulatorem do precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów – przepływ od 5ml do 300ml/1godz.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 172: Pakiet 16, Poz. 45: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy do rurek intubacyjnych o rozmiarze 2,0 mm i następujących parametrach dł. 25 cm i śr. zewn. 1,7 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 173: Pakiet 16, Poz. 48: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego, gotowego do natychmiastowego użycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z potrójnym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przełyku obejmujące : atraumatyczną igłę-introduktor z ograniczonym tnącym ostrzem na szerokości 2 mm i rozszerzającym na szerokość 4 mm, z potwierdzonym klikiem mechanizmem cofającym ostrze igły po osiągnięciu światła tchawicy oraz usuwalny ogranicznik głębokości wsunięcia kaniuli, w zestawie z kaniulą oddechową (rurka) do wentylacji z mankietem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 174: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie okrągłej elektrody o wymiarze 32x36mm, żel stały, pianka, dla dzieci. Informujemy, iż elektrody o numerze LFR310 zostały wycofane z produkcji, a w ich miejsce zostały zamieszczone elektrody LFO320.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 7: Prosimy o dopuszczenie szkiełek podstawowych z matem w rozmiarze 25,4x76,2mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 176: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 16: Czy Zamawiający dopuści woreczki do zbiórki moczu z podziałem dla chłopców i dla dziewczynek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 177: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 21: Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania płynów, wykonanego z wysokiej jakości bez lateksowych materiałów, wolne od toksycznych ftalanów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 178: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 22: Prosimy o dopuszczenie przyrządu do przetaczania krwi, wykonanego z wysokiej jakości bez lateksowych materiałów, wolne od toksycznych ftalanów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 179: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 26: Czy Zamawiający ma na myśli strzykawki 50ml cewnikowe (typu Żaneta), czy strzykawki do pomp z zakończeniem luer-lock?

Odpowiedź: Luer- Lock.

Pytanie 180: Dotyczy Pakietu Nr 1 poz. 46: Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki dla dorosłych, chłonne, oddychające rozmiar S,M,L,XL. S-chłonność min. 1800ML, M- chłonność min. 3500ML, L- chłonność min. 3800ML, XL-chłonność min. 3000ML, bez potwierdzenia do oferty protokołu badania chłonności według ISO, wszystkie chłonności są wskazane w karcie technicznej produktu.

Odpowiedź: 10.000 sztuk w rozmiarze min.100 cm obwód pasa, 10.000 sztuk w rozmiarze min 140 cm obwód pasa.

Pytanie 181: Dotyczy Pakietu Nr 14 poz. 3: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nakłucia opłucnej z kranikiem, ponieważ zestawy są sprzedawane z jednym kranikiem lub z zaworem jednokierunkowym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 182: Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 1: Prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego posiadającego serwetę na stolik mayo w rozmiarze 80x145cm +/-2cm oraz serwetę przylepną (L) w rozmiarze 300x220cm? Pozostałe skład i wymagania zestawu uniwersalnego zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 183: Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 3: Prosimy o dopuszczenie zestawu do operacji biodra z trzywarstwowej włókniny laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturze min. 73g/m², zgodny z normą EN 13795, o następującym składzie:

- 1 serweta z wycięciem U-kształtnym 200 x 300 cm
- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta 75 x 90 cm
- 1 serweta 150 x 200 cm
- 1 serweta samoprzylepna 150 x 240 cm z organizatorem przewodów w formie rzepu
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm
- 2 ręczniki do rąk 40 x 40 cm
- 1 osłona na kończyne 35 x 120 cm
- 2 OP Taśma 10 x 50 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184: Dotyczy Pakietu Nr 18 poz. 4: Prosimy o dopuszczenie zestawu do artroskopii kolana z trzywarstwowej włókniny laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturze min. 73g/m², zgodny z normą EN 13795, o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;

- 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm,
- 1 osłona na kończyne 35 x 80 cm
- 1 osłona na przewód do kamery 14 x 250 cm, złożona teleskopowo , z taśmą mocującą
- 1 serweta pomocnicza 100 x 150 cm
- 1 serweta główna 200 x 300 cm z samouszczelniającym otworem , zintegrowanym zbiornikiem na płyny wyposażonym w sztywnik do modelowania wlotu oraz zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 185: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 1: Czy Zamawiający dopuści ochraniacze na obuwie z włókniny o gramaturze 30?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 186: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 3: Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na nosze z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 187: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 4: Czy Zamawiający dopuści poszwę na koc z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 7: Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 210x160cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze 20?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 190: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 11: Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny z włókniny o gramaturze 20? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 191: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 12: Prosimy o dopuszczenie myjki higienicznej wykonanej z dwóch warstw włókniny molton (celulozy) w rozmiarze 16,5cm x 24,5cm, pakowane po 50 sztuk?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 192: Dotyczy Pakietu Nr 20 poz. 14: Czy Zamawiający wymaga 150 rolek ręczników o szerokości 50cm i długości 40mb, czy 150 rolek ręczników o szerokości 50cm i długości 50mb?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga 50mb w rolce.

Pytanie 193: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 12: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego o gramaturze min. 35g/m². Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 13: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego wzmocnionego o gramaturze warstwy podstawowej (bez uwzględnienia wzmocnień) min. 35g/m². Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 195: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 15: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha chirurgicznego w rozmiarach S/M, L, XL, XLL, 2XLL. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 196: Dotyczy Pakietu Nr 24 poz. 22: Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego z trzywarstwowej włókniny laminowanej, chłonnej na całej powierzchni, o gramaturze min. 73g/m², zgodny z normą EN 13795, o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm
- 1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;
- 1 serweta dla noworodka 60 x 80 cm
- 4 ręczniki do rak
- 1 serweta główna 160x300 z otworem wypełnionym folią chirurgiczną , zintegrowany prostokątny zbiornik do przechwytywania płynów , 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka
- 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 197: Czy Zamawiający, dokona modyfikacji SIWZ i wyłączy z pakietu nr 17 poz. nr 1 tworząc z niej osobny pod pakiet 17a, co pozwoli na wzięcie udziału w przedmiotowym postępowaniu większej ilości wykonawców i zaoferowanie konkurencyjnej ceny?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zmawiający dokonuje modyfikacji przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie pakietu nr 4 z przedmiotowego postępowania oraz **utworzenie nowych pakietów** poprzez przeniesienie niektórych pozycji asortymentowych z istniejących pakietów, tj.:

Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.45 i utworzono pakiet nr 28.

Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.21-22 i utworzono pakiet nr 34.

Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.23-26 i utworzono pakiet nr 35.

Z Pakietu nr 1 wydzielono poz.46 i utworzono pakiet nr 37.

Z Pakietu nr 3 wydzielono poz.2 i utworzono pakiet nr 29.

Z Pakietu nr 10 wydzielono poz.1-5 i utworzono pakiet nr 33.

Z Pakietu nr 16 wydzielono poz.poz.1-26 i utworzono pakiet nr 30.

Z Pakietu nr 16 wydzielono poz.29-36 i utworzono pakiet nr 31.

Z Pakietu nr 18 wykreślono poz.5 i 6.

Z Pakietu nr 18 wydzielono poz.4 i utworzono pakiet nr 32.

Z Pakietu nr 18 wydzielono poz.1 i utworzono pakiet nr 38.

Z Pakietu nr 26 wydzielono poz.1 i utworzono pakiet nr 36.

Zamówienie obejmuje 37 odrębnych zadań opisanych w pakietach od nr 1-3 oraz od nr 5-38.

Zmawiający dokonuje modyfikacji **pakietu nr 18** poprzez wykreślenie pozycji asortymentowej nr 5 i 6.

W załączeniu do niniejszego pisma zmodyfikowany załącznik nr 2- szczegółowa oferta cenowa.

Ponadto Zamawiający dokonuje **modyfikacji kwoty wadium** dla poszczególnych pakietów:

Pakiet nr 1- wadium w kwocie 560 zł.

Pakiet nr 3- wadium w kwocie 75 zł.

Pakiet nr 4- wadium w kwocie 450 zł- anulowano (pakiet nr 4 został wykreślony z przedmiotu zamówienia)

Pakiet nr 10- wadium w kwocie 20 zł.

Pakiet nr 16- wadium w kwocie 720 zł.

Pakiet nr 18- wadium w kwocie 190 zł.

Pakiet nr 26- wadium w kwocie 70 zł.

Pakiet nr 28- wadium w kwocie 10 zł.

Pakiet nr 29- wadium w kwocie 3 zł.

Pakiet nr 30- wadium w kwocie 280 zł.

Pakiet nr 31- wadium w kwocie 20 zł.
Pakiet nr 32- wadium w kwocie 120 zł.
Pakiet nr 33- wadium w kwocie 450 zł.
Pakiet nr 34- wadium w kwocie 520 zł.
Pakiet nr 35- wadium w kwocie 65 zł.
Pakiet nr 36- wadium w kwocie 130 zł.
Pakiet nr 37- wadium w kwocie 350 zł.
Pakiet nr 38- wadium w kwocie 440 zł.

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu nr 2017/S 021-036061 z dnia 31/01/2017 roku zostało przekazane do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 1/3/2017 roku.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do **dnia 17/03/2017 do godz.10:00.**
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17/03/2017 roku o godz. 10:15.

Agnieszka Ogonowska
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Agnieszka Ogonowska

