

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszów, dnia 26/09/2019

DEZ/Z/341/ZP- 31/2019

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszowie- pakiet nr 1, nr 3, nr 7
(nr postępowania DEZ/Z/341/ZP- 31/2019).**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2018, poz. 1986 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności dopuści możliwość zaoferowania w **Pakiecie nr 3 poz. 1-3** asortymentu równoważnego jakościowo i funkcjonalnie tj. płytek blokowanych – otwory blokująco – kompresyjne, z możliwością zastosowania śrub blokowanych (z gwintem stożkowym na łbie) lub śrub korowych do otworów kompresyjnych, otwory blokowane z gwintem stożkowym, otwory kompresyjne z jednokierunkową kompresją?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki z ilością otworów 4-12?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki o wymiarach: 16x8, 18x12, 24x14, 30x14mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania stalowego drutu do cerklarzu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania śrubopłytki dynamicznej DHS w długości 48-336mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania śrubopłytki dynamicznej DCS o szerokości 18mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 3 poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej o długości 32mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §4 ust.2, na 0,2% z 5% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za przekroczenie terminów określonych w §4 ust.1 i ust.3, §6 ust.1 i ust.6, §7 ust.3 -10zł zamiast 50zł za każdy dzień opóźnienia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych za każdy przypadek nienależytego wykonania lub niewykonania umowy – 100zł zamiast 500zł?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: dot. Pakiet nr 3 poz. 1-13: Czy zamawiający dopuści w postępowaniu wyodrębnienie z pakietu 3 podpunktu 3A zawierającego pozycje 8,9,10,11 i jednocześnie dopuści produkty o następujących parametrach:

7	Stalowa płyta przezkrętarzowa sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane $\varnothing$ 5.0 mm
8	Stalowa płyta kondylarna sterylna. Kąt nachylenia 95°. Długość poprzeczki 25 mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane $\varnothing$ 5.0 mm
9	Płytki nakrętarzowa, stabilizująca krętarz. System wykonany ze stali nierdzewnej.
10	Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna $\varnothing$ 13 mm lub $\varnothing$ 15 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwintu 22 mm
11	Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm
12	Śruba blokowana stalowa $\varnothing$ 5.0 mm, dł. 14-95 mm
13	Śruba korowa stalowa $\varnothing$ 4.5 mm, dł. 14-110 mm

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z pakietu wskazanych pozycji asortymentowych. Zamawiający dopuszcza produkty o wskazanych parametrach.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do dnia 30/09/2019 do godz.10:00. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30/09/2019 roku o godz. 10:15.


ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
mgr Agnieszka Ogionowska