



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

**07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszakow.pl, http:// www.szpitalwyszakow.pl/



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Wyszaków, dnia 23.04.2020 r.

DEZ/Z/341/ZP- 10/2020

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji urządzeń medycznych do SPZZOZ w
Wyszakowie dla zadania: „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszakowie w nowoczesną aparaturę medyczną”-
projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
nr postępowania DEZ/Z/341/ZP- 10/2020.**

SPROSTOWANIE DO UDZIELONYCH ODPOWIEDZI

Zamawiający dokonuje sprostowania do udzielonych w dniu 21.04.2020 r. odpowiedzi na pytania

1. Poprzez modyfikację udzielonych odpowiedzi

Pytanie 4: Dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 15c oraz 12 (Pakiet 1 pkt. VII szafa dekontaminacyjna do przechowywania endoskopów): Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu na naprawę do 5 dni roboczych ?

BYŁO

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

JEST

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii bez użycia części zamiennych w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia

Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 poprzez dodanie:

12.1 Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii z użyciem części zamiennych w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia.

12.2 W przypadku przedłużania się terminu naprawy o którym mowa w pkt. 12.1 i 12.2 Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 15 lit c. Po zmianie zapis § 7 pkt 15 lit c otrzymuje brzmienie:

- 1) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
- 2) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 6 dni robocze.
- 3) W przypadku przedłużającej się naprawy o której mowa w ust c 1) oraz c 2) Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Pytanie 37: Dotyczy rozdziału XVII SIWZ, pakiet 2, §7 ust. 12; Dotyczy rozdziału XVII SIWZ, pakiet 2, §7 ust. 15 pkt. c): Prosimy o wyłączenie z zakresu wymagań zapisu dotyczącego wymiany całego urządzenia odnośnie tomografu komputerowego.

BYŁO

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii w ciągu maksymalnie 72 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań wraz z transportem wykonanych w innej placówce wskazanej przez Zamawiającego albo dostarczenia tomografu zastępczego mobilnego, jeźdźnego, naczepowego wraz z podpięciem do rozdzielni.

JEST

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii bez użycia części zamiennych w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia

Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 poprzez dodanie:

- 12.1 Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii z użyciem części zamiennych w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
12.2 W przypadku przedłużania się terminu naprawy o którym mowa w pkt. 12.1 Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 15 lit c. Po zmianie zapis § 7 pkt 15 lit c otrzymuje brzmienie:

- 1) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
- 2) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 6 dni robocze.
- 3) W przypadku przedłużającej się naprawy o której mowa w ust c 1) oraz c 2) Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Pytanie 45: Prosimy Zamawiającego o informację czy demontaż istniejącego Tomografu odbędzie się przed podpisaniem umowy na dostawę nowego tomografu?

BYŁO

Odpowiedź: Dla utrzymania ciągłości pracy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącego tomografu z chwilą dostawy nowego tomografu. Czas przebrojenia i uruchomienia tomografów przewiduje się w terminie 2 tygodni wraz z uzyskaniem dopuszczenia przez WSSE. Ze względu na wystąpienie przesunięcia czasowego uruchomienia nowego tomografu wskazane by było dostarczenie mobilnego tomografu przez Wykonawcę.

JEST

Odpowiedź: Dla utrzymania ciągłości pracy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącego tomografu z chwilą otrzymania potwierdzenia dostawy nowego tomografu. Czas przebrojenia i uruchomienia tomografów przewiduje się w terminie od 2 do 4 tygodni wraz z uzyskaniem dopuszczenia przez WSSE.

Pytanie 47: Prosimy Zamawiającego o informację czy w adaptowanych pomieszczeniach jest instalacja ppoż i/lub DSO czy też należy ją wykonać?

BYŁO

Odpowiedź: W pomieszczeniach należy zainstalować instalację p.poż. i podłączyć do istniejącego systemu szpitalnego.

JEST

Odpowiedź: W pomieszczeniach należy zainstalować instalację p.poż. i podłączyć do istniejącego systemu szpitalnego – centrala p.poż. znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczenia Tomografii Komputerowej.

Pytanie 84: Dot. pakietu 1 projekt umowy par. 7 ust. 12 oraz ust. 15 pkt. c: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu do 5 dni roboczych a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych/sprzętu z zagranicy do 12 dni roboczych?

BYŁO

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

JEST

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

13. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii bez użycia części zamiennych w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia

Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 poprzez dodanie:

- 13.1 Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii z użyciem części zamiennych w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
- 13.2 W przypadku przedłużania się terminu naprawy o którym mowa w pkt. 12.1 Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 15 lit c. Po zmianie zapis § 7 pkt 15 lit c otrzymuje brzmienie:

- 4) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 3 dni robocze.
- 5) Czas wykonania naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych od momentu zgłoszenia wynosi maksymalnie 6 dni robocze.
- 6) W przypadku przedłużającej się naprawy o której mowa w ust c 1) oraz c 2) Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Pytanie 116: W przypadku braku zatwierdzonego projektu wentylacji dla pomieszczenia, zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie po czyjej stronie będzie wykonanie tego projektu oraz zaopiniowanie?

BYŁO

Odpowiedź: Przygotowanie wszystkich dokumentów (w tym projektu) niezbędnych do uzyskania pozwolenia są po stronie Wykonawcy. Po stronie Zamawiającego jest złożenie tych dokumentów.

JEST

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową wentylacji. Inwentaryzację istniejącej instalacji wentylacyjnej wykona Wykonawca.

Pytanie 128: Dotyczy treści umowy w § 7 pkt 12: Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego. Wyjaśniamy, że przedmiotem zamówienia jest wysoce specjalistyczny tomograf komputerowy i w tym przypadku nie ma możliwości dostarczenia aparatu zastępczego, w tak krótkim czasie, gdyż wymaga to przede wszystkim uzyskania pozwolenia Sanepidu na eksploataowanie zastępczego aparatu, co wiąże się z długim okresem oczekiwania, który może wynieść nawet do miesiąca, a w tym czasie można już naprawić uszkodzony system.

W związku z powyższym, bardzo prosimy o przychylenie się do naszej prośby, poprzez odstąpienie od wymogu dostarczenia urządzenia zastępczego lub modyfikację zapisu na:

W przypadku naprawy trwającej dłużej niż ... dni roboczych Wykonawca pokryje koszt badań wykonanych w innej placówce wskazanej przez Zamawiającego.

BYŁO

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady, usterki, awarii w ciągu maksymalnie 72 godzin. W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 72 godziny Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badań wraz z transportem wykonanych w innej placówce wskazanej przez Zamawiającego albo dostarczenia tomografu zastępczego mobilnego, jeźdźnego, naczepowego wraz z podpięciem do rozdzielni.

JEST

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 pkt 12. Po zmianie zapis § 7 pkt 12 otrzymuje brzmienie:



12. Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii bez użycia części zamiennych w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu zgłoszenia

Zamawiający modyfikuje zapisy w Rozdziale XVII dla Pakietu 2 § 7 poprzez dodanie:

- 12.1 Wykonawca zobowiązuje się do skutecznego usunięcia w przedmiocie umowy wady, usterki, awarii z użyciem części zamiennych w ciągu maksymalnie 6 dni roboczych od momentu zgłoszenia.
- 12.2 W przypadku przedłużania się terminu naprawy o którym mowa w pkt. 12.1 Wykonawca zapewnia pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem badań i transportu pacjenta do wskazanej przez Zamawiającego placówki medycznej.

Pytanie 138: Czy Zamawiający będzie wymagał nowej instalacji LAN - jeżeli tak, to w jakim zakresie?

BYŁO

Odpowiedź: Tak, w pełnym zakresie. Nowa instalacja do punktu dystrybucji sieci znajdującego się w Pracowni Rehabilitacji na poziomie -1.

JEST

Odpowiedź:

Zamawiający dysponuje siecią strukturalną w obrębie TK, zgodnie z wcześniej udzielonymi odpowiedziami.

2. Jednocześnie Zamawiający dokonuje **modyfikacji zapisów Rozdział XVII Pakiet nr 2 § 7** poprzez **wykreślenie punktu 8** o treści:

Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nie później jednak niż w ciągu 48 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert **ulega zmianie** i jest do dnia **30.04.2020 do godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 30.04.2020 roku o godz. 10:15.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Tomasz Boroński

Sprawę prowadzi:
Joanna Wilk
Inspektor ds. Zam. Pub.
tel. (29) 743 76 38