



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http:// www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 18.08.2020 r.

DEZ/Z/341/ZP- 20/2020

**Dotyczy przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz dzierżawą
analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszowie.
Postępowanie nr: DEZ/Z/341/ZP-20/2020**

W odpowiedzi na wniesione pytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1843 ze zm.), dotyczącymi powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami i udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1:

Czy w "Parametrach ocenianych - Kryterium jakość" nie znalazła się pomyłka pisarska i czy fraza "odczynnik (...) wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów" nie powinna się znaleźć w pkt.2 tych parametrów dotyczącym APTT, zamiast w pkt. 4, który dotyczy odczynnika do antytrombiny ? (Odczynniki do antytrombiny bazują na chromogennej metodzie odczytu i z natury nie zawierają w swoim składzie fosfolipidów, które są potrzebne oznaczeń wykonywanych metodami krzepnięciowymi). Prosimy o poprawienie zapisu.

Odpowiedź:

- 1) Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmianie ulegają zapisy:**

Rozdział XIV Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Pkt. 2 Jakość (J)– 40% (maximum 40 pkt.)

BYŁO

Poz.	PARAMETR	SPOSÓB OCENY
1.	Stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora	Min. 10 dni – 15 pkt Od 9 dni do 5 dni – 5 pkt. Poniżej 5 dni – 0 pkt
2.	Stabilność odczynnika do oznaczania APTT na pokładzie analizatora	Min. 5 dni – 10 pkt Poniżej 5 dni – 0 pkt.
3.	Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt
4.	Odczynnik do ATIII ciekły- trwałość co najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8°, wyprodukowany w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów.	TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt
5.	Stabilność kontroli po rekonstytucji minimum 24 godziny i możliwość zamrażania	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt

JEST

Poz.	PARAMETR	SPOSÓB OCENY
1.	Stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora	Min. 10 dni – 15 pkt Od 9 dni do 5 dni – 5 pkt. Poniżej 5 dni – 0 pkt
2.	Stabilność odczynnika do oznaczania APTT wyprodukowanego w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów minimum 5 dni na pokładzie analizatora.	TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt.
3.	Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt
4.	Odczynnik do ATIII ciekły- trwałość co najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8°.	TAK – 5 pkt. NIE - 0 pkt
5.	Stabilność kontroli po rekonstytucji minimum 24 godziny i możliwość zamrażania.	TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt

- 2) W związku z wprowadzonymi zmianami w SIWZ, zmianie ulega Załącznik nr 3 do SIWZ tj. *Wymagania dla automatycznego analizatora koagulologicznego oraz parametry graniczne bezwzględnie wymagane dla analizatora koagulologicznego.*

Pkt 1. Wymagania dla automatycznego analizatora koagulologicznego
PARAMETRY OCENIANE – Kryterium Jakość

Zmiany zgodnie z powyższą tabelą.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający odstąpi od spełnienia warunku dotyczącego kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, dokładniej posiadania zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, w przypadku producenta- zezwolenia na produkcję?

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego warunku ponieważ odczynniki do koagulologii nie są klasyfikowane jako wyroby farmaceutyczne.

Odpowiedź:

- 1) **Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - zmianie ulegają zapisy:**

Rozdział VI *Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia*, 1. *Warunki udziału*, 2. *Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, 2.1. Opis spełnienia warunków:*, a) *warunek dotyczący kompetencji do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:*
BYŁO

- Aktualne zezwolenie (koncesja) na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, a w przypadku producenta – zezwolenie na produkcję.

JEST

- Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku udziału w tym zakresie.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert **ulega zmianie** i jest do dnia **24.08.2020 roku do godz.10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **24.08.2020 roku o godz. 10:15.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie
Tomasz Boroński

Sprawę prowadzi:

Marek Jasiński
st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.
tel. (29) 743 76 86