



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 31/08/2020 r.

DEZ/Z/341/ZP- 20/2020

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w przedmiocie: **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analitycznych analizatorów koagulologicznych do SPZZOZ w Wyszakowie**, nr procedury DEZ/Z/341/ZP-20/2020, Zamawiający dokonał wyboru oferty złożonej przez **Werfen Polska Sp. z o. o.**, ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa:

- łączna kwota brutto **59 879,16 zł**;
- parametry oceniane: stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora, stabilność odczynnika do oznaczania APTT wyprodukowanego w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów na pokładzie analizatora, możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego, odczynnik do ATIII ciekły- trwałość w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8°, stabilność kontroli po rekonstytucji i możliwość zamrażania.

UZASADNIENIE

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie 3 dni od dnia przesłania przedmiotowego zawiadomienia.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli:

1. WERFEN Polska Sp. z o.o. ul. Wolińska 4, 03-699 Warszawa:

- kwota brutto 59.879,16 zł → **kryterium cena 60 pkt**,
- parametry oceniane: stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora 10 dni – **15 pkt**, stabilność odczynnika do oznaczania APTT wyprodukowanego w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów minimum 5 dni na pokładzie analizatora – **10 pkt**, możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego – **5 pkt**, odczynnik do ATIII ciekły - trwałość co najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8° – **5 pkt**, stabilność kontroli po rekonstytucji minimum 24 godziny i możliwość zamrażania – **5 pkt** → **kryterium jakość 40 pkt**;
RAZEM 100 pkt.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Jarosław Pohł