



SAMODZIELNY PUBLICZNY

**ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIĘKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

**07-200 Wyszów
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1**



**Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/**

Wyszów, dnia 10/11/2020

DEZ/Z/341/ZP- 19/2020

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszowie**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania papier oryginalny do LIFEPAK 12 o wymiarach 106 mm x 22 m?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany rozmiar.

Zamawiający dokonuje zmiany:

Było

100 szt.

Jest:

3.000 m

Jednocześnie Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na Pytanie 92.

Zamawiający dodatkowo udzielił do tej pozycji odpowiedzi odpowiadając na pytanie 17 i 165 oraz 92

Pytanie 2: dotyczy pakietu 12

Czy Zamawiający będzie wymagał, by zaoferowany papier był w pełni przetestowany do użycia z defibrylatorami LIFEPAK, zgodny z instrukcją obsługi oraz zaleceniami producenta? Używanie nieoryginalnego papieru może powodować szybsze zużywanie się elementów termoczułych drukarek defibrylatorów LIFEPAK.

Odpowiedź:

Zamawiający nie będzie wymagał

Pytanie 3: dotyczy Pakiet 39 Pozycja 1

(3 komorowy drenaż) – jest wskazana liczba 50.000 sztuk.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Pakiecie 39 poz. 1 -3 Komorowy zestaw do drenażu opłucnej sterylnej.

Było: 50.000 sztuk

Jest: 500 sztuk

Pytanie 4

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 1 i 2 dopuści cewniki do odsysania w układzie zamkniętym o długości 57 cm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 1 i 2 wymaga, aby cewnik do odsysania był wyposażony w port MDI (do podaży leków wziewnych w aerosolu).

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 zgodzi się na wydzielenie pozycji 4 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
16	4	Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny		szt.	1 000

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
73	1	Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny		szt.	1 000

Pytanie 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 zgodzi się na wydzielenie pozycji 5 do odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
16	5	Filtr bakteryjno wirusowy do respiratora . Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Skuteczność filtracji >99,98%		szt	300

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
74	1	Filtr bakteryjno wirusowy do respiratora . Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Skuteczność filtracji >99,98%		szt	300

Pytanie 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 7 dopuści prowadnicę w rozmiarze 15 CH/60 cm; spełniającą pozostałe wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycji 8 dopuści prowadnicę intubacyjną w rozmiarze 2,0 mm; spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 8, 9 i 10 wymaga, aby prowadnica była pokryta miękkim tworzywem typu Ivory PCW, co wpływa na jakość prowadnicy i komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Czy Zamawiający w Pakiecie 16 w pozycjach 8, 9 i 10 wymaga, aby prowadnica posiadała rdzeń wykonany

z aluminium, co wpływa na łatwość ukształtowania prowadnicy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw do drenażu posiadał wysokość do 25 cm, co umożliwia wsunięcie zestawu pod łóżko pacjenta.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 13

Czy Zamawiający w Pakiecie 39 w pozycji 1 wymaga, aby zestaw posiadał stabilną podstawę (kształtem zbliżoną do kwadratu) bez konieczności wysuwania lub rozkładania dodatkowych elementów w celu zapewnienia stabilizacji zestawu.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 14: dotyczy Pakietu nr 39

Czy Zamawiający dopuści w pozycji 2 aparat z regulatorem do precyzyjnych infuzji płynów infuzyjnych i lipidów ze skalą od 5-250 ml/godz?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 15

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 39 poz. 2 zestawów z aparatami do przetaczania płynów z regulatorem przepływu o dł. 210cm, prędkości infuzji od 0 do 250 ml/h, stała niezmienna w czasie przepływu płynów, powtarzalność ustaleń po wznowieniu przepływu, filtr p/bakteryjny 1 um w odpowietrzniku połączony na stałe z aparatem do przetoczeń, dodatkowy filtr cząstkowy w komorze kroplowej 15um, zacisk do przerw w infuzji na drenie, dodatkowy port igłowy do podawania leków typu Y konektor wbudowany w linię - przezroczyste lub bursztynowe dla produktów światłoczułych do wyboru przez Zamawiającego – zestawy jak dotychczas stosowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 16

Czy nie zaszła pomyłka w pakiecie 39 poz. 1 w określeniu ilość oferowanych szt ? Z naszego doświadczenia wynika, że ilość 50 000szt 3 – Komorowych zestawów do drenażu opłucnej to bardzo dużo.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w Pakiecie 39 poz. 1 – „3 Komorowy zestaw do drenażu opłucnej sterylnej”

Było: 50.000 sztuk

Jest: 500 sztuk

Pytanie 17: dotyczy Pakietu 12 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru o wymiarach 107x23, z powodzeniem stosowany do aparatu Lifepack 12.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza papier właściwy rozmiarem do urządzenia Lifepack 12.

Zamawiający dodatkowo udzielił do tej pozycji odpowiedzi odpowiadając na pytanie 1 i 165.

Pytanie 18: dotyczy Pakietu 12 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 210x140x250 z odpowiednim przeliczeniem na 60 składanek.

W pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19: dotyczy Pakietu 12 poz. 18

Prosimy o dopuszczenie papieru o wymiarach 112x25 zwyczajowo stosowanego do aparatu BTL.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20: dotyczy SIWZ – VII pkt.2.1– grupa kapitałowa

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21: dotyczy SIWZ-III pkt. 5d)

Prosimy o podanie przybliżonej ilości dostaw w miesiącu, pozwoli nam to na dokładniejsze oszacowanie kosztów realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić przybliżonej ilości dostaw w miesiącu. Ilość dostaw jest uzależniona od rodzaju asortymentu oraz aktualnej sytuacji w szpitalu.

Pytanie 22: dotyczy SIWZ –III pkt.3.8b) Pakiet 12 poz. 4 i 6

Prosimy o odstąpienie od możliwości wezwania o próbki do ww. pozycji w pakiecie nr 12 na rzecz przesłanego katalogu. Zamawiający oczekuje w tych pozycjach papierów oryginalnych- a co za tym idzie koszt przesłania tych próbek będzie wysoki. Katalog do ww. asortymentu będzie potwierdzał wszystkie wymagane parametry.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu żądania próbek.

Pytanie 23: dotyczy art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie nr 20.

Pytanie 24: dotyczy Pakietu nr 63

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 4 w zadaniu nr 63, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
63	4	Filtry pneumoclean(Electret Air Filter) do inkubatora ATOM		szt	20

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
75	1	Filtry pneumoclean(Electret Air Filter) do inkubatora ATOM		szt	20

Pytanie 25: dotyczy Pakietu nr 64

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie do osobnego pakietu pozycji nr 2 w zadaniu nr 64, oraz utworzenia dla nich odrębnego pakietu. Taki zabieg pozwoli na wystartowanie większej liczbie wykonawców, a tym samym obniżenie wartości złożonych ofert, a w konsekwencji oszczędności dla szpitala.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
64	2	Układ do Vaphoterm (dla Oddziału Neonatologicznego)		szt	5

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
76	1	Układ do Vaphoterm (dla Oddziału Neonatologicznego)		szt	5

Pytanie 26: dotyczy § 7 – wzoru umowy

Kary umowne

Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie kary umownej do 0,2 % i zmieni zapisy umowy na:

§ 7

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust. 7 umowy – w wysokości 0,2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz pokrycia wszelkich strat poniesionych z tego tytułu”

8% jest karą nie adekwatną do przedmiotu zamówienia i wręcz niespotykaną w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27: dotyczy Pakietu 5 pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy oddechowy o następujących parametrach: z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej, o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%, przestrzeni martwej 55 ml, wadze 35,6gr, objętości oddechowej 150-1500ml, nawilżaniu 37 mg/l przy $V_t=500\text{ml}$, oporach przepływu 0,82 cm H₂O przy 30 l/min, 2,14 cm H₂O przy 60 l/min, 3,95 cm H₂O przy 90 l/min, z portem kapno z wkręcanym koreczkiem, sterylne.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 28: dotyczy Pakietu 5 pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie jako równoważny filtr bakteryjno-wirusowy oddechowy o następujących parametrach: elektrostatyczny, sterylny dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej 150-1500ml, o objętości wewnętrznej/przestrzeni martwej 33ml, masie 21g, oporze przepływu: 1,0cm H₂O przy 60l/min, 2,0cm H₂O przy 90l/min, 0,4cm H₂O przy 30l/min; skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczność filtracji wirusowej >99,999%; opakowanie folia-papier.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29: dotyczy Pakietu 54 – poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotkę czyszczącą jednorazowego użytku, dwustronną, o średnicy szczotek 6mm po obu stronach, o długości całkowitej 230cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30: dotyczy Pakietu 54 – poz.3

Czy Zamawiający w w/w pozycji pozwoli zaoferować szczotkę czyszczącą jednorazowego użytku, dwustronną, o średnicy szczotek 6mm i 11mm, o długości całkowitej 230cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31: dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do § 4 następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32: dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 33: dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 50 zł na 25 zł

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 34: dotyczy zapisów umowy § 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 10% do 5%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35: dotyczy pakietu 21

Wnosimy o potwierdzenie iż w Pakiecie nr 21 dla poz. nr 1,2 (Zgodnie z § 4.1. pkt. 4 regułą 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych (Dz. U. nr 2015, poz. 1416) wyroby medyczne, które są przeznaczone do implantacji i chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do długotrwałego użytku zalicza się do klasy IIb) Zamawiający wymagać będzie zaoferowania produktów zaklasyfikowanych do klasy IIb.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga tytanu klasy medycznej.

Pytanie 36: dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie nr 20.

Pytanie 37: dotyczy wzoru umowy § 7 ust. 1a

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych za opóźnienia do wysokości 0,1%.

Należy wskazać, że zaproponowane przez Zamawiającego wysokie kary umowne powodują znaczną dysproporcję w ewentualnych roszczeniach stron (wykonawcy przysługują jedynie odsetki w ustawowej wysokości).

Mając na uwadze powyższe proponujemy zrównanie odsetek za opóźnienie w dostawie sprzętu do poziomu odsetek ustawowych tj. do wysokości 0,1%

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 38: dotyczy pakietu nr 1 poz. 24

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź:

Producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności. Zamawiający w celu potwierdzenia wymogów określonych w SIWZ może żądać dokumentów potwierdzających zgodność i dopuszczalność oferowanego towaru.

Pytanie 39

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 23, 24 do odrębnego pakietu?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
1	23	Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem chlorheksydyny (4%) jednorazowa		szt	1500
1	24	Szczoteczka do wymazów cytologicznych, sterylna, mioteczka		szt	4000

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
77	1	Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk z dodatkiem chlorheksydyny (4%) jednorazowa		szt	1500
77	2	Szczoteczka do wymazów cytologicznych, sterylna, miotełka		szt	4000

Pytanie 40: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 osłona na kończynę 36 x 65 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 75 x 80 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

1 osłona na kończynę 36 x 120 cm

1 serweta 100 x 150 cm

1 przylepna serweta średnia 150 x 300 cm z padem chłonnym 15 x 50 cm i organizatorami przewodów

1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 20 x 85 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łączna gramatura 140g/m²). Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 42: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 serweta brzuszno-kroczo 215/240 x 350 cm, zintegrowana z nogawicami i kieszenią na płyny z filtrem i portem, z 2 otworami przylepnymi: górnym 25 x 30 cm, dolnym 9 x 15 cm (z dodatkową osłoną do zasłonięcia otworu, kiedy nie jest używany)

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m². Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 43: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)

4 ręczniki do rąk

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 75 x 80 cm, organizatory przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m² (łącznie gramatura 140g/m²). Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 44: dotyczy Pakietu nr 32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończyne 22 x 75 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana

1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 75g/m². Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 45: dotyczy Pakietu nr 38

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

2 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

2 serwety przylepne 75 x 90 cm

1 serweta przylepna 180 x 180 cm

1 serweta przylepna 150 x 240 cm

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego PP+PE+PP o gramaturze 60g/m², bez zawartości wiskozy i celulozy., Taśmy klejące o szerokości min. 5cm pokryte klejem akrylowym hipoalergicznym. Na opakowaniu jednostkowym 4 naklejki do dokumentacji medycznej z nr REF, LOT, datą ważności, nazwą marki, dodatkowo na 2 etykietach kod kreskowy. Zestaw zgodny z EN 13795.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 46: dotyczy Pakietu nr 69 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski wiązanej w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47: dotyczy Pakietu nr 69 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski wiązanej w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48: dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia

Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania i metody badań dotyczące odzieży i obłożeń chirurgicznych określa najnowsza norma PN-EN 13795. Załącznik A (normatywny) nie określa żadnych wymogów (testów i metod badań) odnośnie klasy palności. "Palność" opisana jest w PN-EN 13795-1 w załączniku B.9 (informacyjnym) oraz PN-EN 13795-2 w załączniku C.4 (informacyjnym), które w obu przypadkach zobowiązują producentów obłożeń i odzieży operacyjnej do dostarczenia użytkownikowi informacji dotyczących ryzyka pożaru. Istotnym pozostaje fakt, iż obłożenia i odzież stosowane na blokach operacyjnych nie stanowią źródła zapłonu, jednak mogą posłużyć jako "paliwo" podczas wybuchu pożaru.

Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży. Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych.

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisane metody badawcze (normy) nie są zharmonizowane z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie, wymaganie wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

Nadmienić należy również, iż stawianie wymogu dotyczącego I klasy palności uniemożliwia złożenie konkurencyjnej jakościowo i cenowo oferty wielu Wykonawcom, co jest niezgodne z zapisami obowiązującej ustawy pzp, a w szczególności dotyczącymi zachowania zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od wymogu określenia klasy palności.

Pytanie 49: dotyczy pakietu 37

Czy Zamawiający dopuści Kartę Danych Technicznych jako protokół badania chłonności ISO?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50: dotyczy pakietu 37, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3400ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 51: dotyczy pakietu 37, poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści pieluchomajtki o chłonności 3800ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 52: dotyczy pakietu 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie włóknina dwuwarstwowa-PP+PE, bez dodatku wiskozy i celulozy, I klasa palności, gramatura min. 56g/m2:

serweta z przylepcem	1	240x150
----------------------	---	---------

serweta z przylepcem	1	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	90x75
taśma medyczna	1	50x9
serweta na stół instrum.	1	190x150
serweta na stolik Mayo	1	145x80
serwetki do rąk	2	40x20

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 53: dotyczy zapisów umowy, Par. 7 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 54: dotyczy zapisów umowy, Par. 7 ust. 1d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55: dotyczy zapisów umowy, Par. 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 4% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień zwłoki?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56: dotyczy zapisów umowy, Par. 7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "Zwłoki"?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57: dotyczy zapisów umowy, Par. 7 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo "opóźnienia" zostało zastąpione słowem "Zwłoki"?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58: dotyczy pakietu 51 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59: dotyczy pakietu 52 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na pozostały asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
52	5	Ośłona na flakon 20 ml z otworem na gumowy korek do nakłuwania typu osłonka na lignokainę		Szt.	300

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
79	1	Osłona na flakon 20 ml z otworem na gumowy korek do nakłuwania typu osłonka na lignokainę		Szt.	300

Pytanie 60: dotyczy pakietu 47 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul wykonanych z FEP.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 61: dotyczy pakietu 47 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w kaniul z filtrem hydrofobowym pełniącym funkcję zastawki antyzwrotnej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 62: dotyczy pakiet 47 poz.3, pakiet 49 poz.2

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby koreczki pochodziły od tego samego producenta co kaniule.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 63: dotyczy pakietu 47 poz.3, pakiet 49 poz.2

Czy Zamawiający wymaga koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi, co znacznie zwiększy bezpieczeństwo i aseptykę pracy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 64: dotyczy pakietu 48 poz.,1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli dożylniej z filtrem hydrofobowym pełniącym rolę zastawki antyzwrotnej. Pozostałe zapisy zgodnie z SIWZ. Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnej oferty jakościowej i cenowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 65: dotyczy pakietu 69 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w masечek w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 66: dotyczy pakietu 71 poz. 3,4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
71	3	FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny, jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS/SMMS, oddychający, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, gramatura min	M, L, XL, XXL	szt	5000

		35g/m2, zgodność z norma EN13795 Rozmiar M, L, XL, XXL			
71	4	<u>FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny</u> , jednorazowy fartuch fizelinowy, mankiety bawełniane, wiązania na troki, gramatura 25g/m2		szt	1000

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
80	1	<u>FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny</u> , jednorazowy fartuch chirurgiczny z włókniny SMS/SMMS, oddychający, mankiety poliestrowe, troki ułatwiające aseptyczne wiązanie, szwy wykonane metodą ultradźwiękową, gramatura min 35g/m2, zgodność z norma EN13795 Rozmiar M, L, XL, XXL	M, L, XL, XXL	szt	5000
80	2	<u>FARTUCH CHIRURGICZNY Sterylny</u> , jednorazowy fartuch fizelinowy, mankiety bawełniane, wiązania na troki, gramatura 25g/m2		szt	1000

Pytanie 67: dotyczy pakietu 72 poz.1

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 68: dotyczy pakietu 72 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w czepków o gramaturze 10g/m2.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 69: dotyczy pakietu nr 5, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra antybakteryjnego i antywirusowego, sterylnego, elektrostatycznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności filtracji względem wirusów i bakterii >99,998%, dedykowany do objętości oddechowej >180ml, z portem kapno, zwrot wilgoci 32,3mm H₂O/l, objętość wewnętrzna 57ml, masa 31g, opór przepływu 2,7cm H₂O przy 60l/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 70: dotyczy pakietu nr 5, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego, elektrostatycznego, sterylnego, dla dorosłych, dedykowany do objętości oddechowej >150ml, o objętości wewnętrznej 42ml, masie 23g, oporze przepływu 2,0cm H₂O przy 60l/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 71: dotyczy pakietu nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łącznika o długości 18cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 72: dotyczy pakietu nr 5, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie układu oddechowego bez portów w Y?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 73: dotyczy pakietu nr 5, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli poz. 5, tj. spirometr bodźcowy do osobnego pakietu? Pozwoli to na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
5	5	Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s), kolorowe kulki, z ustnikiem x 1 szt		Szt.	36

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
78	1	Spirometr bodźcowy do treningu oddechowego z 3 komorami zakresu oddechowego (600,900 i 1200ml/s), kolorowe kulki, z ustnikiem x 1 szt		Szt.	36

Pytanie 74: dotyczy pakietu nr 16, poz. 1, 2, 4, 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie poz. 1, 2, 4, 5 oraz utworzenie osobnego pakietu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
16	1	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych	16F/54ch	szt	200
16	2	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych	14F/54ch	szt	200

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
81	1	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych	16F/54ch	szt	200
81	2	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym jednoświatłowych	14F/54ch	szt	200

Było

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
16	4	Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny		szt.	1 000

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
73	1	Filtr bakteryjno-wirusowy elektrostatyczny		szt.	1 000

Było

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
16	5	Filtr bakteryjno wirusowy do respiratora . Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Skuteczność filtracji >99,98%		szt	300

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
74	1	Filtr bakteryjno wirusowy do respiratora . Filtr elektrostatyczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci do respiratorów i aparatów do znieczuleń. Skuteczność filtracji >99,98%		szt	300

Pytanie 75: dotyczy pakietu nr 31

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rurek ustno-gardłowych dostępnych w rozmiarach:

000 - 3.5 ISO

00 - 5.0 ISO

0 - 5.5 ISO

1 - 6.5 ISO

1.5 - 7.0 ISO

3 - 9.0 ISO

4 - 10.0 ISO

5 - 12.0 ISO ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 76: dotyczy SIWZ i wzoru umowy

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące zmiany umów w sprawie zamówień publicznych wynikające z okoliczności związanych z wystąpieniem Covid-19 będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 77: dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Wnosimy o zmniejszenie kar umownych wynikających z §7 ust. 1a wzoru umowy do 0,5% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78: dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie co rozumie pod pojęciem „wszelkich strat poniesionych z tego tytułu” (§7 ust. 1a wzoru umowy)? Jakiego rodzaju straty Zamawiający ma na myśli?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia: np. konieczność zakupu u innego Wykonawcy, wstrzymanie wykonywania świadczeń i związane z tym straty, poniesione koszty oraz nałożone kary administracyjne z powodu nie zabezpieczenia asortymentu danego rodzaju.

Pytanie 79: dotyczy pakietu 48

Czy Zamawiający dopuści kaniule wyposażone w filtr hydrofobowy zapobiegający zwrotnemu wypływowi krwi zamiast zastawki zwrotnej?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 80: dotyczy pakietu 48

Czy Zamawiający w poz.2 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielnych od siebie koreczków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 81: dotyczy pakietu 48

Czy Zamawiający w poz. 1 wymaga kaniuli z portem bocznym umieszczonym centralnie nad skrzydełkami mocującymi, zapewniającym całkowitą stabilność podczas używania portu bocznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 82: dotyczy pakietu 49

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści: bezpieczną kaniule do wlewów dożylnych wykonaną z poliuretanu

z automatycznie aktywującym się plastikowym zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli w pełni zabezpieczającym operatora przed przypadkowym zakłuciem i nieprzewidzianą ekspozycją na krew po wycofaniu igły, z 3 paskami dającymi bardzo dobry kontrast w promieniowaniu RTG i umożliwiającymi kontrolę lokalizacji kaniuli w żyłę, dodatkowy port centralnie umiejscowiony wobec skrzydełek zamykany standardowo bez dodatkowego mechanizmu, w następujących rozmiarach:

- 24G (0,74)- dł. 19mm; przepływ 29ml/min
- 22G (0,90) - dł. 25mm; przepływ 42 ml/min
- 20G (1,00)- dł. 32mm; przepływ 59 ml/min
- 18G (1,30) - dł. 32mm; przepływ 103 ml/min
- 17G (1,50)- dł. 45mm; przepływ 155 ml/min
- 16G (1,75)- dł. 45mm; przepływ 225 ml/min?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 83: dotyczy pakietu 49

Czy Zamawiający w poz.2 dopuści koreczki pakowane na blistrze po 4 sztuki aseptycznie oddzielnych od siebie koreczków?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 84: dotyczy pakietu 49

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści koreczki innego producenta pakowane pojedynczo, kompatybilne z oferowanymi kaniulami?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 85

Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczelnienie zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Towar powinien być przechowywany, magazynowany i transportowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producenta i wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Pytanie 86

Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz wyroby medyczne chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającym i możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

Odpowiedź:

Towar powinien być przechowywany, magazynowany i transportowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producenta i wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Pytanie 87

Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie

z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

Odpowiedź:

Towar powinien być przechowywany, magazynowany i transportowany przez Wykonawcę zgodnie z wytycznymi producenta i wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Pytanie 88

Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru

z zamówieniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 89: dotyczy pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o wymiarach 42x56 mm Holter, która jest zamiennikiem elektrody LLL 510

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 90: dotyczy pakietu nr 1 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy ϕ 30, która jest zamiennikiem elektrody LFR 310.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 91: dotyczy pakietu nr 1 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrody o średnicy ϕ 48, która jest zamiennikiem elektrody E50

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 92: dotyczy pakietu nr 1 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza proponowany sposób konfekcjonowania.

Zamawiający wyjaśnia, iż „Szczegółowa oferta cenowa” służy do porównania ofert, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do dokonania przeliczenia zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego tj.

w przeliczeniu na 1 szt., dopuszczenie do możliwości wyceny za pełne opakowanie zaokrąglając ilości w górę lub w dół spowodowałoby, iż oferty byłyby nieporównywalne.

Zamawiający dopuszcza przelicznik do trzech miejsc po przecinku i dokonuje zmiany w SIWZ:

Rozdział XIII pkt 6

Było:

Cena oferty i wszystkie jej składniki powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów jakie Wykonawca oferuje.

Jest:

Cena oferty i wszystkie jej składniki powinna być wyrażona w PLN (złotych polskich) z dokładnością do trzech miejsc po przecinku z uwzględnieniem ewentualnych upustów, rabatów jakie Wykonawca oferuje.

oraz

Rozdział XIV pkt. 4

Było:

Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do dwóch miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

Jest:

Wyniki obliczeń zaokrąglane będą do trzech miejsc po przecinku wg powszechnie obowiązujących zasad matematycznych.

Jednocześnie Zamawiający zaznacza, iż w SIWZ w Rozdziale XVII – wzór umowy § 4 pkt. 2 widnieje zapis „Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości zamawianych towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innego typu w ramach danego Pakietu. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do zmian cen jednostkowych podanych w ofercie przetargowej Wykonawcy.”

Pytanie 93: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wycenę za op. 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 94: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 21

Czy Zamawiający dopuści pojemnik przezroczysty o pojemności 20ml ?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95: dotyczy Pakietu nr 33 poz. 5

Czy Zamawiający miał na myśli strzykawkę do pomp infuzyjnych?

Odpowiedź:

Nie. Strzykawka 50 ml do pomp infuzyjnych – Pakiet 35 poz. 4.

Pytanie 96: dotyczy pakietu nr 1 poz. 22

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 25 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 97: dotyczy pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych w rozmiarze 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 98: dotyczy pakietu nr 2 poz. 20

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie cewników Kher o rozmiarze ramion 16x38 cm. Prośbę swą kierujemy ponieważ producent który produkował cewniki Kehr w rozmiarze 70x16 wycofał się z produkcji.

W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się o wyłączenie powyższej pozycji do oddzielnego pakietu aby była możliwość złożenia oferty na pozostałe pozycje.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 99: dotyczy pakietu nr 7 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igłę 06 mm x 30?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 100: dotyczy pakietu nr 7 poz. 6,7

Czy Zamawiający, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, wymaga, aby igły 1,1 oraz igły 1,2 były krótkościęte? Zastosowanie igieł krótko ściętych, uniemożliwia fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego z fiolki leku. Nadmieniamy, że szereg incydentów medycznych zgłaszanych przez szpitale był spowodowany zastosowaniem do aspiracji igły długościętej, która powoduje fragmentację korka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 101: dotyczy pakietu nr 10 poz. 1-9

Czy Zamawiający dopuści Dren lateksowy do jamy otrzewnej o długości 40 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 102: dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie podania ceny za op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości. Pozytywna odpowiedź pozwoli na niezawyżanie wartości oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 103: dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Czy Zamawiający będzie wymagał strzykawk z rozszerzona skalą o minimum 20%, co pozwala na szersze wykorzystanie strzykawk o mniejszej pojemności i dzięki czemu zmniejszy zrzucie strzykawk o większej pojemności (droższych strzykawk)

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 104: dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga strzykawk z podwójnym zabezpieczeniem tłoka przed wypadnięciem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 105 dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawk z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 106: dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru ?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 107: dotyczy pakietu nr 33 poz. 5

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk z podwójną skalą?


Odpowiedź:

Nie

Pytanie 108: dotyczy pakietu nr 34 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania przyrządów z dużą i wygodną w użytkowaniu komorą kroplową o długości minimum 6 cm w części przezroczystej?

Poniżej przedstawiamy zdjęcie ze standardowym przyrządem do płynów z komorą kroplową minimum 6 cm oraz zdjęcie drugiego przyrządu z komorą, która jest dwa razy krótsza:



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 109: dotyczy pakietu nr 34 poz. 1

Czy na potwierdzenie spełniania wymaganych parametrów takich jak „komora kroplowa wolna od PVC” i „przyrząd wolny od ftalanów” Zamawiający będzie wymagał oświadczenia o zastosowanym plastyfikatorze oraz „Karty charakterystyki bezpieczeństwa produktu chemicznego”?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 110: dotyczy pakietu nr 35 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie czy w pozycji nr 4 oczekuje zaoferowania strzykawki 50 ml cewnikowej czy z końcówką Luer-Lock?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje strzykawki do pomp infuzyjnych

Pytanie 111: dotyczy pakietu nr 37 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 37, pozycja: 2): złożenie oferty na pieluchomajtki w rozmiarze L o obwodzie produktu co najmniej 160 cm? Wymiary techniczne oferowanego produktu (szerokość w górnej części pieluchomajtki 80 cm) odpowiadają najbardziej popularnym produktom z handlowym oznaczeniem XL oferowanym na rynku polskim. W naszej opinii nie ma zatem powodu do zawężania wymogów w stosunku do oczekiwanych produktów - rozmiarów wynikających z ich nazwy handlowej. Nomenklatura nazw handlowych może być różna ponieważ nie podlega ścisłym kryteriom przy ich oznaczeniu. Dopuszczenie naszego produktu w rozmiarze L o maksymalnym obwodzie produktu 160cm daje możliwość zaproponowania Zamawiającemu konkurencyjnej oferty, co w trakcie trwania umowy, przełoży się na oszczędności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 112: dotyczy pakietu nr 37 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 37, pozycje: 1, 2): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających co najmniej jeden ściągacz taliowy i ustanowi to jako wymóg bezwzględny? Należy podkreślić, że rozwiązanie technologiczne w postaci „co najmniej jednego ściągacza taliowego” cechuje produkty o najwyższym poziomie jakości. Zakup tego typu produktów z pewnością spełni oczekiwania i potrzeby personelu medycznego, a także pacjentów, a długofalowo przyczyni się do oszczędności w wydatkach na produkty chłonne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 113: dotyczy pakietu nr 47 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt.

Rozmiar Gauge	Kolor	Cewnik		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	300
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	90
20	Różowa	1.1	33	61
22	Niebieska	0.9	25	36
24	Żółta	0.7	19	15

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 114: dotyczy pakietu nr 47 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie korków do kaniul kompatybilnych z oferowanymi kaniulami, lecz innego producenta niż kaniule.

Prośbę swą kierujemy, ponieważ wszyscy producenci produkują kaniule i koreczki według ustalonych norm, w związku z czym koreczki pochodzące od innego producenta również będą kompatybilne z oferowanymi kaniulami.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 115: dotyczy pakietu nr 47 poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na podanie ceny za op. A.100 szt. wraz z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 116: dotyczy pakietu nr 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- osłona igły: polipropylen
- cewnik wykonane z teflonu FEP
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- brak lateksu
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat
- instrukcja użytkowania na opakowaniu pośrednim 50 szt

Rozmiar Gauge	Kolor	Cewnik		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowa	2.1	45	300
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	90
20	Różowa	1.1	33	61
22	Niebieska	0.9	25	36
24	Żółta	0.7	19	15

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 117: dotyczy pakietu nr 48 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na podanie ceny za op. A.100 szt. wraz z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 118: dotyczy pakietu nr 49 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Bezpieczne kaniule dożylnie z portem i skrzydełkami jednorazowego użytku, nietoksyczne, niepirogenne, do krótkoterminowego użytku sterylizowane tlenkiem etylenu.

Dane techniczne produktu:

- igła wykonana ze stali nierdzewnej
- cewnik wykonane z poliuretanu PUR
- zabezpieczenie igły metalowo-plastikowe
- wyposażona w skrzydełka
- z portem bocznym
- 2 linie RTG
- zastawka antyzwrotna
- jałowa, okres trwałości 5 lat

Rozmiar Gauge	Kolor	Cewnik		
		Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
14	Pomarańczowy	2.1	45	300
16	Szary	1.8	45	200
18	Zielony	1.3	45	90
20	Różowy	1.1	33	61
22	Niebieski	0.9	25	36
24	Żółty	0.7	19	15

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 119: dotyczy pakietu nr 49 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie korków do kaniul kompatybilnych z oferowanymi kaniulami, lecz innego producenta niż kaniule.

Prośbę swą kierujemy, ponieważ wszyscy producenci produkują kaniule i koreczki według ustalonych norm, w związku z czym koreczki pochodzące od innego producenta również będą kompatybilne z oferowanymi kaniulami.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 120: dotyczy pakietu nr 49 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zgodę na podanie ceny za op. A.100 szt. wraz z przeliczeniem zamawianych ilości do pełnych opakowań

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 121: dotyczy pakietu nr 60 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści szynę do palców 260x40 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 122: dotyczy pakietu nr 33 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z rozszerzoną skalą do 60ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 123: dotyczy pakietu nr 37 poz. 1,2

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 37, pozycje: 1, 2) pieluchomajtek posiadających system szybkiego wchłaniania, który umożliwi maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta? Należy podkreślić, że powyższe rozwiązania technologiczne charakteryzują produkty o wysokich standardach jakościowych i zapewniają pacjentom maksymalną ochronę. Dodatkowo korzystnie wpływają na finanse Zamawiającego, gdyż ograniczają zużycie produktów chłonnych jak również ilość prania pościeli.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 124: dotyczy pakietu nr 37 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet nr 37, pozycje: 1, 2): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948. Dodatkowo należy nadmienić, że wszyscy producenci na terenie Unii Europejskiej, których produkty są dopuszczone do obrotu na jej terytorium są zobowiązani do przestrzegania wszystkich norm jakościowych, w tym ISO 11948-1. Badanie poziomu absorpcji produktu chłonnego w każdej fabryce na terenie UE odbywa się według wytycznych ISO 11948-1 i nie ma potrzeby przeprowadzania testów przez podmioty zewnętrzne. Karty techniczne oraz oświadczenia wystawione przez producenta są poświadczeniem odbytych testów oraz ich wyników.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 125: dotyczy pakietu nr 33 poz. 1-4

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całą długości cylindra, z przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego wysokości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 126: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 26 i Pakiet 36

Zamawiający określa system do pomiaru stężenia glukozy we krwi podając nazwy własne pasków testowych będących zastrzeżonym znakiem towarowym konkretnego producenta, co znacząco ogranicza konkurencję asortymentowo-cenową, tym samym narażając szpital na wysoką cenę. Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałyby możliwość obniżenia kosztów w

budżecie przeznaczonym na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 i 29 Pzp) dopuszcza konkurencyjne paski testowe (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów) charakteryzujące się opisanymi poniżej cechami: a) Funkcja Auto-coding; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy; d) zakres wyników pomiaru w jednostkach 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi włóśniczkowej osób dorosłych i noworodków; g) bezdotykowy wyrzut zużytego paska po pomiarze za pomocą przycisku; h) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada na wyposażeniu konkretne glukometry, w związku z tym oczekuje pasków, które można stosować w jego urządzeniach. Zamawiający, postępując zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza produkty równoważne tzn. paski kompatybilne z jego urządzeniami.

Jednocześnie Zamawiający biorąc pod uwagę ochronę zdrowia publicznego oraz obecną sytuację epidemiologiczną - prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii, nie może wyrazić zgody na wymianę posiadanych przez siebie glukometrów. Wycofanie używanych i wprowadzenie nowych urządzeń wiąże się brakiem możliwości zaplanowania takich działań jak również jest wielce prawdopodobne z brakiem możliwości przeszkolenia personelu, na co Zamawiający nie może sobie pozwolić.

Pytanie 127: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 26 i Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci wysokiej jakości pasków testowych do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujących się opisanymi poniżej parametrami: a) Funkcja Auto-coding eliminująca konieczność kodowania; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; d) Kapilara samozasysająca krew; e-f) Wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku, dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej; g) Możliwość wykorzystania jednostkowego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy; h) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra, zakres pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60% przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 126.

Pytanie 128: dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie 26 i Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuszcza równoważne paski testowe do glukometru (wraz z przekazaniem kompatybilnych glukometrów), charakteryzujące się następującymi parametrami: a) zakres wyników pomiaru 20-600 mg/dl i zakres hematokrytu 20-60%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej i żyłnej przy dokładności zgodnej z wytycznymi aktualnej normy ISO 15197:2015; b) wyrzut zużytego paska za pomocą przycisku; c) paski nie wymagające kodowania; d) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD; e) przydatność pasków testowych do użycia po otwarciu pojedynczej fiolki wynosząca 6 miesięcy; f) wielkość próbki 0,5 mikrolitra, czas pomiaru 5s; g) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem? Prosimy o określenie konkretnych kryteriów równoważności.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 126.

Pytanie 129: dotyczy Pakietu nr 32, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana – wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo o min. wym. 80x145cm, z warstwą chłonną o wymiarach 60x145 cm
 - 1 serweta główna - minimalne wymiary 200x320cm posiadająca elastometryczny otwór Ø7cm , torbę do zbiórki płynów z drugim elastometrycznym otworem Ø5cm, zaworkiem spustowym oraz uchwytem mocującym („rzep”)
 - 1 serweta pod kończynę o wymiarach min. 150x150cm
 - 1 osłona na kończynę wykonana z laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m² o wym. 35x80cm
 - 2 taśmy samoprzylepne wykonane z włókniny typu Spunlace 9x50cm,
 - 2 ręczniki 30x40cm
- Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm z warstwą chłonną o wymiarach 76x190cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 130: dotyczy Pakietu nr 38, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m².

Skład :

- 2 serwety przylepne 75x90cm
- 1 serweta przylepna 170x180cm
- 1 serweta przylepna 150x240cm
- 1 włókninowa taśma samoprzylepna 9x50cm
- 1 osłona na stolik Mayo 80x145cm wykonana z folii o grubości 0,065 mm, ze wzmocnieniem z włókniny polipropylenowej min. 60x145cm o gram. 40 g/m²
- 1 serweta na stół instrumentariuszki 140x190cm, wykonana z folii PE 0,050mm, wzmocnienie 76x190cm o gram. 30g
- 4 ręczniki celulozowe 30x40cm

Zestaw niepalny – potwierdzenie w postaci oświadczenia producenta. Klej, nierepozycjonowalny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 131: dotyczy Pakietu nr 18, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu uniwersalnego wykonanego z chłonnego laminatu polietylenu i włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze 62 g/m², wzmocnione wzmocnionej włókniną typu Spunlace o gramaturze min. 70g/m², o składzie:

- 1 czerwona osłona na stolik Mayo 80x145cm, ze wzmocnieniem min. 60x85cm, złożona teleskopowo
- 1 serweta o wymiarach 250/180x310cm z samoprzylepnym oknem 28x30x24cm, klej hypoalergiczny, nie repozycjonowalny, po dwóch stronach okna wzmocnienia o wym. 16x50cm z 8 uchwytami (otworami) na przewody i dwiema zintegrowanymi przezroczystymi podwójnymi kieszeniami na instrumenty chirurgiczne o wym. 40x73 cm
- 2 ręczniki celulozowe 30x40cm

Całość zawinięta w serwetę na stół instrumentariuszki o min. wym. 140x190cm.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 132: dotyczy Pakietu nr 45 poz. 1-3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o powierzchni zewnętrznej delikatnie teksturowanej. Pragniemy zaznaczyć, iż powierzchnia teksturowana poprawia właściwości chwytne rękawicy zapewniając przy tym doskonałe czucie i sprawność manualną.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 133: dotyczy Pakietu nr 45 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości 303-308mm.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 134: dotyczy Pakietu nr 45 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania rękawic o długości min. 285 mm. Jest to długość zgodna z wymogami normy EN 455 a oferowane rękawice zakrywają mankiet fartucha, gwarantując bezpieczeństwo podczas pracy na bloku operacyjnym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 135: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 9 lit. a) poprzez nadanie mu następującej treści: zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga formy aneksu.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. W związku z powyższym wnosimy o zmianę, jak powyżej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 136: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 ust. 9 lit. e) poprzez nadanie mu następującej treści: „Zmiany wymienione w ust. 9 pkt b) i c) niniejszego paragrafu są wprowadzane w formie aneksu do umowy i obowiązują od daty obowiązywania nowych stawek.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 137: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 poprzez dodanie do niego ust. 13 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach.

Odpowiedź:

Zgodnie w SIWZ.

Zmianę w tym zakresie reguluje SIWZ Rozdział XVII ust. 9 lit d) „uzasadnionych zmian wprowadzonych przez producentów towarów, na podstawie dokumentu wystawionego przez producenta (oświadczenie, cennik lub faktura).

Pytanie 138: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 4 poprzez dodanie do niego ust. 14 o treści: „Zamawiający zobowiązuje się do zamawiania każdorazowo nie więcej towaru aniżeli iloraz jego ilości wynikającej z umowy i sumy miesięcy na jaki została ona zawarta.” UZASADNIENIE: Pandemia COVID-19 - w zrozumiały sposób - doprowadziła do nadzwyczajnego, skokowego wzrostu popytu na wyroby medyczne służące jej zwalczaniu, w krótkim czasie prowadząc do wyczerpania – nie tylko posiadanych przez producentów zapasów tychże, lecz również zmniejszenia podaży materiałów niezbędnych do ich

dalszej produkcji. Zjawiskom tym towarzyszyły równocześnie, wprowadzane przez kolejne państwa - ograniczenia w przemieszczaniu się i pracy oraz obostrzenia eksportowe dotyczące szerokiego asortymentu wyrobów, komponentów lub materiałów do ich wytwarzania - mające bezpośrednie i niebagatelne przełożenie na zdolności produkcyjne dotychczasowych dostawców wyrobów medycznych, a także trudności w realizacji usług transportowych. W rezultacie, tj. z powodu niedających się przewidzieć, zapobiec, ani przezwyciężyć przyczyn - dostępność wyrobów medycznych na światowych rynkach uległa radykalnemu ograniczeniu. Co istotne - z powodu dynamicznego charakteru pandemii, a także jej możliwych nawrotów, nie jest w tym momencie oszacowanie – na jak długo. W kontekście powyższego wprowadzenie do umowy wyżej wskazanego ograniczenia jest niezbędne dla zagwarantowania wszystkim jednostkom odpowiedzialnym za ochronę zdrowia na terytorium RP - odpowiedniego dostępu do niezbędnych wyrobów medycznych."

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 139: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o wykreślenie § 5 ust. 5 poprzez. UZASADNIENIE - Zamawiający, jako podmiot uprawniony do właściwie jednostronnego kształtowania treści umowy o zamówienie publiczne, nie może swego prawa podmiotowego nadużywać. Kształtując treść umowy, musi mieć na uwadze ograniczenia wynikające z art. 3531 KC, a także z zasady prawa cywilnego, wynikającej z art. 5 KC, zgodnie z którą nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. (Zobacz wyrok z dnia 27 marca 2014 r. KIO 487/14 podobnie KIO 897/15 oraz SO w Lublinie w Wyroku z dnia 20 sierpnia 2014 sygn. II Ca 450/14).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający gwarantuje minimalny % realizacji - SIWZ Rozdział XVII § 4 ust. 1 „Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania pełnej ilości towarów wymienionych w Załączniku nr 2. Wykonawca ma prawo zgłosić roszczenie z tytułu niezrealizowania umowy, gdy łączna wartość zrealizowanych usług w okresie trwania umowy będzie mniejsza niż 50% szacunkowej łącznej wartości umowy określonej w ofercie Wykonawcy - Załącznik nr 1.

Pytanie 140: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 6 ust. 2 poprzez wydłużenie terminu realizacji reklamacji do 5 dni roboczych.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

SIWZ Rozdział XVII § 6 ust. 2 – dotyczy przyjęcia zawiadomienia a nie terminu realizacji reklamacji.

Pytanie 141: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o modyfikację § 7 ust. 1 lit. a) i c) poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości 0,5% wartości zamówionego a niedostarczonego towaru za każdy dzień roboczy, oraz do wysokości 5% wartości niezrealizowanego przedmiotu umowy. UZASADNIENIE: Podkreślamy, że obecne postanowienia projektu umowy dotyczące kar umownych kształtują kary umowne na rażąco wygórowanym poziomie, co może prowadzić do naruszenia art. 353(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2018 poz. 1025, ze zm., dalej jako: „Kodeks cywilny”) oraz art. 484 § 2 i art. 5 Kodeksu cywilnego w zw. z art. 14 oraz art. 139 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm., dalej jako: „ustawa PZP”) poprzez wykorzystanie pozycji dominującej organizatora przetargu i uprzywilejowanie pozycji Zamawiającego wobec Wykonawcy, polegające na nałożeniu w SIWZ rażąco wygórowanych kar umownych na Wykonawcę. Należy przy tym zauważyć, że z rażąco wygórowaną karą umowną mamy do czynienia zarówno wówczas, gdy zachwiana zostaje relacja pomiędzy wysokością wynagrodzenia za wykonanie zobowiązania a wysokością kary umownej zastrzeżonej za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, jak i wtedy (co jest zasadniczym kryterium miarkowania kary umownej z uwagi na jej rażące wygórowanie), gdy zachwiany został stosunek wysokości zastrzeżonej kary umownej do wysokości doznawanej szkody (zob. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 września 2007 r., V CSK 139/07, LEX nr 341635, oraz uchwałę składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 6 listopada 2003 r., III CZP 61/03, LEX nr 81615). Kara umowna jest bowiem surogatem odszkodowania, zastrzeżonym w

określonej wysokości i nie może prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 142: dotyczy zapisów Umowy

Wnosimy o wykreślenie § 7 ust. 4. UZASADNIENIE: Podkreślamy, iż zgodnie z treścią art. 15r1 ust. 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.” Mając na uwadze powyższe niniejsze postanowienie umowy należy traktować jako nieważne.

Odpowiedź:

Przepisy dotyczące zmiany umów w sprawie zamówień publicznych wynikające z okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pytanie 143: dotyczy Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrodę o wymiarach 42x56 mm, pianka PE, żel stały?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 144: dotyczy Pakiet 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 500?

Odpowiedź:

Pakiet 1 pozycja 1 dotyczy innego asortymentu. (basen plastikowy). Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 145: dotyczy Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 22x45 mm, pianka PE, żel stały?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 146: dotyczy Pakiet 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 40?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 147: dotyczy Pakiet 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'90 sztuk oraz ich wycenę z zaokrągleniem „w górę” do 8334 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 148: dotyczy Pakiet 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łopatki do języka pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 150 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 149: dotyczy Pakiet 1, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści ostrza chirurgiczne pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 200 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 150: dotyczy Pakiet 1, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na płwocinę wykonany z polistyrenu, z wieczkiem wciskany, pojemność 60 ml, rozmiar Ø 60 x 34 mm, przezroczysty?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 151: dotyczy Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową o wymiarach 25x450 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stazę bezlateksową o wymiarach 25x450 mm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 152: dotyczy Pakiet 1, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści stazy jednorazowe pakowane a'25 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 26000 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 153: dotyczy Pakiet 1, pozycja 25-26

Czy Zamawiający dopuści szkiełka nakrywkowe pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 50 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 154: dotyczy Pakiet 1, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości do 50 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 155: dotyczy Pakiet 1, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści woreczki do poboru próbek moczu osobno dla chłopców oraz dla dziewczynek?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 156: dotyczy Pakiet 1, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zaciskacze do pępowiny pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 20?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 157: dotyczy Pakiet 2, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści dren Khera o wymiarach 450x180 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 158: Pakiet 3, pozycja 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie wyżej wymienionej pozycji co umożliwi złożenie bardziej konkurencyjnej oferty większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
3	1	Butla plastikowa do reduktorów tlenowych		szt.	75

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
82	1	Butla plastikowa do reduktorów tlenowych		szt.	75

Pytanie 159: Pakiet 3, pozycja 7

Czy Zamawiający ma na myśli podkład o wymiarach 140x90?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 160: Pakiet 7, pozycja 1-8

Czy Zamawiający dopuści igły pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 161: Pakiet 10, pozycje 1 - 9

Czy Zamawiający dopuści dren silikonowy do jamy otrzewnej, dł. 50cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 162: Pakiet 10, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 21?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 163: Pakiet 10, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 27?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 164: Pakiet 10, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze CH 33?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 165: Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści papier do defibrylatora Lifepak 12 w rolce o długości 22m z przeliczeniem ilości na 137 rolek?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 1 i 17

Pytanie 166: Pakiet 12, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści papier do KTG SRF 618B w bloczku o wymiarach 112mm x 100mm x 100 kartek z przeliczeniem ilości na 210 bloczków?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 167: Pakiet 12, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG Ascard Gold V w rolce o wymiarach 210x140x250 mm z przeliczeniem ilości do 60 sztuk?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 168: Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie półokrągłej rękawicy. Nasączona jednostronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana z jednej strony (części myjącej) z poliestru, z drugiej strony z włókniny. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 14 cm x 20 cm, gramatura 90g/m². Produkt pozbawiony latexu?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 169: Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a'10szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 170: Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dwuwarstwową, jednorazową myjkę do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączoną obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m².

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 171: Pakiet 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę w opakowaniu a'12szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 172: Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjki w rozmiarze 16 x 22cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Pytanie 173: Pakiet 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie myjek pakowanych a'50 sztuk?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 174: Pakiet 20, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści pokrowce w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 175: Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na zwłoki o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 176: Pakiet 20, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pokrowców na zwłoki tylko w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 177: Pakiet 20, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści Podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg. Chłonność min. 1,5 litra. Zapewnia trwałe zatrzymanie bakterii, w tym MRSA,E.Coli, redukuje zapach.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 178: Pakiet 24, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla położnic wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 179: Pakiet 24, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowaną z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 180: Pakiet 24, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 56g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Pytanie 181: Pakiet 24, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z 1 taśmą w komplecie i drugą pakowaną osobno?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 182: Pakiet 24, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści piżamę dla pacjenta z bluzą z trzema kieszeniami, spodniami z trokami w pasie, w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 183: Pakiet 24, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę porodową o wymiarach 114cm x 150cm wykonaną z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu 60 g/m2, w strefie krytycznej wzmocnienie o gramaturze 80 g/m2. Rozmiar wzmocnienia w strefie krytycznej 25cm x 50cm, serweta zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 78cm x 80cm wyposażoną w sztywnik w górnej części torebki, filtr w dolnej, wewnętrznej części torby i port do odsysania treści w dolnej części worka, którego budowa umożliwia podłączania drenów o różnej średnicy?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 184: Pakiet 24, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 50g/m2 w strefie krytycznej wyposażoną we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m2 w rozmiarze 200x320cm z otworem o średnicy 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 185: Pakiet 24, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści serwetę wzmocnioną na stół instrumentalny, wykonaną z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m² oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m². Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m² ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 186: Pakiet 24, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści serwetę z wycięciem U w rozmiarze 200x100cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 187: Pakiet 24, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 188: Pakiet 24, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści ściereczki do rąk pakowane a' 1 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 189: Pakiet 24, pozycja 22

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
24	22	WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych	-	szt.	200

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
83	1	WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych	-	szt.	200

Pytanie 190: Pakiet 24, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści zestaw o następującym składzie i parametrach:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem o wymiarach 25 cm x 30 cm wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 75 cm x 85 cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 191: Pakiet 27, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta wykonaną z włókniny typu SMS o gramaturze 33g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 192: Pakiet 27, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Pakiet 27 poz 2 – Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27 poz 3 – Zamawiający dopuszcza rozmiar uniwersalny, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 193: Pakiet 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta w kolorze granatowym, zakładaną przez głowę, wykonaną z włókniny polipropylenowej o gramaturze 40g/m2, w rozmiarze uniwersalnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że minimalny obwód wynosi 140 cm, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 194: Pakiet 27, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści koszulę pacjenta

Odpowiedź:

Brak doprecyzowania pytania.

Pytanie 195: Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę wchłaniającą wykonaną z białej warstwy bawełnianej + niesbieska warstwa antypoślizgowa z folii LDPE?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 196: Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę wchłaniającą w rozmiarze 116cm x 76cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wskazany rozmiar, wszystkie pozostałe parametry pozostają bez zmian

Pytanie 197: Pakiet 28, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści matę o chłonności ok 1litr?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 198: Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki typu kombi pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 500?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 199: Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki typu kombi w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 200: Pakiet 33, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 201: Pakiet 33, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 202: Pakiet 33, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'25 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 203: Pakiet 34, pozycja 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PCV.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 204: Pakiet 35, pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 sztuk oraz ich wycenę z odpowiednim przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 30?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 205: Pakiet 35, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp o pojemności 50 ml z rozszerzeniem do 60 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 206: Pakiet 38

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 207: Pakiet 44, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 208: Pakiet 44, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za opakowanie a'100 lub a'200 szt. z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 209: Pakiet 44, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o odporności na zerwanie przed starzeniem 6N, wydłużeniu przy zerwaniu po starzeniu min. 400%, grubość na palcu 0,08mm+/-0,01, na dłoni 0,06mm+/-0,01?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 210: Pakiet 44, pozycje 1, 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1 i 3 do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i wydziela

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
44	1	Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 50µg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic teksturowana, od wewnątrz pokryta polimerem; rant mankietu równomiernie rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. Rozmiary: S, M, L, XL.		szt	160.000
44	3	Rękawice diagnostyczne z nitrilu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na zerwanie przed starzeniem min. 8N. Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,02mm, w strefie palców: 0,12mm +/-0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producent, informacje w języku polskim oraz znak CE. . Rozmiary: S, M, L, XL.		szt	720.000

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
84	1	Rękawice diagnostyczne z lateksu o obniżonej zawartości protein (nie więcej niż 50µg/g), bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Powierzchnia rękawic teksturowana, od wewnątrz pokryta polimerem; rant mankietu równomiernie rolowany. Dobra elastyczność i rozciągliwość, wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne. AQL ≤1,5. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producenta, informacje w języku polskim		szt	160.000

		oraz znak CE. Rozmiary: S, M, L, XL.			
84	2	Rękawice diagnostyczne z nitrilu, bezpudrowe, jednorazowego użytku, niesterylne, pasujące na prawą i lewą rękę. Teksturowane na końcówkach palców (zapewnia dobrą chwytność). Powierzchnia rękawic bez zgrubień i pęcherzy, rant mankietu rolowany. Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, odporność na zerwanie przed starzeniem min. 8N. Wydłużenie przy zerwaniu po starzeniu: powyżej 600%. AQL ≤ 1,0. Grubość rękawicy w części dłoniowej: 0,09mm +/-0,02mm, w strefie palców: 0,12mm +/-0,02mm. Przebadane na przenikanie wirusów. Na opakowaniu powinny być umieszczone: data produkcji, termin ważności, numer serii, nazwa producent, informacje w języku polskim oraz znak CE. . Rozmiary: S, M, L, XL.		szt	720.000

Pytanie 211: Pakiet 45

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nastąpiła omyłka pisarska w opisie wymagań – czy dotyczą rękawic diagnostycznych czy chirurgicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający poprawia wymagania dla Pakietu 45

Było:

Wymagania

1. Deklaracje zgodności (do rękawic diagnostycznych).
2. Karty katalogowe lub karty danych technicznych producenta - dla oferowanych rękawic.
3. Należy załączyć raport z badań producenta na zgodność z normą EN 455, nie starszy niż z 2016 roku.
4. Należy załączyć raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych.

Jest:

Wymagania

1. Deklaracje zgodności oraz Certyfikat CE
2. Karty katalogowe oraz raporty badań nie starszy niż z 2016 roku.
3. Raport z badań jednostki niezależnej na przenikanie wirusów/patogenów krwiopochodnych

Pytanie 212: Pakiet 45, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice pudrowane o grubości na palcu 0,16mm +/-0,02, na dłoni 0,14mm +/-0,02, o długości min. 280mm i zawartości protein 89µg/g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 213: Pakiet 45, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic za parę, z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 214: Pakiet 45, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie (bez warstwy pokrytej poliuretanem i silikonem), o grubości na palcu 0,20mm +/-0,02, na dłoni 0,18mm +/-0,02, o długości min. 280-298mm w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 215: Pakiet 45, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02, na dłoni 0,14mm+/-0,02, o długości min. 280mm i zawartości protein 79µg/g?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 216: Pakiet 45, pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 2 do odrębnego pakietu. Takie rozwiązanie pozwoli nam złożyć konkurencyjną ofertę z korzyścią dla Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 217: Pakiet 48, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniule pakowane w opakowanie typu TYVEC?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 218: Pakiet 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul typu combi posiadające trzpień poniżej krawędzi korka?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 219: Pakiet 48, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 400?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 220: Pakiet 49, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 20 G o przepływie 61 ml/min?:

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 221: Pakiet 49, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul pakowane a'250 sztuk oraz ich wycenę z przeliczeniem ilości zamawianych opakowań do 32?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 222: Pakiet 69, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maseczkę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 223: Pakiet 69, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści maseczkę w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 224: Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 225: Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza L, pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Pytanie 226: Pakiet 70, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 227: Pakiet 70, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch ochronny wykonany z podfoliowanej na całej powierzchni włókniny polipropylenowej o łącznej gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 228: Pakiet 70, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch wiązany na troki w pasie i zapięcie typu rzep przy szyi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 229: Pakiet 70, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 230: Pakiet 70, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch występujący w rozmiarze L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar L pozostałe wymogi bez zmian

Pytanie 231: Pakiet 71, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m² posiadający nieprzemakalne wystawki na rękawach oraz z przodu fartucha wykonane z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m² ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 232: Pakiet 71, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z szwami ultradźwiękowymi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 233: Pakiet 71, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch z 2 rękawkami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 234: Pakiet 71, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści o odporności na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 66cm H₂O?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 235: Pakiet 71, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch posiadający przód i rękawy wzmocnione laminatem o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 236: Pakiet 71, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 22g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 237: Pakiet 72, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 238: Pakiet 72, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści czepek medyczny w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 18g/m², średnicy ok.53cm, w kolorze zielonym i niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 239: Pakiet 72, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 240: Pakiet 72, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'100szt z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 241: Pakiet 72, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści poszewki, poszwy, prześcieradła wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 242: Pakiet 72, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści poszewki, poszwy, prześcieradła wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 243: Pakiet 72, pozycja 4-7

Czy Zamawiający dopuści poszewki, poszwy, prześcieradła w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 244: Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę pediatryczno/novorodkową, na bazie gąbki PE. Żel stały, sensor Ag/AgCl. Wymiar elektrody 32 x 36mm. 50 szt. w op.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 245: Pakiet 1 poz. 9

Czy Zamawiający ma na myśli tak dużą ilość sztuk tj. 750 000 sztuk kieliszków? Czy zaszła omyłka w podaniu ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Pakiet 1 poz. 9

Było:
750.000 szt.
Jest:
7.500 szt.

Pytanie 246: Pakiet 1 poz. 12

Czy Zamawiający ma na myśli łopatki sterylne, czy niesterylne?

Odpowiedź:

Niesterylne

Pytanie 247: Pakiet 1 poz. 19

Czy Zamawiający wymaga ostrza ze stali węglowej z wygrawerowanym numerem i nazwą producenta na pojedynczym ostrzu?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga graweru z numerem ostrza

Pytanie 248: Pakiet 1 poz. 22

Czy Zamawiający ma na myśli tak dużą ilość sztuk tj. 650 000 sztuk staz? Czy zaszła omyłka w podaniu ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje Pakiet 1 poz. 22

Było:
650.000 szt.
Jest:
65.000 szt.

Pytanie 249: Pakiet 1 poz. 22

Prosimy o możliwość podania ceny za op. a'25 szt. z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 250: Pakiet 14 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do nakłucia opłucnej z jednym kranikiem, obecnie używanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 251: Pakiet 20 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jednorazowej myjki dla pacjenta w kształcie rękawicy , nasączona środkiem o neutralnym ph 5,5 , aktywującym się po zmoczeniu wodą .Produkt wykonany z dwóch warstw włókien molton o gramaturze 120g i 100g połączonych w systemie ultradźwięków . rozmiar myjki 17 x 24,5 , 20 szt/op

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 252: Pakiet 20 poz. 1

Czy Zamawiający ma na myśli j.m. sztukę, czy op. a'20 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia jednostka miary –„sztuka”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Pakiet 20 poz 1.

Jest:
100 szt.
Powinno być :
2.000 szt.

Pytanie 253: Pakiet 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjki jednorazowe wykonane z dwóch warstw airlaid 60 g pokrytych folią PE, rozmiar 16,5cm x 24,5cm, pakowana po 50 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 254: Pakiet 20 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z dwóch warstw włókniny molton 77g, w rozmiarze 16,5cm x 24,5cm, pakowana po 50 szt. ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 255: Pakiet 20 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści pokrowce w kolorze granatowym lub czarnym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 256: Pakiet 20 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie prześcieradła ochronnego, nieprzemakalnego na stół operacyjny, wykonanego z dwóch scalonych na całej powierzchni powłok (nie sklejonych punktowo), 5-cio warstwowe, powierzchnia środkowa pikowana na całej powierzchni, zakładki z każdej strony prześcieradła zapobiegające wyciekowi płynów, rozmiar całkowity 101 x 225cm (+/- 4cm), rozmiar warstwy chłonnej 50x200 (+/- 4cm) w zestawie dodatkowo miękka , bawełnopodobna serweta transportowa w rozmiarze 102x152 (+/- 4cm) gram.80g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 257: Pakiet 20 poz. 6

Czy Zamawiający ma na myśli szt. tj. rolkę 50mb?

Odpowiedź:

Tak, szt. = 50 mb

Pytanie 258: Pakiet 24 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na aparat w rozmiarze 105x105cm, taką jak używaną dotychczas?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 259: Pakiet 24 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie gramatury min. 58g/m2

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 260: Pakiet 24 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie piżamy z włókniny polipropylenowej w kolorze zielonym lub niebieskim. Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 261: Pakiet 24 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie piżamy dla pacjenta z włókniny typu sms gramatura 35 g/m2, antystatyczne, bluza dekolt V, min. 1 kieszeń , spodnie z trokiem , niebieskie, rozm .S- XXL.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 262: Pakiet 24 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 100cm x 110cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 263: Pakiet 24 poz. 21

Czy Zamawiający ma na myśli j.m opakowanie = 2 sztuki? Czy należy wycenić sztukę ręcznika?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia jednostka miary – „sztuka”.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Pakiet 24 poz. 21

Było:

1.100 szt.

Jest:

2.200 szt.

Pytanie 264: Pakiet 24 poz. 21

Prosimy o dopuszczenie wymiaru 30cm x 40cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 265: Pakiet 24 poz. 23

Prosimy o dopuszczenie zestawu do cięcia cesarskiego jednorazowego, sterylne, bezlateksowego ze zbiornikiem do płynów. Włóknina laminowana, nieprzemakalna 78g/m². Na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej (seria, numer i data ważności, identyfikacja producenta). Zgodny z normą EN 13 795. Skład zestawu - serweta na stół narzędziowy 150 x 190 - osłona MAYO z warstwą absorbcyjną 80 x 145 - serweta 180 x 320 z otworem samoprzylepnym, otwór wypełniony folią chirurgiczną z otworem w kształcie gruszki, zintegrowany zbiornik na płyn 360 stopni z dwoma zaworami do odprowadzenia płynów. Serweta zawiera trzy zintegrowane organizatory przewodów w formie rzepów - ręcznik chłonny 30 x 40 - 4 szt. - serweta dla noworodka 80 x 80cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 266: Pakiet 29 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści koreczki w kolorze czerwonym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 267: Pakiet 29 poz. 1

Czy można wycenić op. = a'100 szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 268: Pakiet 32 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana , materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni, gramatura 62 g/m², na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795 - 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50cm;

1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką 30 x 80cm;

1 serweta na stół Mayo 80 x 145cm;

1 serweta 100 x 150cm;

1 foliowa osłona na przewody (złożona teleskopowo) 15 x 250 cm;

1 serweta główna 200x 300cm z otworem o średnicy 7 cm, otoczonym łąką chłonną w rozmiarze 50 x 50cm, zintegrowany trójkątny zbiornik do przechwytywania płynów wyposażony w kształtkę (szybownik), zawór do odprowadzania płynów z możliwością podłączenia ssaka; 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 269: Pakiet 38 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylne, jednorazowy zestaw uniwersalny, włóknina dwuwarstwowa, chłonna na całej powierzchni, nieprzemakalna, osłona Mayo ze wzmocnieniem, opakowanie zewnętrzne typu folia-papier, cztery naklejki z kodem kreskowym, nazwą produktu, numerem katalogowym, nr serii, datą ważności i informacją o producencie, gramatura 62g/m2, zgodność z normą PN-EN 13795, Skład:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190cm;

1 serweta na stolik Mayo 80 x 145cm;

1 serweta samoprzylepna 180 x 180cm;

1 serweta samoprzylepna 150 x 240cm;

2 serwety samoprzylepne 75 x 100cm;

2 włókninowe OP taśmy 10 x 50

4 ręczniki 30 x 40

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pod warunkiem: włóknina dwuwarstwowa polipropylenowa lub polietylenowa oraz 2 taśmy (samoprzylepne).

Pytanie 270: Pakiet 69 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie maski w jednym kolorze.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 271: Pakiet 69 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie masek w kolorze niebieskim.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 272: Pakiet 70 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje fartucha ochronnego z włókniny polipropylenowej 30g/m2, niesterylnej?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 273: Pakiet 70 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym oraz w jednym kolorze - zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor zielony. Pozostałe wymogi bez zmian

Pytanie 274: Pakiet 70 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie fartucha nieprzemakalnego na całej powierzchni, z rękawem wykończonym gumką, niesterylnej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Pytanie 275: Pakiet 70 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie fartucha w rozmiarze uniwersalnym oraz w jednym kolorze - zielonym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolor zielony. Pozostałe wymogi bez zmian

Pytanie 276: Pakiet 71 poz. 1 i 2

Prosimy o wydzielenie pozycji z pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 277: Pakiet 71 poz. 3 i 5

Prosimy o dopuszczenie fartucha z włókniny SMMMS

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 278: Pakiet 71 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie fartucha chirurgicznego z mankietami poliestrowymi oraz gramaturze 30g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 279: Pakiet 72 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający dopuści czepki w opakowaniach foliowych a'100 szt?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 280: Pakiet 72 poz. 1, 2 i 3

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu w celu umożliwienia złożenia oferty na pozostały asortyment?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 281: Pakiet 72 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czepków w jednym kolorze i wykreślenie mylącego określenie typu czepka tj. „typ furmażerka”.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza czepki w jednym kolorze. Zamawiający wykreśla słowo „typ furmażerka”

Pytanie 282: Pakiet 72 poz. 4-7

Czy Zamawiający dopuści wyroby w jednym kolorze np. zielonym lub niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 283: Pakiet 72 poz. 7

Prosimy o dopuszczenie prześcieradła w rozmiarze 160cm x 210cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ

Pytanie 284: dotyczy SIWZ

Prosimy Zamawiającego o zmianę specyfikacji w zakresie dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie. W związku z ograniczonym dostępem do materiałów medycznych oraz dynamicznie zmieniającą się sytuacją w kraju związaną z epidemią tj. zwiększoną zachorowalnością i izolacją pracowników zarówno Szpitali, jak i wykonawców/dostawców, prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentów dopuszczających i próbek do wszystkich pozycji – i żądanie ich na wezwanie wyłącznie w tych pozycjach, w których Zamawiający będzie miał wątpliwość co do ich poprawności i zgodności z asortymentem. W większości pozycji asortyment jest doskonale znany Zamawiającemu, więc nie powinno być trudności w jego ocenie na podstawie karty katalogowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisem SIWZ Rozdział VII ust. 3.8 lit b), będzie żądał próbek jedynie w przypadku kiedy będzie to niezbędne do prawidłowej oceny spełnienia warunków.

Pytanie 285: dotyczy Umowy

Prosimy o zmniejszenie kary umownej w §7 ust.1 a) z 8% do 1%.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 286: Pakiet nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy
- Przestrzeń martwa: 40ml
- Waga: 30g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 32mg przy Vt500
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 287: Pakiet nr 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr o parametrach:

- Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna)
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: brak
- Przestrzeń martwa: 35ml
- Waga: 22g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: nie dotyczy
- Oporność: 0,6 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy: tak

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 288: Pakiet nr 5, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy o długości 180 cm i rurach karbowanych wewnątrznie?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 289: Pakiet nr 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze 16F/60ch?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar, jednocześnie Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 4 i 5.

Pytanie 290: Pakiet nr 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze 14F/60ch?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozmiar, jednocześnie Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 4 i 5.

Pytanie 291: Pakiet nr 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o rozmiarze 15 Ch/600 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Pytanie 292: Pakiet nr 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych o rozmiarze 15 Ch/800 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 293: Pakiet nr 16, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytania 9, 10, 11.

Pytanie 294: Pakiet nr 16, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 3,3 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i odpowiedzią na pytania 10 i 11.

Pytanie 295: Pakiet nr 16, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do rurek intubacyjnych w rozmiarze 4,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytania 10, 11.

Pytanie 296: Pakiet nr 20, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści myjkę wykonaną z poliestru o gramaturze: 100 g/m² z przodu i 70 g/m² z tyłu przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 297: Pakiet nr 20, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści myjki wykonane w 50% z wiskozy i 50% poliestru o wymiarach 155 x 210 mm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 298: Pakiet nr 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z regulatorem o przepływie 5-250/l godz.?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 299: Pakiet nr 39, pozycja 2

Czy Zamawiający wyłączy pozycje 2 z Pakietu 39 i utworzy z niego oddzielny Pakiet? Umożliwi to złożenie ofert firmom specjalizującym się w danym asortymencie, a co za tym idzie, uzyskanie przez Zamawiającego korzystniejszej ceny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 300: Pakiet 38 zestaw uniwersalny

Całkowite wyeliminowanie braku zdolności do spalania przy tego typu produktach nie jest możliwe. Prosimy o zastąpienie zapisu o I klasie palności zapisem: możliwość użycia elektrokoagulatora bezpośrednio na folii.

Certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m. in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 301: dotyczy Umowy

Zwracamy się z prośbą o obniżenie kar umownych za nieterminową dostawą z 8 %, do 1 % wartości niedostarczonego towaru par. 7 ust 1a

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 302: Pakiet nr 54, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kleszczyki biopsyjne jednorazowe, łyżeczki owalne z okienkiem z igłą lub bez igły do wyboru przez Zamawiającego, średnica 2,3 mm, długość 2300 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 303: Pakiet nr 54, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści jednorazową klipsownicę do tamowania krwawień, rotacja 360 stopni, rozwarcie łyżeczek 15 mm, długość 2300 mm, kąt rozwarcia 90 stopni, do kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 304: Pakiet nr 55, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazową, owalna, średnica pętli 10 mm, długość 2300 mm, średnica 2,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 305: Pakiet nr 55, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści pętle do polipektomii jednorazową, owalna, średnica pętli 20 mm, długość 2300 mm, średnica 2,3 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 306: Pakiet nr 55, poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
55	3	<u>Pętle Endoloop do podwiązywania dużych polipów</u>	-	szt.	10

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
85	1	<u>WORECZKI Sterylne , ekstrakcyjne woreczki do operacji laparoskopowych</u>	-	szt.	10

Pytanie 307: dotyczy pakietu 12 poz. 18

Proszę o podanie pełnego rozmiaru papieru w celu umożliwienia przedstawienia poprawnej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 308: Pakiet nr 2, pozycja 10-19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-19 z Pakietu nr 2 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
2	10	Cewnik FOLEYA	6	szt.	50
2	11	Cewnik FOLEYA	8		50
2	12	Cewnik FOLEYA	10		50
2	13	Cewnik FOLEYA	12		50
2	14	Cewnik FOLEYA	14		400
2	15	Cewnik FOLEYA	16		300
2	16	Cewnik FOLEYA	18		300
2	17	Cewnik FOLEYA	20		300
2	18	Cewnik FOLEYA	22		300
2	19	Cewnik FOLEYA			

Jest

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
86	1	Cewnik FOLEYA	6	szt.	50
86	2	Cewnik FOLEYA	8		50
86	3	Cewnik FOLEYA	10		50
86	4	Cewnik FOLEYA	12		50
86	5	Cewnik FOLEYA	14		400
86	6	Cewnik FOLEYA	16		300
86	7	Cewnik FOLEYA	18		300
86	8	Cewnik FOLEYA	20		300
86	9	Cewnik FOLEYA	22		300
86	10	Cewnik FOLEYA			

Pytanie 309:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Pakietu nr 4 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
4	1	Cewnik Foley'a, silikonowany, balon 5-15ml, z plastikową zastawką, podwójne opakowanie, wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jałowy.	12-24 CH	szt.	300

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
87	1	Cewnik Foley'a, silikonowany, balon 5-15ml, z plastikową zastawką, podwójne opakowanie, wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia, jałowy.	12-24 CH	szt.	300

Pytanie 310: Pakiet nr 9, pozycja 4-8

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń w zestawie ze strzykawką o pojemności 5ml- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 311: Pakiet nr 9, pozycja 4-8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 4-8 oraz pozycji 12 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 312: Pakiet nr 9, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny : cewnik 3Fr długość 8cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 313: Pakiet nr 9, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera jednokanałowy, pediatryczny : cewnik 4Fr długość 13cm- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 314: Pakiet nr 9, pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 10-11 z Pakietu nr 9 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 315: Pakiet nr 15, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii o przekroju 8Fr lub 10Fr- pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 316: Pakiet nr 15, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 33 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 317: Pakiet nr 15, pozycja 33

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 34-35 z Pakietu nr 15 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź:

Zgodne z SIWZ

Pytanie 318: dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie, bowiem z najnowsza linią orzecznictwa dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki końcówki, czy szkiełka).

Odpowiedź:

Zamawiający odpowiedział udzielając odpowiedzi na pytanie 92.

Pytanie 319: dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wyceny zgodnie z podaną ilością sztuk, czy też z ilością wynikającą z wielkości pełnych opakowań handlowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z podaną ilością sztuk.

Zamawiający odpowiedział udzielając odpowiedzi na pytanie 92.

Pytanie 320: dotyczy umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający dopuści zmianę terminu, w którym Wykonawca ma załatwić reklamację na termin realny tj.

- dla reklamacji ilościowych – realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 3 dni robocze od chwili jej otrzymania,

- dla reklamacji jakościowych - realny termin rozpatrzenia i załatwienia reklamacji to 5 dni roboczych od chwili otrzymania próbek reklamowanego towaru.

Wykonawca, aby rozpatrzyć reklamację jakościową musi najpierw zbadać reklamowany towar i następnie podjąć decyzję o uznaniu reklamacji. Załatwienie reklamacji wymaga spełnienia określonych procedur, co jest czasochłonne, dlatego też właściwe rozpatrzenie reklamacji i wymiana towaru w ciągu 3 dni jest trudne do wykonania.

W razie pozostawienia dotychczasowego zapisu wątpliwa będzie jego ważność w świetle przepisów kodeksu cywilnego, bowiem zapis nosi znamiona świadczenia niemożliwego.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 321: dotyczy umowy § 7 ust. 1 lit. a)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 8% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 2920% wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie

kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 322: dotyczy umowy § 7 ust. 1 lit. b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 1% wartości nierozpatrzonej w terminie reklamacji, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 323: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 9

Prosimy o dokładny opis produktu, określenie „multiadapter” nie wskazuje, co to ma być za produkt.

Odpowiedź:

Multiadapter do zastosowania tradycyjnych igieł lub motylków do pobierania krwi za pomocą probówek.

Pytanie 324: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 17

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści pojemniki z podziałką co 50 ml?

Pragniemy nadmienić, iż różnica w podziałce w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 325: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga kapilar hematokrytowych nieheparynowych o poj. 60 µl czy 75 µl?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza poj 60 µl oraz 75 µl.

Pytanie 326: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 29

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści naczynka typu Technicon o poj. 2 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 327: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z PP o wym. 26x92 mm spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemniki z PS, dopuszcza 26 x 92 mm

Pytanie 328: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 15 i 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemników z PP o wym. 25x80 mm spełniających pozostałe wymagania Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga pojemniki z PS nie dopuszcza wymiaru 25x80.

Pytanie 329: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści próbówki PS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 330: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbki szklane, wirówkowe, stożkowe o poj. 10 ml, bez kołnierza?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 331: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na próbówki pakowane po 5 sztuk (w opakowaniu handlowym 40x5 szt.) z datą ważności na opakowaniu zbiorczym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 332: dotyczy Załącznik nr 41 pozycja 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szalek sterylizowanych gazowo? Czy w przypadku większego opakowania można zaoferować 500 sztuk, czyli 1 opak. handlowe?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 333: dotyczy Załącznik nr 42 pozycja 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nakłuwaczy, które nie są nakłuwaczami „w kształcie grzybka”?

Opis przedmiotu zamówienia poprzez określenie nakłuwacza jako „typ grzybkowy” narusza zasady uczciwej konkurencji, ponieważ sugeruje produkt konkretnego producenta – firmy HTL-Strefa i eliminuje inne produkty równoważne, jak choćby nakłuwacze automatyczne, które posiadają inny kształt, oraz boczny mechanizm spustowy.

Nakłuwacz z bocznym przyciskiem zwalniającym igłę jest równie bezpieczny dla użytkownika i pacjenta jak nakłuwacz „grzybkowy”, a przy tym ergonomiczny i łatwy w użyciu. Dodatkową zaletą bocznego umieszczenia przycisku jest zniwelowanie siły nacisku osoby pobierającej krew, dzięki czemu penetracja skóry jest szybka, ale zarazem delikatna i co za tym idzie, zdecydowanie mniej bolesna dla pacjenta. W nakłuwaczach tego typu rzeczywista głębokość wkłucia jest jednoznaczna z głębokością gwarantowaną przez producenta dla danego typu nakłuwacza, ale jednocześnie mniejsza niż przy nakłuwaczach z naciskiem górnym (nakłuwacz w kształcie grzybka), gdzie zależy ona w dużej mierze od siły przyłożenia nakłuwacza przez osobę pobierającą oraz sam moment nacisku z góry, przy zwalnianiu igły.

Zatem dopuszczenie nakłuwaczy z bocznym przyciskiem jest dla Zamawiającego korzystne, bowiem doprowadzi do złożenia ofert na produkt o nowoczesnej konstrukcji, a przy tym w bardzo korzystnej cenie, co leży w interesie publicznym.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 334: dotyczy Załącznik nr 42 pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrometody na 100 µl?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 335: dotyczy Załącznik nr 42 pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrometody na 250 µl?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 336: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 1, 2, 5

Zważywszy na fakt, iż producent zmienił wielkość opakowania igieł motylkowych ze 100 sztuk na 120 sztuk, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o ponowne oszacowanie wymaganej ilości. Uwzględnienie minimalnej ilości 120 szt. zapobiegnie nieporozumieniom podczas ewentualnej realizacji umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi, odpowiadając na pytania 92.

Pytanie 337: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w poz. 12 oczekuje zaoferowania strzykawki do gazometrii 1-2 ml, sterylnej, pakowanej pojedynczo?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 338: dot. zapisów Pakiet nr 19 poz. 17

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie probówko-strzykawki do morfologii z EDTA K3 o pojemności 1,6 ml.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 339: dot. zapisów Pakiet nr 19 wymagania pkt 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wymóg posiadania etykiet dotyczy tylko probówko-strzykawk z poz. 10, 11, 13-22?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 340: 5. dot. zapisów Umowa § 4 ust. 6, Formularz ofertowy pkt 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o modyfikację Projektu Umowy poprzez dopisanie: „przy jednorazowym zamówieniu powyżej 150,00 zł netto”

Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 150,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający nie jest w stanie określić na etapie prowadzonego postępowania jakie będą potrzeby ilościowe składanych zamówień.

Pytanie 341: 6. dot. zapisów Umowa § 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie ustępu o treści, że każde stwierdzenie uszkodzenia opakowań zewnętrznych dostarczonych towarów muszą być zgłaszane niezwłocznie w obecności kuriera (potwierdzone protokołem). Prośbę swoją motywujemy tym, że brak protokołów uniemożliwia postępowanie reklamacyjne. Uszkodzone opakowanie zewnętrzne może skutkować uszkodzeniem towaru wewnątrz. Brak takiego zgłoszenia sugeruje uszkodzenie powstałe po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź:

Możliwość stwierdzenia uszkodzenia opakowań zewnętrznych dostarczonych towarów w obecności kuriera oraz potwierdzenie tego faktu protokołem jest uwarunkowane umową jaką zawarł Wykonawca z firmą kurierską.

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia w/w stwierdzenia w formie aneksu do zawartej z Wykonawcą umowy.

Pytanie 342: 7. dot. zapisów Umowa § 7

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 343: Pakiet 1, poz. 6,9,12,17,22,24,28-30,33-34

Czy zamawiający wydzieli poz. 6,9,12,17,22,24,28-30,33-34 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 344: Pakiet 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 200 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 345: Pakiet 1, poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 75 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 346: Pakiet 1, poz. 12,24,17,19,25-26,28,30,

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 347: Pakiet 1, poz. 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 25 szt. w rolce z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 348: Pakiet 1, poz. 27

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 349: Pakiet 1, poz. 29

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 350: Pakiet 4, poz. 10

Czy zamawiający wydzielił poz. 10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie.

Było:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
4	10	Worek sterylny do zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Czas utrzymywania do 5 dni.	2000 ml	szt.	400

Jest:

Pakiet nr	Lp	Nazwa	Rozmiar	Jedn.	Ilość
-----------	----	-------	---------	-------	-------

88	1	Worek sterylny do zbiórki moczu w systemie zamkniętym. Czas utrzymywania do 5 dni.	2000 ml	szt.	400
----	---	--	---------	------	-----

Pytanie 351: Pakiet 4, poz. 10

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 352: Pakiet 4, poz. 10

Czy zamawiający dopuści i wymaga worek z możliwością stosowania do 7 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza nie wymaga

Pytanie 353: Pakiet 2, poz. 34

Czy zamawiający wydzielił poz. 34 do osobnego pakietu np. do pakietu razem z workiem do zbiórki moczu dla dorosłych (z pakietu 4 poz. 10), takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Dodatkowo Zamawiający informuje, iż wyodrębnił z Pakietu 4 poz. 10. (Odpowiedz na pytanie 350)

Pytanie 354: Pakiet 33, poz. 1-5

Czy zamawiający wymaga strzykawek 3-częściowych?

Odpowiedź:

Nie

Pytanie 355: Pakiet 33, poz. 5

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

Pytanie 356: Pakiet 34, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 357: Pakiet 34, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 108

Pytanie 358: Pakiet 34, poz. 1-2

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ustanawia wymogu.

Pytanie 359: Pakiet 35, poz. 4

Czy zamawiający dopuści skalę rozszerzoną 50/60 ml?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 355.

Pytanie 360: Pakiet 48, poz. 2

Czy zamawiający wydzielił poz. 2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 361: Pakiet 48, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytania 80,92,218

Pytanie 362: Pakiet 69, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 363: Pakiet 69, poz. 1-2

Czy zamawiający dopuści kolor niebieski?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ

Pytanie 364: Pakiet 70, poz. 1

Czy zamawiający wydzielił poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 365: Pakiet 70, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92

Pytanie 366: Pakiet 70, poz. 1

Czy zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze uniwersalnym o wymiarach zbliżonych do rozmiary L : o długości ok. 127 cm , szerokości ok.160 cm i długości paska (trok w talii) min. 200 cm?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i udzielonymi odpowiedziami na pytania 224, 225, 226, 272, 273

Pytanie 367: Pakiet 70, poz. 1

Czy zamawiający dopuści rękawy zakończone gumką?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 368: Pakiet 70, poz. 1

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby wyroby spełniały wymóg wyrobów medycznych dopuszczonych do stosowania w placówkach służby zdrowia,

Pytanie 369: Pakiet 70, poz. 1

Czy zamawiający dopuści gramaturę minimum 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ udzielonymi odpowiedziami na pytania 224, 225, 226, 272, 273, 364 do 369

Pytanie 370: dotyczy Pakietu 53 poz. 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 53 pozycji 1 czy miał na myśli Flocare Łącznik PEG w rozmiarach Ch14,18

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 371: dotyczy Pakietu 53 poz. 2

W związku z faktem, iż zgłębnik Flocare – Peg służy wyłącznie do podaży żywienia dojelitowego, a nie tak jak w opisie przedmiotu w pakiecie 53 pozycji 2 - pozajelitowego, czy zamawiający miał na myśli zgłębnik Flocare PEG do żywienia dojelitowego dostępnego w rozmiarach Ch 10, 14, 18 o dł. 40 cm, wykonanego z miękkiego przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu oraz posiadającego zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) co zmniejsza ryzyko jego przypadkowego wyrwania?

Odpowiedź:

Tak

Jednocześnie zamawiający poprawia opis Pakiet 53

Było:

53	1	Łącznik do podawania leków typu Flocare
53	2	Zgłębnik do żywienia pozajelitowego typu Flocare – PEG

Jest:

53	1	Łącznik do podawania leków typu Flocare Łącznik do żywienia ENFit (CH 10, CH14, CH18)
53	2	Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Flocare – PEG Rozmiary: Ch 10, 14, 18 o długość 40 cm

Pytanie 372: dotyczy Pakietu 50 poz. 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie w pakiecie 50 pozycji 1 czy miał na myśli strzykawkę enteralną 60 ml, 3 częściową z nicentryczną końcówką EnFit, połączenie EnFit jest kompatybilne z dostępnymi w placówce zgłębnikami do podaży żywienia dojelitowego.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie 373: dotyczy Pakietu nr 54

Czy zamawiający dopuści w pozycji 2 rozwarcie klipsownicy 11mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 374: dotyczy Pakietu nr 55

Czy zamawiający wyłączy z pakietu pozycję 1 i 2.. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Z Pakietu 55 wydzielono poz. 3 – odpowiedź na pytanie 306

Pytanie 375: dotyczy Pakietu nr 36

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 36 wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie lub na podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 92.

Pytanie 376: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 24

„Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi , odpowiadając na pytanie 38 i 39.

Pytanie 377: dotyczy Pakietu nr 1 poz. 23 i 24

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 1 poz. 23 i 24 do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraził zgodę, zgodnie z odpowiedzią na pytanie 39.

Pytanie 378: dotyczy Pakietu nr 15 poz. 22

Czy Zamawiający wydzieli z Pakietu nr 15 poz. 22 do odrębnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 379 dotyczy Pakietu 53

Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycji 1 mógłby doprecyzować o jaki dokładnie chodzi łącznik? Czy chodzi z złącze ENFit?

Odpowiedź:

Tak.

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 370 i 371.

Pytanie 377 dotyczy Pakietu 53

Czy Zamawiający w pakiecie 53 pozycji 2 mógłby doprecyzować o jaki dokładnie produkt chodzi, gdyż PEG jest nie dostępem pozajelitowym?

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie 371.

Zamawiający informuje, iż:

1. Modyfikuje Pakiet nr 46 - Wymagania

Było:

-

Jest:

1. Deklaracja zgodności oraz CE

2. Karty katalogowe oraz raporty badań producenta nie starsze niż z 2016 r.

Zamawiający zwraca szczególną uwagę na zmiany wprowadzone udzieloną odpowiedzią na pytanie 92.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do **dnia 16/11/2020 do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **16/11/2020 roku o godz. 10:15.**

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Tomasz Boroński

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych
Jarosław Pohl

