



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http:// www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 04/01/2021

DEZ/Z/341/ZP- 30/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Zakup wraz z dostawą ambulansu typu C wraz z zabudową oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym oraz ambulansu typu B wraz z zabudową oraz sprzętem i wyposażeniem medycznym dla potrzeb SPZZOZ w Wyszowie.
nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP- 30/2020.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1:

W związku z ograniczoną dostępnością ambulansów prosimy Zamawiającego o wydzielenie dwóch pakietów w których będzie można złożyć oferty osobno. Umożliwi to zaoferowanie ambulansów innych marek i realizację dostawy w tym roku.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2:

W związku z obowiązującymi ograniczeniami związanymi z ogłoszonym stanem epidemii oraz zwiększającą się ilością nowych zachorowań na Covid – 19 prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na przeprowadzenie szkoleń z obsługi ambulansu i sprzętu medycznego poprzez środki komunikacji elektronicznej i telefonu.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3:

Ze względu na ograniczenia masowe pojazdów z DMC do 3,5 tony niemożliwym jest biorąc pod uwagę wszystkie zapisy SIWZ łącznie o wyposażenie ambulansów w zewnętrzne stopnie przy drzwiach bocznych. Prosimy o rezygnację z tego parametru.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuści ambulanse z okresem gwarancji producenta na lakier wynoszącym 24 miesiące?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5:

Prosimy Zamawiającego o możliwość dostarczenia zaświadczenia z urzędu celnego w terminie do 30 dni od dostawy.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuści ambulans z silnikiem o mocy 120 kW i max. momencie obrotowym 360 Nm z napędem na koła tylne, napędem wałka rozrządu za pomocą paska co jest rozwiązaniem

trwalszym i tańszym w eksploatacji oraz klimatyzacją półautomatyczną, z miejscem na jedną torbę medyczną w schowku zewnętrznym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7:

W naszej ocenie w obecnej sytuacji przedstawiony projekt umowy nie jest do zaakceptowania dlatego prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na podpisanie umowy według załączonego niżej projektu

**UMOWA NR:
na zakup i dostawę**

Zawarta w dniu2020 r.,
pomiędzy:

.....
zwanym w dalszej części umowy *Zamawiającym*
reprezentowaną przez

.....
a
firmą:

.....
reprezentowaną przez
.....
zwaną w dalszej części umowy *Wykonawcą*.

W wyniku przeprowadzonego postępowania, Nr..... zostaje zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiotem umowy jest zakup oraz dostawa wraz ze specjalistycznym wyposażeniem medycznym, które *Wykonawca* zobowiązuje się sprzedać i dostarczyć zgodnie ze złożoną ofertą.

§ 2

1. *Wykonawca* zobowiązuje się dostarczyć *Zamawiającemu*, stanowiący jego własność oraz uruchomić w prognozowanym terminie: do 31.12.2020 r. (w rozumieniu polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015) wraz z wyposażeniem medycznym, w stanie kompletnym i gotowym do użytku, bez konieczności ponoszenia dodatkowych inwestycji przez *Zamawiającego*, o następujących cechach:
Nazwa:
Typ:
Producent:
Rok produkcji:
2. *Wykonawca* oświadcza, że ambulanse, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu odpowiadają warunkom określonym w dokumentach dopuszczających do użytkowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz są zgodne z parametrami technicznymi określonymi w ofercie *Wykonawcy*.
3. *Wykonawca* dostarczy sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2020 r. oraz nieobciążony prawami osób trzecich.
4. *Wykonawca* oświadcza, że jest uprawniony do swobodnego rozporządzania ambulansem w zakresie niezbędnym do należytego wykonania umowy.
5. *Wykonawca* oświadcza, że oferowany przedmiot umowy jest kompletny i po dostarczeniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem.
6. *Wykonawca* gwarantuje, że przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych, fabrycznie nowy (rok produkcji 2020), niepowystawowy, instrukcja obsługi w języku polskim.



7. Wykonawca gwarantuje, że oferowane wyroby medyczne objęte przedmiotem zamówienia spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186).
8. Wraz z Przedmiotem umowy Wykonawca przekaze Zamawiającemu w szczególności:
- książki gwarancyjne;
 - świadectwo zgodności WE;
 - dokument potwierdzający spełnianie przez przedmiot umowy obowiązujących norm – certyfikat zgodności PN EN 1789+A2:2015;
 - pozostałe dokumenty potwierdzające zgodność dostarczonych pojazdów z wymaganiami Zamawiającego.
9. Dostarczony przedmiot zamówienia winien zawierać:
1. ulotki w języku polskim, zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje;
 2. instrukcję w języku polskim dotyczące przedmiotu zamówienia;
 3. inne dokumenty określone w przedmiocie zamówienia.
10. Wykonawca nie może dostarczyć Zamawiającemu przedmiotu zamówienia innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia i wskazanego w ofercie Wykonawcy. W razie dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia innego niż ściśle określony w przedmiocie zamówienia oraz ofercie Wykonawcy, w szczególności gdy:
1. ambulans nie spełnia wymagań określonych w ofercie,
 2. w ambulansie stwierdzono usterki, których nie da się usunąć w trakcie odbioru,
 3. brak wymaganej w ofercie i niniejszej umowie dokumentacji,
- Zamawiający odmówi ich odbioru. W takim przypadku Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy, nie krótszy niż 7 dni termin do dostarczenia prawidłowego przedmiotu zamówienia, zaś po bezskutecznym upływie tego terminu będzie miał prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

§ 3

Zgodnie ze złożoną ofertą, wartość brutto za całość przedmiotu zakupu i dostawy, o której mowa w § 2 wynosi PLN (słownie brutto:).

§ 4

1. Wykonawca wystawi faktury na następującego płatnika:
2. Zapłata za dostawę nastąpi przelewem w terminie do 21 dni od dnia dokonania odbioru ambulansu przez zamawiającego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, przy czym dzień uznania konta bankowego Wykonawcy, liczony będzie jako dzień zrealizowania zapłaty.

§ 5

1. Strony ustalają, że miejscem odbioru ambulansu będzie siedziba Zamawiającego, pod adresem:
2. Odbiór obejmuje: dostawę, uruchomienie, przekazanie do eksploatacji. Strony umowy dopuszczają dokonanie odbioru przedmiotu umowy bez udziału przedstawiciela Wykonawcy a niezbędne szkolenia, konsultacje i kontakty przeprowadzać telefonicznie lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
3. Ambulans dostarczy Zamawiającemu, Wykonawca na własny koszt i ryzyko.
4. Konkretny termin przekazania ambulansu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym.
5. Z czynności odbioru zostanie sporządzony protokół, w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Wraz z ambulansiem Wykonawca przekaze Zamawiającemu:
 1. świadectwo zgodności WE, kartę pojazdu i ewentualne inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu,
 2. książki gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim dotyczące pojazdu bazowego i zabudowy medycznej,
 3. karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim na wyroby medyczne będące na wyposażeniu ambulansów zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 poz. 186),.

§ 6

1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają niniejszą umowę z pełną świadomością ogłoszonego na terenie RP w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii i poprzedzającego go stanu zagrożenia epidemiologicznego niemniej jednak postanawiają, że w razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią), tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego:

- a) odpowiedniego przedłużenia terminu wykonania umowy,
- b) w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy - odstąpienie od umowy w tym trybie nie będzie się wiązało z koniecznością poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów przez Wykonawcę,
- c) w razie gdy w/w okoliczności doprowadzą do znaczącego zwiększenia kosztów produkcji, odpowiedniego zwiększenia ceny sprzedaży.

2. Strony ustalają, że zdarzeniem, o którym mowa w ust. 1 mogą być następstwa związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

§ 8

1. Wykonawca udziela gwarancji :
 1. miesięcznej gwarancji na pojazd bazowy bez limitu km,
 2. letniej gwarancji na powłoki lakiernicze ambulansu,
 3. letniej gwarancji na perforację ,
 4. miesięcznej gwarancji na zabudowę medyczną.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem protokółarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne dokonywane są bezpłatnie.
3. Szczegółowe warunki gwarancji na przedmiot zamówienia określone będą w książce gwarancyjnej pojazdu i zabudowy medycznej.
4. Czas rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej wynosi maksymalnie 48 godz. licząc od momentu zgłoszenia usterek lub wad przez Zamawiającego. Usunięcie usterek lub wad nastąpi w terminie do 7 dni od momentu ich zgłoszenia przez Zamawiającego w przypadku konieczności sprowadzenia z zagranicy części zamiennych lub podzespołów do 14 dni .
5. Naprawy gwarancyjne pojazdu bazowego realizowane będą w Autoryzowanej Stacji Obsługi marki na warunkach gwarancji określonych w książce gwarancyjnej producenta.
6. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego będą przekazywane w formie pisemnej na adres e-mail:
7. W razie nieuwzględnienia reklamacji przez Wykonawcę, Zamawiający może złożyć wniosek o przeprowadzenie ekspertyzy przez niezależnego rzeczoznawcę.
8. Wykonawca gwarantuje 8 letni okres pełnej obsługi pogwarancyjnej ambulansu .

§ 9

1. Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt medyczny. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem protokółarnego odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego. Naprawy gwarancyjne dokonywane są bezpłatnie.
2. Szczegółowe warunki gwarancji na ww. przedmiot zamówienia określone będą w kartach gwarancyjnych.

§ 10

Wykonawca może dochodzić zapłaty odsetek ustawowych, nie przewyższających 10% wartości przedmiotu dostawy, w razie zwłoki w zapłaceniu należności w terminie przez Zamawiającego.

§ 11

Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego

§ 13

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. Strony dołożą wszelkich starań, aby mogące powstać między nimi spory wynikające z realizacji niniejszej umowy zostały załatwione polubownie.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć między stronami w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby *Zamawiającego*.

§ 16

Integralną częścią umowy jest oferta złożoną przez *Wykonawcę*.

§ 17

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8:

Czy zamawiający na zasadzie równości dopuści ambulans z napędem na koła tylne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9:

Czy zamawiający dopuści pojazd bazowy wyposażony w klimatyzację półautomatyczną TEMPOMATIC?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10:

Prosimy o dopuszczenie mocowania drukarki w kabinie kierowcy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11:

Prosimy o dopuszczenie ogrzewacza płynów infuzyjnych za wskaźnikiem temperatury na panelu sterującym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12:

Prosimy o dopuszczenie panelu sterującego w przedziale medycznym konfiguracji:

- informujący o temperaturze w przedziale medycznym,
- informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu,
- sterujący oświetleniem i wentylacją przedziału medycznego,
- zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania wybranej temperatury.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Prosimy o dopuszczenie stałego fotela u wezgiłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w przypadku kiedy nie ma przejścia.

Pytanie 14:

Prosimy o dopuszczenie na ścianie działowej zespołu szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z białym roboczym wykończonym materiałem ABS. Zabudowa ściany działowej zgodna z normą 1789.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, jednocześnie zaznacza, iż zabudowa powinna być wykonana z materiałów zmywalnych, odpornych na dezynfekcję, sterylizację i fumigację.

Pytanie 15:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości stałej ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przedziałem medycznym, wyposażonej w okno do kontaktu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Prosimy o dopuszczenie zewnętrznego schowka (podświetlonego, odizolowanego od przedziału medycznego z dostępem z zewnątrz pojazdu) umożliwiającym montaż dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami, materaca próżniowego, kamizelki KED. Miejsce mocowania: krzeselka kardiologiczne, deski ortopedyczne, noszy podbierakowych, dwóch kasków, plecaka, torby medycznej w zabudowie przedziału medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Prosimy o dopuszczenie zintegrowanej belki ze światłami typu LED koloru niebieskiego, umieszczonej w tylnej części dachu.

Odpowiedź: sygnalizacja świetlna-dźwiękowa zgodna z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z § 25 i § 26 (tj. Dz.U. z 2015 poz. 305).

Pytanie 18:

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równości ambulansu bez dodatkowych sygnałów pneumatycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 19:

Prosimy o dopuszczenie zabudowy w konfiguracji:

- na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów,
- w zabudowie meblowej schowek zamykany na klucz,
- szafka z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami,
- zamykane półki górne na prawej i lewej ścianie nieprzeźroczystymi drzwiczkami, bez szufladek w górnym ciągu szafek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zabudowę we wskazanej konfiguracji, jednocześnie zaznacza, iż zabudowa powinna być wykonana z materiałów zmywalnych, odpornych na dezynfekcję, sterylizację i fumigację.

Pytanie 20: dotyczy Załącznika nr 2, pkt. XVI

Czy określone w Załączniku nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia” wszystkie opisane parametry mają być bezwzględnie zaoferowane?

Wyjaśnienie.

Tytuł punktu XVI może wprowadzać w błąd dlatego też prosimy o potwierdzenie, że wszystkie opisane w załączniku nr 2 parametry są wymagane. W przeciwnym wypadku któryś z Wykonawców może dostarczyć ambulans bez koła zapasowego czy też bez kompletu kół letnich.

Odpowiedź: parametry w załączniku nr 2 są wymagane, zmodyfikowane udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania.

Pytanie 21: dotyczy systemu AdBlue

Czy Zamawiający dopuszcza system AdBlue ze zbiornikiem o pojemności adekwatnej do zaoferowanego silnika?

Wyjaśnienie:

Wielkość zbiornika jest dostosowana do typu oferowanego silnika tak by spełniona były norma emisji spalin. W zależności od przyjętych rozwiązań zbiorniki mogą być różne tzn. większe lub mniejsze więc wskazywanie konkretnej pojemności jest nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 22: dotyczy noszy reanimacyjnych.

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem noszy reanimacyjnych należy rozumieć zestaw składający się z transportera oraz noszy oraz że system ten ma być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 1865-1 „Urządzenia do przenoszenia pacjenta stosowane w ambulansach drogowych. Część 1: Wymagania dotyczące systemów noszy i urządzeń do przenoszenia pacjenta”.

Wyjaśnienie:

Brak takiego potwierdzenia skutkować może zaoferowaniem noszy nie spełniających wymagań obowiązujących w Polsce i zaoferowaniem np. noszy chińskich bez certyfikatów.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23:

Prosimy o podanie sposobu dostawy ambulansów, czy dopuszcza się dojazd na kołach ?

Wyjaśniamy, że ma to duży wpływ na cenę przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający dopuści, standardową długość gwarancji mechanicznej na samochód bazowy 24 m-cy oraz na perforację nadwozia 72 miesiące i powłoki lakiernicze 36 miesięcy, którą oferuje większość producentów?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór ambulansu odbył się w siedzibie Wykonawcy (odległość max. 400 km) tj. w zakładzie wykonującym zabudowę medyczną, co pozwoli na przeprowadzenie gruntownego szkolenia z zakresu Obsługi ambulansu i jego wyposażenia ?

Wyjaśniamy, że w związku z wirusem COVID 19 dojazd do siedziby Zamawiającego może być bardzo utrudniony, a możliwość szkolenia i ewentualnej modyfikacji koncepcji wyposażenia wg. życzeń klienta są dla niego korzystne.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 26: dotyczy SIWZ

Pkt. III.11 - prosimy o potwierdzenie iż chodzi o czujnik cofania ostrzegający dźwiękowo kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody.

Odpowiedź: pkt. III.11 nie dotyczy czujnika cofania.

Pytanie 27:

Prosimy o podanie szacunkowego rocznego przebiegu kilometrów jaki będzie robił ambulans.

Odpowiedź: Zamawiający nie ma możliwości oszacowania rocznego przebiegu ambulansów. Roczny przebieg uzależniony jest od ilości zgłoszeń. Średni roczny przebieg posiadanych przez Zamawiającego ambulansów waha się w przedziale od 50 tys. do 100 tys.

Pytanie 28:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający przeglądy okresowe samochodu bazowego będzie wykonywał w najbliższym ASO z uwagi, iż nie ma możliwości wykonania przeglądu samochodu bazowego w miejscu stacjonowania ambulansu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 29:

Pragniemy zwrócić uwagę, iż opisane bezpłatne przeglądy zabudowy oraz samochodu bazowego mogą znacznie podnieść cenę oferty i prosimy o rezygnację z nich.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisów zawartych w §8 ust. 2 -4 IPU. Pozostawienie niniejszych zapisów w obecnym brzmieniu bardzo mocno ogranicza konkurencję w postępowaniu i z całą pewnością wpłynie na wysokość cen ofertowych. Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obligują Zamawiającego do konstruowania dokumentacji postępowania w taki sposób, aby zapewnić jak największą konkurencyjność postępowania z jednoczesnym zabezpieczeniem spełnienia potrzeb zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia. Zastrzeżenie osobistego świadczenia przy przedmiocie zamówienia jakim jest dostawa ambulansów nie znajduje uzasadnienia. Wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców w pełni zabezpiecza interes Zamawiającego, przede wszystkim z uwagi na to, że umowa, która ma być zawarta pomiędzy stronami w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nie jest umową starannego działania, a umową rezultatu. Należy wskazać, że standardem na rynku jest brak zastrzegania osobistego świadczenia wykonawcy przy zamówieniach na dostawy ambulansów.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapisy zawarte w § 8 ust. 2 - 4 IPU.

Pytanie 31:

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia przed dostawą aktualnego zaświadczenia o zwolnieniu z opłaty akcyzowej dla zamawianego ambulansu, o którym mowa w treści §3 ust.4 tiret pierwsze IPU na rzecz przedłożenia przez Wykonawcę stosownego oświadczenia w wymaganym terminie.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ - Wykonawca wraz z przedmiotem umowy dostarczy do każdego ambulansu wymagane dokumenty.

Pytanie 32:

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu dotyczącego przeglądów pojazdu w siedzibie Zamawiającego ponieważ przeglądy dla utrzymania gwarancji producenta samochodu bazowego wymagane są, aby były realizowane w autoryzowanej stacji, która jest oddalona od Państwa siedziby do 50 km oraz wymagają urządzeń, które stacjonarnie znajdują się w autoryzowanych serwisach.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ. Zamawiający nie wymaga przeglądów w swojej siedzibie.

Pytanie 33:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia pojazdu zastępczego o porównywalnych parametrach na czas trwania naprawy, Zamawiający nie będzie naliczał kary, o której mowa w §7 ust. 1 ppkt. b) IPU.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji §7 IPU (modyfikacja SIWZ w załączeniu).

Pytanie 34:

Prosimy Zamawiającego o modyfikację treści §5 ust. 2 ppkt. c) IPU i wskazanie, że obsługa gwarancyjna będzie świadczona przez uprawniony serwis wskazany przez Wykonawcę w Załączniku nr 2 w miejscu wskazanym przez użytkownika zgłaszającego awarię, wadę lub usterkę, **z możliwością naprawy w autoryzowanym serwisie wskazanym przez Wykonawcę lub Zamawiającego**, tak jak ma to miejsce w odniesieniu do sprzętu medycznego. Pragniemy wskazać, że Wykonawca nie musi posiadać serwisu pojazdu bazowego i jednocześnie zabudowy medycznej oraz sprzętu medycznego. W razie wystąpienia usterki w zabudowie lub sprzęcie medycznym naprawy nie mogą się odbyć w ASO producenta samochodu, gdyż nie obsługuje on tego typu usterek, z uwagi na okoliczność, iż producent pojazdu bazowego nie musi zajmować się także produkcją zabudowy medycznej i sprzętu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał modyfikacji treści § 5 ust. 2 pkt. c) IPU oraz załącznika nr 1 Formularz ofertowy.

Pytanie 35:

Prosimy Zamawiającego o udostępnienie na stronie internetowej postępowania lub na miniPortalu klucza publicznego do zaszyfrowania oferty, bądź wskazanie, w którym miejscu na miniPortalu znajduje się przedmiotowy klucz publiczny. Zgodnie z zapisami Rozdziału XII SIWZ Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu, jednakże Wykonawca nie widzi takiego klucza.

Odpowiedź: po aktualizacji strony internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> nastąpiła zmiana szyfrowania ofert. Zgodnie z instrukcją użytkownika miniPortalu zamieszczoną na stronie internetowej:

<https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja%20u%C5%BCytkownika%20miniPortal-ePUAP.pdf> do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert, ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniportal.uzp.gov.pl
Proszę o zapoznanie się z instrukcją użytkownika zamieszczoną na w/w stronie internetowej.

Pytanie 36:

Biorąc pod uwagę miarkowanie kar umownych prosimy Zamawiającego o:

- zmianę § 7 ust. 1 pkt. a) IPU: poprzez zmniejszenie wysokości kary umownej z 10 % do 2%;
zastrzeżenie kary umownej w wysokości 10% za każdy dzień opóźnienia bez jednoczesnego wskazania maksymalnej wysokości kar stanowi zastrzeżenie kary rażąco wygórowanej, sprzecznej z art. 5 k.c. a na skutek tego nieważnej.

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował:

1) zapisy SIWZ:

- Rozdział V „Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy. Przewidywany termin zawarcia umowy styczeń 2021 r.”

- Rozdział XII:

4. Termin składania ofert upływa dnia 08.01.2021 roku o godzinie 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.01.2021 roku o godzinie 10:15 w SPZZOZ w Wyszku, ul. KEN 1, 07-200 Wyszki, Budynek Administracyjny, Sala Narad - pokój nr 3.


6. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na *miniPortalu* i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

- Rozdział XVII: § 5 ust. 2 pkt b) i c) oraz § 7

2) załącznika nr 1 - *Formularz ofertowy*, poprzez dodanie pkt nr 4. „Adres serwisu gwarancyjnego ” oraz zmianę terminu w pkt 15. „Oświadczamy, iż zamówienie wykonamy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy”.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest **do dnia 08/01/2021 do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **w dniu 08/01/2021 roku o godz. 10:15.**


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszku
Tomasz Boroński

