




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http:// www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 14/12/2020

DEZ/Z/341/ZP- 31/2020

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa rękawic jednorazowych do SPZZOZ w Wyszowie
nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP- 31/2020**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: dotyczy pakietu 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnych rękawic wysokiej jakości niejałowych jednorazowych rękawic diagnostycznych, nitylowe, bezpydrowe z wewnętrzną warstwą łagodząco - nawilżającą – natłuszczającą z koloidalnego roztworu mączki owsianej, jasno zielone. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Mankiet równomiernie rolowany. Powierzchnia teksturowana na końcach palców. Grubość palec: min. 0,10 mm; dłoń: 0,10 mm; mankiet: 0,09 mm, AQL = 1,0, wytrzymałość na zrywanie przed i po starzeniu > 6N. Opakowanie podawczy zabezpieczony folią o właściwościach antybakteryjnych. Wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej kat. III.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: dotyczy pakietu 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, Czy zamawiający wymaga rękawic będących środkiem ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: dotyczy pakietu 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, co zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4: dotyczy pakietu 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości 0,07mm+/-0,01, AQL 1,5

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: dotyczy pakietu 1 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, co zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: dotyczy pakietu 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych do badań z wewnętrzną warstwą serycyna-łagodząca- nawilżająca o właściwościach bakteriostatycznych, białe, grubość na palcach 0,10 mm +/-0,01 mm, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Zgodność z normą EN 455, potwierdzone certyfikatem europejskiej jednostki notyfikowanej. Oznakowanie jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374- cz.2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodne z normą EN 16523-1 min 12 substancji z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkoholem i aldehydy. Odporne przez co najmniej 30 minut na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu. Odporność na przenikanie Karmustyny min. 14 minut. Raport z wynikami badań na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabrycznie oznaczone).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: dotyczy pakietu 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic delikatnie mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL 1.0.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: dotyczy pakietu 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, Czy zamawiający wymaga rękawic będących środkiem ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9: dotyczy pakietu 3 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, co zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10: dotyczy pakietu 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic delikatnie mikroteksturowanych z dodatkową teksturą na końcach palców. AQL 1.0, siła zrywania przed i po starzeniu $\geq 6,5N$, Rozciągliwość przed starzeniem $>520\%$, po starzeniu $>460\%$, pozostałość zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11: dotyczy pakietu 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, Czy zamawiający wymaga rękawic będących środkiem ochrony osobistej kategorii III?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 12: dotyczy pakietu 3 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości wyceny za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, co zwiększy konkurencyjność cenową ofert.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest **do dnia 17/12/2020 do godz. 12:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **w dniu 17/12/2020 roku o godz. 12:15.**

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Jarosław Pohl