



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, [http:// www.szpitalwyszkow.pl/](http://www.szpitalwyszkow.pl/)

Wyszaków, dnia 26/03/2021 r.

DEZ/Z/341/ZP- 4/2021

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do badań immunologicznych do SPZZOZ w Wyszowie**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP- 4/2021**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2019, poz. 2019 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: dotyczy pkt. 7c Rozdział XIV SWZ

Prosimy o odstąpienie żądania dostarczenia certyfikatu CE dla analizatora wystawionego przez jednostkę notyfikującą i możliwość dostarczenia dokumentów zgodnych z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Uzasadnienie: oferowane analizatory nie posiadają certyfikatu jednostki notyfikowanej albowiem zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych wyroby medyczne do diagnostyki in vitro kwalifikuje się na grupy: zamieszczone w wykazie A i wykazie B. Tylko wyroby zamieszczone w wykazie A, wykazie B podlegają certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Oferowane analizatory są wyrobami spoza wykazu A i B.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 2: dotyczy przedmiotowych środków dowodowych

Czy zgodnie z art. 107.2 ustawy Pzp w przypadku jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, czy Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie ?

Odpowiedź: w przypadku jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich złożenia.

Pytanie 3: dotyczy pkt. 7a Rozdział XIV SWZ oraz zapisy pod formularzem cenowy

Czy Zamawiający wymaga ulotek na żądanie zgodnie z zapisami SWZ czy żąda dołączenia ulotek do oferty. To samo dotyczy instrukcji obsługi analizatora oraz innych katalogów, folderów i innych dokumentów zawierających informacje potwierdzające parametry wymagane i oceniane. Zapisy są obecnie sprzeczne.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga załączenia do oferty przedmiotowych środków dowodowych.

Pytanie 4: dotyczy pkt. 3 par. 4 projektu umowy

Prosimy o podanie minimalnego progu wykonania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje § 4 Wzoru umowy stanowiący Załącznik nr 11 do SWZ, poprzez dodanie ust. 3.1. „Zamawiający określa minimalny próg wykonania umowy w wysokości 50 % wartości umowy.”

Pytanie 5: dotyczy pkt. 1 par. 9 projektu umowy

Czy w związku z regulacją art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian w brzmieniu przedstawionym poniżej?

Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
 - nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów
 - przedmiotowym/ produkt zamienny
 - sposobu konfekcjonowania (zmiana nr kat nie wymaga aneksowania umowy)
 - liczby opakowań
 - wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy: -wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskoniony
 - wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od produktu objętego umową
- Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej, wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych preparatów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji § 9 we wzorze umowy - Załącznik nr 11 do SWZ. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zmiany dotyczące zmian cen jednostkowych są zawarte w § 3 ust. 3 i ust. 4 wzoru umowy - Załącznik nr 11 do SWZ.

Pytanie 6: dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ / Pkt 1: „Analizator immunologiczny fabrycznie nowy rok produkcji 2019”

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania analizatora fabrycznie nowego? Czy - jeżeli podany jest rok produkcji 2019, można zaoferować analizator używany nie starszy niż z 2019 roku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza analizator używany nie starszy niż z 2019 roku.


Pytanie 7: Dotyczy Załącznika nr 3 do SIWZ / Pkt 11: „Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednego odczynnika – NTproBNP pochodzącego od innego producenta niż producent oferowanego analizatora, jednak odczynnik ten jest przeznaczony do użytku wyłącznie na oferowanym analizatorze, a metoda jest zwalidowana i zweryfikowana zarówno przez producenta analizatora jak i jego użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest **do dnia 30/03/2021 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego **w dniu 30/03/2021 roku o godz. 10:15.**


DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyżkowicie
Tomasz Boroński