



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http:// www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, 10 stycznia 2022

DEZ/Z/341/ZP-35/2021

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa płynów infuzyjnych, płynów do żywienia oraz oprzyrządowania kompatybilnego do aparatów „Prismaflex” do zabiegów CRRT do SPZZOZ w Wyszakowie w okresie 12 miesięcy*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-35/2021**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela sprostowania odpowiedzi do poniższego pytania:

Pytanie dotyczy Pakietu nr 8 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści cewnik do dializy dwuświatłowy, wysokoprzepływowy:

-prosty,

-z powłoką bizmutową zmniejszającą kolonizację bakteryjną cewnika,

-bez otworów bocznych, z końcówką asymetryczną/schodkową, o przesuniętym względem siebie wlocie i wylocie krwi, zmniejszającą ryzyko wykrzepienia i zapobiegającą mieszanemu się krwi napływowej z powrotną, nerkowate światło cewnika-swiatło napływu krwi większe od światła powrotu,

-o średnicy 11.5/13 F, długości 15/20/25 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert uległ zmianie** i jest do dnia **13.01.2022 r. do godz. 10:00**.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **13.01.2022 r. o godz. 10:15**.

Zastępca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Administracyjnych

Jarosław Pohl