



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 6 maja 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-12/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa wyrobów z włókny i folii do SPZZOZ w Wyszakowie w okresie 12 miesięcy*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-12/2022**.

Zamawiający informuje, że dokonuje sprostowania udzielonych odpowiedzi na pytania z dnia 05.05.2022 r.

Pytanie 2 pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch o następującej specyfikacji:

Pieluchomajtki dla dorosłych dedykowane dla osób z ciężkimi i średnimi problemami nietrzymania moczu i kału, produkt wykonany z oddychającego na całej powierzchni paroprzepuszczalnego laminatu (w części centralnej i po bokach tj. łącznie w obszarze bioder), posiadające wewnątrz barierki zapobiegające wydostaniu się moczu, dwa anatomiczne wkłady chłonne z absorbentem, system zapinania w postaci dwóch podwójnych elastycznych przylepców-rzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Posiadają: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, dwa ściągacze taliowe w przodu i z tyłu wyrobu, dzięki którym pieluchomajtki idealnie przylegają do ciała pacjenta; system rozprowadzania EDS, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta, dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, oznaczenie poziomu chłonności w postaci nazwy handlowej wyrobu umieszczonej na zewnętrznej warstwie produktu a na opakowaniu w postaci systemu kropelkowego op. a'30szt.

Pieluchomajtki oddychające rozm. L:

- Chłonność wg normy ISO minimum 4000 g,
- Sugerowany obwód bioder 100-150 cm

Pieluchomajtki oddychające rozm. XL:

- Chłonność wg normy ISO minimum 4000 ml,
- Sugerowany obwód bioder 130-170 cm?

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na tylko jednego Wykonawcę, co znacznie ogranicza ubieganie konkurencji o udzielenie zamówienia publicznego, co narusza zasady Pzp.

Udzielona odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Po sprostowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Pytanie 11 dotyczy pakiet 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym w rozmiarze 85cm x55cm (+/-1cm)?

Udzielona odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Po sprostowaniu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, zgodnie z Załącznikiem nr 2 Pakiet nr 1 poz. 24

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 19

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o rekomendowanym obwodzie 92cm - 160cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Pytanie 20

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze L o chłonności min 4000ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Pytanie 21

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o rekomendowanym obwodzie 120cm - 170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (pakiet 2; pozycja 1) pieluchomajtki dla dorosłych w rozmiarze XL o chłonności min 3100ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 2 poz. 1

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest do dnia 12.05.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 12.05.2022 r. o godz. 10:15.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

Tomasz Baroński

Sporządził:

Marek Jasiński

st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.

tel. (29) 743 76 86