




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszów
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszów, dnia 5 maja 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-12/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Dostawa wyrobów z włókniny i folii do SPZZOZ w Wyszowie w okresie 12 miesięcy**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-12/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1 pakiet 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na wybrane części składowe pakietu 1? Pozwoli to zamawiającemu na zwiększenie konkurencyjności składanych ofert, a co za tym idzie możliwość otrzymania niższej ceny za składowe pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza składania odrębnych ofert na poszczególne pozycje asortymentowe wyszczególnione w danym pakiecie.

Pytanie 2 pakiet 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pieluch o następującej specyfikacji:

Pieluchomajtki dla dorosłych dedykowane dla osób z ciężkimi i średnimi problemami nietrzymania moczu i kału, produkt wykonany z oddychającego na całej powierzchni paroprzepuszczalnego laminatu (w części centralnej i po bokach tj. łącznie w obszarze bioder), posiadające wewnątrz barierki zapobiegające wydostaniu się moczu, dwa anatomiczne wkłady chłonne z absorbentem, system zapinania w postaci dwóch podwójnych elastycznych przylepco-rzepów do wielokrotnego dobrego mocowania. Posiadają: absorbent moczu z zawartością substancji neutralizującej zapach, dwa ściągacze taliowe w przodu i z tyłu wyrobu, dzięki którym pieluchomajtki idealnie przylegają do ciała pacjenta; system rozpraszania EDS, który umożliwia maksymalnie szybkie wchłanianie moczu do środka produktu oraz utrzymuje wilgoć z dala od skóry pacjenta, dwa indykatory wilgotności: nadruk tuszem rozmywający się pod wpływem cieczy, klejowy – dwa żółte paski zmieniające barwę na zieloną pod wpływem cieczy, wyprofilowane gumki w części pachwinowej, oznaczenie poziomu chłonności w postaci nazwy handlowej wyrobu umieszczonej na zewnętrznej warstwie produktu a na opakowaniu w postaci systemu kropelkowego op. a'30szt.

Pieluchomajtki oddychające rozm. L:

- Chłonność wg normy ISO minimum 4000 g,
- Sugerowany obwód bioder 100-150 cm

Pieluchomajtki oddychające rozm. XL:

- Chłonność wg normy ISO minimum 4000 ml,
- Sugerowany obwód bioder 130-170 cm?

Obecny opis przedmiotu zamówienia wskazuje na tylko jednego Wykonawcę, co znacznie ogranicza ubieganie konkurencji o udzielenie zamówienia publicznego, co narusza zasady Pzp.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ

Pytanie 3 dotyczy umowy § 5 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie słowa zwłoki słowem opóźnienia?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 dotyczy umowy § 5 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 1%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 dotyczy umowy § 5 ust. 1.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy do 2%?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 dotyczy pakiet 1, poz. 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch z lamówką w kolorze niebieskim?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 dotyczy pakiet 1, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści matę w rozmiarze 100cm x 75cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 dotyczy pakiet 1, poz. 19

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 104 – 105 cm x 183cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9 dotyczy pakiet 1, poz. 21

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę z jedną taśmą? W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dopuszczenie zaoferowania drugiej taśmy pakowanej oddzielnie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10 dotyczy pakiet 1, poz. 22

Czy Zamawiający ma na myśli podkład w rozmiarze 140cm x 90-100 cm?

Odpowiedź: tak, Zamawiający ma na myśli podkład w rozmiarze 140cm x 90-100 cm.

Pytanie 11 dotyczy pakiet 1, poz. 24

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym w rozmiarze 85cm x 55cm (+/-1cm)?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 dotyczy pakiet 1, poz. 29

Czy Zamawiający dopuści poszwę na koc w rozmiarze 140-160cm x 210-220cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 13 dotyczy pakiet 1, poz. 40

Czy Zamawiający dopuści serwetę z taśmą lepłą w rozmiarze 50cm x 60cm?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 dotyczy pakiet 1, poz. 48

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana zgodny z poniższym opisem:

Zestaw do artroskopii Zestaw do artroskopii kolana, materiał dwuwarstwowy, chłonny na całej powierzchni gramatura 62g/m² na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13 795,

- 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stół Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta 100 x 150 cm;
- 1 osłona na kończynę z elastyczną tuniką, TPE i dzianinowa siatka poliestrowa, 30 x 90 cm;
- 1 foliowa osłona na przewody 15 x 250 cm;

- 1 serweta główna 200 x 300 cm, z otworem 25 x 20 cm otoczonym padem chłonnym 50 x 50 cm, ze zintegrowanym trójkątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów. Zbiornik wyposażony w kształtkę (szywnik), samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm i zawór odpływowy z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;

- 2 włókninowe OP Taśmy 10 x 50 cm

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 15 dotyczy pakiet 1, poz. 52

Czy Zamawiający dopuści zestaw ginekologiczny zgodny z poniższym opisem:

Zestaw ginekologiczny, włóknina laminowana, chłonna, gramatura min 60g/m², naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 serweta 75 x 90 cm;
- 1 serweta główna w kształcie litery T 150/220 x 240 cm, ze zintegrowanymi osłonami na kończyny i przylepnym otworem 9 x 12 cm otoczonym padem chłonnym 20 x 45 cm. Dodatkowo 4 zintegrowane z serwetą organizatory na przewody w formie rzepów;

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem, że zestaw zawiera zbiornik do odprowadzania płynów.

Pytanie 16 dotyczy pakiet 1, poz. 53

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z włókniny laminowanej o gramaturze min. 62g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17 Dotyczy Pakiet 1, poz. 54

Czy Zamawiający dopuści zestaw cięcia cesarskiego zgodny z poniższym opisem:

- Serwety z materiału dwuwarstwowego Biflex, o dużej chłonności i wysokiej odporności na przenikanie cieczy
- Serweta główna z materiału trzywarstwowego Triflex z dodatkową warstwą włókniny PP dla zwiększenia komfortu pacjenta
- Gramatura serwet 65g/m² (Biflex) i 83g/m² (Triflex)
- Zgodność z normą PN-EN 13795

Skład

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;
- 1 osłona na stolik Mayo 80 x 145 cm;
- 1 serweta do owinięcia noworodka, włóknina typu Spunlance, 75 x 80 cm;
- 1 serweta główna 180 x 320 cm, z przylepnym otworem 30 x 25 cm wypełnionym folią chirurgiczną z aperturą i zintegrowanym, prostokątnym zbiornikiem do przechwytywania płynów (3600). Zbiornik wyposażony w kształtki (szywniki) oraz 2 zawory odpływowe z możliwością podłączenia do ssaka. Dodatkowo 3 zintegrowane z serwetą organizatory przewodów w formie rzepów;
- 4 ręczniki 30 x 40 cm;

Odpowiedź: zgodnie z SWZ

Pytanie 18 dotyczy SWZ

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od złożenia próbek wraz z ofertą i żądania ich złożenia tylko w przypadku gdy pozostałe dokumenty nie potwierdzają spełnienia wymagań określonych w SWZ. Chcemy zauważyć, że Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że działając zgodnie z zapisami art. 107 ust. 2 ustawy Pzp oraz zapisami SWZ Rozdział XV, jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych Zamawiający wzywa do ich złożenia. Jednocześnie Zamawiający informuje,

że będzie akceptował równoważne przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z art. 106 ust. 3 ustawy Pzp.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest do dnia 10.05.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.05.2022 r. o godz. 10:15.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie
Tomasz Boroński

Sporządził:

Marek Jasiński

st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.

tel. (29) 743 76 86