




**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 31 maja 2022 r.

**DEZ/Z/341/ZP-21/2022**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań biochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora biochemicznego w SPZZOZ w Wyszakowie w okresie 5 miesięcy*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-21/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie 1 Pkt. 10 Minimum 80 chłodzonych pozycji na próbki badane, możliwość ciągłego dodawanie próbek bez konieczności przerywania pracy analizatora.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który posiada wewnętrzny chłodzony (2-8°C) dysk próbkowy – 25 pozycji oraz 140 pozycji na próbki (próbki pierwotne, w tym otwarte próbki systemu zamkniętego, próbki wtórne lub kubki pediatryczne)?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 2 Pkt. 11. Wewnętrzny czytnik kodów paskowych dla próbek pacjenta oraz zastosowanie różnego rodzaju próbek (5 ml, 7ml, 10ml), a także kubeczków na surowicę o pojemności 0,5 ml i 2ml.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora, który jest kompatybilny z różnymi rodzajami próbek do objętości max. 9ml?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 3 Pkt. 14. Maksymalna objętość mieszaniny reakcyjnej w kuwecie – 250 µl.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora pracującego z maksymalną objętością 360µl?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 4 Pkt. 27. Oferent dostarczy aparat back up, kompatybilny odczynnikowo z analizatorem głównym ( możliwość wykorzystania tych samych odczynników ).**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora back-up, który pracuje na innych opakowaniach odczynnikowych?

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z SWZ**

**Pytanie 5 Przedmiotowe środki dowodowe**

**Certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną**

Zwracamy się z prośbą o dopisanie „jeśli dotyczy”. Zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych dokumenty dopuszczające do obrotu zależą od klasyfikacji wyrobu.

Zamawiający nie może żądać od wykonawców obligatoryjnego dołączenia certyfikatów CE wystawionych przez jednostkę notyfikowaną, jeśli wykonawca nie ma obowiązku ustawowego dokonania oceny z udziałem tej jednostki.

**Odpowiedź:**

**Zamawiający wyraża zgodę.**

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert uległ zmianie** i jest do dnia **03.06.2022 r. do godz. 11:00.**

**Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **03.06.2022 r. o godz. 11:15.**

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszowie

*Tomasz Borowski*