




**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszków, dnia 25 lipca 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-31/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań mikrobiologicznych na okres 12 miesięcy**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-31/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8 produkt: „Sterylna wymazówka transportowa z podłożem Amies z węglem, sterylne, pakowane indywidualnie”

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ. Pytanie dotyczy wymazówek z poz./pkt. 2.

Pytanie 2 Pakiet 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 8, opakowanie a' 50szt, łącznie 2op.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3 Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający dopuszcza w poz. 9 produkt: „Sterylna wymazówka transportowa, z tworzywa sztucznego z podłożem płynnym 1-3 ml, pakowana indywidualnie do pobierania badań w kierunku wirusów -wacik z flokowanego nylonu”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet 2 poz. 9

Czy Zamawiający wymaga w poz. 9 wymazówki do pobierania próbek z nosa oraz gardło lub giętkie do nosogardzieli? Prosimy o wyjaśnienia ponieważ w naszej ofercie znajdują wymazówki obu rodzajów.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza gięte do nosogardzieli.

Pytanie 5 Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podłoża w poz. 6 - 17 w małych przezrzystych probówkach plastikowych z korkiem zakręcanym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Pakiet 3

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przechowywania podłoży w temperaturze pokojowej dla poz. 15? Podłoże to, podobnie jak poz. 4 powinno być przechowywane w temp. 2 - 8 st. C

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie 7 Pakiet 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. 20 do oddzielnego pakietu? Umożliwi to złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ Rozdział VI ust. 4.

Pytanie 8 Pakiet 5

Czy Zamawiający dopuści szczepy wzorcowe z terminem ważności 9 miesięcy ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy zadania nr 7

- a) Dotyczy formularza cenowego – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie kolumny z numerem katalogowym produktu celem łatwiejszej identyfikacji przedmiotu przy realizacji zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.

- b) Dotyczy formularza cenowego – Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania paski MIC w opakowaniu zbiorczym po 30 sztuk i wycenę tylko pełnych opakowań zaokrąglając w górę, ze względu na brak możliwości podziału opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- c) Dotyczy formularza cenowego Uwaga pkt 4 -Czy Zamawiający dopuści paski z gradientem stężeń konfekcjonowane w formie blistra ,kartridża z gąbki lub pojedynczo pakowanych pasków ze względu na toczącą się wymianę form opakowań, pod warunkiem zachowania właściwości i jakości pasków testowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- d) Dotyczy formularza cenowego pakiet 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie poz 48 Dalwabancyna, z powodu braku produktu w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 7, poprzez wykreślenie pozycji 48.

- e) Dotyczy formularza cenowego Uwaga pkt 2 i 9, 16 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dołączania do każdej partii certyfikatu kontroli jakości oraz instrukcji w każdym opakowaniu i wyrazi zgodę na udostępnienie adresu bezpłatnej i całodobowej strony internetowej, na której znajdują się certyfikaty kontroli jakości oraz instrukcje, karty charakterystyki do samodzielnego pobrania? Uzasadnienie: Strona internetowa oferenta została stworzona po to, aby ułatwić klientom dostęp do potrzebnych informacji oraz usprawnić procesy związane z dostawami produktów. Wykonawca udostępni adres strony internetowej, na której będą się znajdowały wymagane dokumenty

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

- f) Dotyczy formularza cenowego Uwaga pkt 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktów z minimalnym terminem ważności 5 m cy? Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności oferowanego asortymentu na podany w SWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.

- g) Dotyczy SWZ Rozdział XV pkt 10.1 – czy Zamawiający odstąpi od złożenia z oferta Certyfikatów CE jeżeli Wykonawca w załączniku nr 6 oświadcza iż posiada wymagane prawem dokumenty do obrotu przedmiotem zamówienia i udostępni je na każde żądanie Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje.

Pytanie 10

Pytania do Umowy (zał. nr 5):

- a) § 3 ust. 9 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Faktura zostanie dołączona wraz z dostawą przedmiotu zamówienia i potwierdzeniem odbioru. W odniesieniu do Wykonawców nie mających możliwości dostarczania faktur VAT wraz z realizowanym zamówieniem, Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia faktur za pośrednictwem poczty/ kuriera w terminie 3 dni roboczych liczonych od daty dostawy na adres siedziby Zamawiającego lub faktur elektronicznych (format PDF) za pośrednictwem maila na adres:”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że data na fakturze nie może być wcześniejsza niż data dostawy do Zamawiającego.

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 § 3 ust. 9.

- b) § 3 ust. 10 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „Na fakturze Wykonawca zobowiązany jest do powołania się na numer umowy lub numer zamówienia”?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

- c) § 5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na poprawienie numeracji punktów zawartych w § 5 ust. 1? Uzasadnienie: W umowie omyłkowo dwukrotnie wskazano pkt 1.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 § 5 ust. 1.

- d) § 5 ust. 1 pkt 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie wysokości kar za opóźnienie w dostarczeniu Towaru wskazanego w Załączniku nr 2 w terminie określonym w § 3 ust. 7 umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Wykonawca do 2,5% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”? Uzasadnienie: W ocenie Wykonawcy wskazana kara posiada przymiot kary rażąco wygórowanej i jako taka zgodnie z przepisami KC może podlegać miarkowaniu przez Sąd. Standardowo stosowanymi karami w tego rodzaju postępowaniach są kary na poziomie 0,1% - 2% wartości zamówionego a niedostarczonego w terminie towaru. Mając powyższe na uwadze zwracamy się z prośbą o przychylne rozpatrzenie pytania i obniżenie wysokości proponowanej kary.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 § 5 ust. 1 pkt. 1

- e) §5 ust. 1 pkt 1 (winno być pkt 2) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „za odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy w trybie natychmiastowym przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 § 5 ust. 1 pkt. 2

- f) § 5 ust. 1 pkt 2 (winno być pkt 3) – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na: „ za jednostronne odstąpienie w zakresie niezrealizowanej części umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę w trybie natychmiastowym w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część przedmiotu umowy,”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 § 5 ust. 1 pkt. 3

Pytanie 11

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie krążków antybiotykowych od dwóch producentów, ale tego samego dostawcy?

Uzasadnienie: Z punktu widzenia Zamawiającego ważny jest fakt jaką końcową wydajność otrzyma. Zaoferowane przez naszą firmę krążki antybiotykowe w pakiecie nr 1 pozwolą otrzymać porównywalne lub wyższe wydajności.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie krążków antybiotykowych od dwóch producentów, ale tego samego dostawcy.

Pytanie 12

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na zaoferowanie szczepów wzorcowych pochodzących z maksymalnie trzeciego pasażu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 wyrazi zgodę na podpisanie Porozumienia (oświadczenia) użytkownika końcowego, które Wykonawca jest zobligowany archiwizować dla wytwórcy

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 3 wyrazi zgodę na dopisanie wiersza w formularzu cenowym w celu odpowiedniej wyceny zestawu wymazówek oraz buforów płuczających, co usprawni ewentualny proces składania zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podpisanie deklaracji ostatecznego użytkownika dla substancji SVHC dot. testu z pakietu nr 6 poz. 3.

Uzasadnienie: Działając w zgodzie z rozporządzeniem REACH oraz naszą polityką wewnętrzną podpisanie deklaracji klienta gwarantuje, że ryzyko związane ze stosowaniem substancji wzbudzających szczególnie duże obawy jest odpowiednio kontrolowane, a kryteria bezpiecznego postępowania istotne dla ludzkiego zdrowia i dla środowiska są spełnione. Wzór deklaracji został załączony.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 3, 5, 6 wymaga, aby zestaw zawierał kontrolę dodatnią i ujemną w postaci wymazówek?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 17

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 8 i 9 wyrazi zgodę na dopisanie wierszy w formularzu cenowym w celu odpowiedniej wyceny niezbędnych odczynników, co usprawni ewentualny proces składania zamówień?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 18

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego, który wykrywa 5 karbapenemaz: KPC, NDM, VIM, OXA-48 oraz IMP?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 poz. 14 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu wymazówek z podłożem płynnym o obj. 3 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC na nośniku bibułowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 21

Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 poz. 40-42 wyrazi zgodę na zaoferowanie pasków gradientowych do oznaczania wartości MIC przeznaczonych do wykrywania mechanizmów AmpC, MBL oraz ESBL jako jednej pozycji zbiorczej w formularzu cenowym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 22

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 96,6% dla grupy C, z zachowaniem wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 23

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu o czułości 96,5% i specyficzności 97,6%?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24

Czy Zamawiający w pakiecie nr 9 poz. 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu aglutynacyjnego do wykrywania antygeny CPS *Cryptococcus neoformans* z próbek surowicy lub płynu mózgowo-rdzeniowego?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest do dnia 28.07.2022 r. do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 28.07.2022 r. o godz. 10:15.

Sporządziła:
Joanna Wilk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

mgr Urszula Gąsior

