



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 2 września 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-36/2022

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Zakup, dostawa, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji sprzętu i aparatury medycznej do SPZZOZ w Wyszakowie**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-36/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie 1 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 3.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny oparty na 2 elektrycznych kolumnach zapewniającymi właściwą stabilność ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 2 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 5.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o szerokość powierzchni roboczej leża wynoszącej 650 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 3 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 6.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o długości 3-segmentowej powierzchni roboczej w pozycji horyzontalnej wynoszącej 200 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji pozycji nr 6, powinno być 1365 mm, zgodnie z SWZ.

Pytanie 4 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 7.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o wymiarach zewnętrznych w pozycji leżącej wynoszących : 205 cm x 75cm ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 5 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 9.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z -elektromechaniczną regulacją wysokości w zakresie 460-860mm , sterowaną za pomocą pedału nożnego ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 6 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 10.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z regulacją elektromechaniczną segmentu pleców w zakresie 0-800 uzyskiwana za pomocą pedału nożnego ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 7 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 11.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny z elektromechaniczną regulacją przechyłów Trendelenburga/Anty-Trendelenburga +/- 15° uzyskiwanych za pomocą pedału nożnego ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 8 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 13.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez programatora pozycji badań i zabiegów ?
Fotel należy ustawić indywidualnie pod każdego pacjenta.

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 9 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 14.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny bez schodka pacjenta ?

Dzięki możliwości opuszczenia siedziska na wysokość 46 cm pacjent swobodnie może zająć wygodne miejsce na fotelu bez konieczności korzystania z dodatkowych schodków

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 10 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 15,16.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w 1 miskę zabiegową ze stali nierdzewnej o głębokości 60mm ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 11 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 20.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w uchwyt na ręczniki papierowe pod zagłówkiem ?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 12 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 22.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w zdejmowalny 2-pozycyjny uchwyt na kroplówki (2 haczyki), wysuwany teleskopowo z mocowanie na listwę ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 13 pakiet 3 Fotel ginekologiczno - zabiegowy – 1 szt. Pkt 23,24.

Czy Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny wyposażony w szynę DIN w sekcji siedziska oraz w sekcji oparcia?

Odpowiedź: zgodnie z SWZ.

Pytanie 14 pakiet nr 2

Zamawiający w poz. 11 zawarł zapis: *W komplecie łyżki wielokrotnego użytku, przeznaczone do sterylizacji w rozmiarach Mill 00 – 1szt., Mill 0 – 1 szt., Mill 1 – 1 szt. (Dodatkowo 3 kpl. łyżek).* Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaoferowania łącznie 12 szt. łyżek w 3 rozmiarach?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dodatkowo 3 kpl łyżek (łącznie 12 szt. łyżek w 3 rozmiarach).

Pytanie 15 pakiet nr 6, pulsoksymetry 2 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał zaoferowania pulsoksymetrów wyposażonych w markową technologię pomiaru saturacji Nellcor lub Masimo?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 Pakiet nr 6 poprzez dodanie poz. 8.1.

Pytanie 16 pakiet nr 6, pulsoksymetry 2 szt.

Czy Zamawiający będzie wymagał aby pulsoksymetry posiadały wewnętrzny wbudowany akumulator wielokrotnego ładowania z możliwością ładowania za pomocą dostarczonej ładowarki ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 17 pakiet nr 6, pulsoksymetry 2 szt.

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie pulsoksymetrów o poniższych parametrach:

Pomiar saturacji, pulsu, PI w formie liczbowej
Możliwość ustawienia 2 trybów pomiaru: spot-check oraz ciągły
Wzmocniona obudowa
Waga poniżej 0,5 kg

Wewnętrzny akumulator na 24h pracy, w zestawie ładowarka
Ustawienia 3 zakresow czułości: pacjent stabilny rzadziej monitorowany; NORM - pacjent stabilny z perfuzją dobrą i słabą; MAX - pacjent z bardzo niską perfuzją od 0,02% PI (chłodne, obrzęknięte kończyny, krytyczne parametry)
Czas uśredniania pomiarów nawet podczas ruchu i transportu: od 2-4 sek (pacjent krytyczny); 8s, 10s - szybka aktualizacja stanu pacjenta stabilnego; 12s, 14s, 16s – pacjent rzadziej monitorowany
Wysokiej rozdzielczości ekran LCD, dotykowy o przekątnej 2,8"
Aparat prezentuje dane: Spo2, częstość pulsu, indeks perfuzji w postaci liczbowej, PVI, RRP, komunikaty alarmowe, czułość, godzinę, wykres krzywej pletyzmograficznej, jakość sygnału
W zestawie: Kabel pacjenta RD lub bezpośredni Czujnik klips na palec dla pacjentów dorosłych

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 18 pakiet 5

Pragniemy zaoferować Państwu renomowany Wideolaryngoskop spełniający wszystkie istotne parametry przewidziane w zapytaniu z wyłączeniem:

Transmisja danych w technologii WI-FI i HDMI

Funkcja szkoleniowa – możliwość podłączenia urządzenia do zewnętrznego monitora przy pomocy przewodu HDMI i przekazywania obrazu w czasie rzeczywistym

Sygnalizacja połączenia przez HDMI na ekranie urządzenia za pomocą specjalnej ikony

Wszystkie wyżej wymienione funkcje są nieprzydatne na SORach i w praktyce są niewykorzystywane podczas codziennej pracy, a powodują jedynie nieuzasadniony wzrost ceny.

Rezygnując z wyżej wymienionych funkcji dodatkowo zwiększycie Państwo konkurencyjność postępowania, gdyż swoje oferty złożyć będzie mogło więcej podmiotów. Zaoszczędzone środki będziecie mogli Państwo przeznaczyć na dokupienie jednorazowych łyżek.

Niezależnie od powyższego prosimy o skorygowanie niejasności:

Technologia HDMI służy do przesyłu obraz do transferu danych służy technologia USB

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacja załącznika nr 2 Pakiet nr 5. Zamawiający dopuszcza ww. funkcje ale nie wymaga.

Pytanie 19 pakiet nr 7 – APARATY EKG 3 szt.

Dot. pkt 31 - Czy zamawiający wymaga dołączenia do każdego z aparatów EKG – dedykowanego oprogramowania Cardioteka?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli oprogramowanie dzięki któremu wyniki badań z aparatu EKG będą przesyłane bezprzewodowo na komputer. Podane oprogramowanie w OPZ było przykładowe. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 Pakiet nr 7.

Pytanie 20 pakiet nr 7 – APARATY EKG 3 szt.

Dot. pkt. 33 – Czy zamawiający wymaga aby do każdego z aparatów dołączona była przystawka spirometryczna, czy by tylko można było taką przystawkę do tego aparatu podpiąć? Zapis pkt 33. SIWZ jest dwuznaczny.

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga przystawki, Zamawiający wymaga możliwości podpięcia przystawki.

Pytanie 21 pakiet nr 7 – APARATY EKG 3 szt.

Dot. pkt 41/42/45 – liczba dodatkowych akcesoriów dotyczy kolejno każdego z 3 aparatów – czyli podane liczby mnożymy przez liczbę aparatów?

Odpowiedź: Tak, podane liczby dotyczą jednego aparatu.

Pytanie 22 dokumentacja postępowania

Czy Zamawiający przewiduje integrację oraz podpięcie sprzętu i aparatury medycznej do szpitalnego systemu HIS?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający przewiduje integrację oraz podpięcie do szpitalnego systemu HIS urządzeń wskazanych w Załączniku nr 2 Pakiet nr 1 oraz Pakiet nr 7.

Pytanie 23 pakiet nr 7 EKG

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na wysokiej klasy aparat EKG o następujących parametrach:

PARAMETRY TECHNICZNE:

Ekran: dotykowy

Wymiary: (mm) 118 x 89

Rozdzielczość: 640 x 480 (VGA)

Klawiatura: łączona, Panel dotykowy

Sygnalizacja rozładowania akumulatora: dźwiękowa, kontrolka

Kontrola kontaktu elektrod: tak, pojedyncze elektrody

Szerokość papieru (mm): 112

Rodzaj papieru: rolowany

Rozdzielczość drukarki: oś OY 200 dpi, oś OX 500 dpi

Rodzaj drukarki: termiczna, zewnętrzna przez USB

Prędkość przesuwu papieru: (mm/s) 5; 10; 25; 50

Czułość: (mm/mV) 2.5; 5; 10; 20

Ilość elektrod: 12

Ilość kanałów: 12

Ilość kanałów na ekranie: 3/6/12

Rejestr elektrod: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 **System elektrod:** R, L, F, N, C1, C2, C3, C4, C5, C6 lub/i RA, LA, LL, RL, V1, V2, V3, V4, V5, V6

Ilość drukowanych elektrod:

profil auto 3, 4, 6, 12, 3x4+1, 3x4+2, 3x4+3, 4x3+1, 6x2+1, 6x2+2

profil manual 3, 4, 6, 12

profil long 2

Długość wydruku:

profil auto (sekundy) 10;20;30;40;50;60;70;80

profil long (minuty) 1;2;3;4;5;6;8;10

Zapis w profilu auto: synchro, w czasie rzeczywistym

Ilość 10s zapisów w pamięci: 250

Filtry:

zakłóceń sieciowych (Hz) adaptive auto

zakłóceń mięśniowych (Hz) 50 / 60

filtr izolinii (s) 25; 35

automatyczny-adaptacyjny 3.2; 1.5; 0.6; 0.3; 0.1; splines

Deteckcja kardiostymulatora: tak, 100 μ s / dedykowany obwód z funkcją wykrywania 40000 Hz

Diagnostyka: opcja

Ilość profili użytkownika:

tryb automat nieograniczona

tryb manual nieograniczona

tryb long nieograniczona

Możliwość rozbudowy:

Profesjonalna spirometria - wdechowa i wydechowa, natężona, swobodna i MVV

Waga: (max.) 3.2 kg

Wymiary: (d x s x w) 330 x 270 x 74

Warunki pracy:

temperatura +10 °C do +30 °C

wilgotność względna 25 % do 95 %

ciśnienie atmosferyczne 700 hPa do 1100 hPa

położenie horyzontalna

rodzaj pracy ciągła

Warunki przechowywania i transportu

temperatura -10 °C do +55 °C

wilgotność względna 10 % do 85 %

ciśnienie atmosferyczne 650 hPa do 1100 hPa

położenie każde

max. czas przechowywania 1 rok

inne wymogi: transport tylko w oryginalnym opakowaniu, Minimum co sześć miesięcy doładowywać akumulator

Zasilanie:

wejściowe max 100 VA

napięcie ~ 100 V do 240 V AC

częstotliwość 50 Hz do 60 Hz

klasa II

bezpiecznik T1AH/250V, topik rurkowy 5 x 20 mm, według IEC 127-2

wyłącznik sieciowy Na tylnej ścianie obudowy, pozycja 0 i I

kod IP IP20

Bateria Bateria litowa CR2430

Akumulator ołowiany 1x 12 V/1.2 Ah, 48x97x52 mm, bez uchwytu

Pojemność akumulatora Profil "Automat": do 70 wydruków

Profil "Manual": do 30 min. ciągłego wydruku

Stałe użycie do 90 min

Ładowarka: wewnętrzna, czas 100 %, ładowania 4 - 6 godzin

Oporność sieciowa > 20 M

CMMR: > 100 dB

Częstotliwość: 2 000 Hz

Zakres częstotliwości (bez filtrów):

+10% / -30 %: 0.049 Hz – 170

+10% / -10 %: 0.67 Hz – 40

Dokładność czasu: 2 %

Szum cyfrowy: 3.9 μ V

Szum między kanałami: < 100 μ s

Szum wejściowy: < 8 μ V

Przetwornik cyfrowy: A/D 13 bit

Zakres dynamiczny: 15.9 mV

Napięcie polaryzacji: 400 mV

Typ części: CF

Podłączenie do: PC RS232, USB

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 24 pakiet 7- aparaty EKG

Punkt 31 specyfikacji wskazuje na urządzenie konkretnego producenta. Biorąc pod uwagę aktualnie obowiązujące przepisy o zamówieniach publicznych proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający ma na myśli oprogramowanie, dzięki któremu wyniki badań z aparatu EKG przesłane bezprzewodowo będzie można odczytać na komputerze?

Odpowiedź: Zamawiający udzielił odpowiedzi odpowiadając na pytanie nr 19.

Pytanie 25 pakiet 7- aparaty EKG

Punkt 15 specyfikacji - Czy Zamawiający ma na myśli urządzenie umożliwiające obsługę urządzenia przy pomocy klawiatury alfanumerycznej?

Odpowiedź: Zamawiający ma na myśli klawiaturę alfanumeryczną membranową lub dotykową.

Pytanie 26 pakiet 7- aparaty EKG

Punkt 19 specyfikacji - Proszę o uściślenie czy Zamawiający przedstawił parametr minimalny (500 wpisów) i dopuści urządzenie o parametrach wyższych?

Odpowiedź: Podana wartość jest wartością minimalną. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 Pakiet nr 7.

Pytanie 27 pakiet 7

Czy Zamawiający dopuści aparat EKG z drukarką na papier termoczuły, bezpyłowy o szerokości 112 mm i z możliwością drukowania na drukarce zewnętrznej na papierze o wymiarach 210 x 297 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 28 wzór umowy

Czy Zamawiający zgodzi się na zapis w Umowie pkt 17 Gwarancja ppkt 7: "Wykonawca przystąpi do wymiany albo napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia nie później jednak niż w ciągu 72 godzin w dni robocze od zawiadomienia go o nieprawidłowościach w przedmiocie umowy."

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 30 wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §5 ust. 1.1 do 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 31 wzór umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §5 ust. 1.2 do 5% wartości zamówienia za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 32 pakiet 6

Prosimy Zamawiającego o informację czy pulsoksymetr powinien zawierać czujnik dla dorosłych czy dla noworodków?

Odpowiedź: Pulsoksymetr powinien zawierać czujnik dla dorosłych i dla noworodków. Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 2 Pakiet nr 6 poprzez dodanie pozycji 8.2.

Pytanie 33 pakiet 6

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu Zamawiający wymaga, aby pulsoksymetr pracował w technologii przedstawiającej precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 34 pakiet 6

Czy Zamawiający wymaga nowoczesnego pulsoksymetru spełniającego wszystkie wymagania załącznika 2 OPZ oraz by miał możliwość w przyszłości rozbudowy o dodatkowe parametry takie jak PVI – poziom nawodnienia pacjenta, RRp – liczbę oddechów na minutę czy pomiar hemoglobiny całkowitej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 35 pakiet 6, warunki gwarancyjne pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru nie wymagającego wykonywania przeglądu okresowe w czasie trwania gwarancji i po przedstawiając odpowiedni dokument producenta urządzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 36 pakiet 6, warunki gwarancyjne pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru nie wymagającego wykonywania przeprowadzenia testów akceptacyjnych aparatu. Urządzenia przeszły testy na etapie produkcji i zostały dopuszczone do pracy na terenie całej UE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie 37 Załącznik nr 2 OPZ Pakiet nr 3 poz 31

Autoryzacja producenta na sprzedaż zaoferowanego aparatu (dokumenty załączyć)

Proszę o wyjaśnienie o jaki dokument chodzi Zamawiającemu?

Odpowiedź: Dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada autoryzację producenta np. Certyfikat.

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert ulega zmianie** i jest do dnia **07.09.2022 r. do godz. 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **07.09.2022 r. o godz. 10:15.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie


mgr Urszula Gąsior

Sporządził:

Marek Jasiński
st. ref. ds. fund. str. i zam. pub.
tel. (29) 743 76 86