



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 7 października 2022 r.

**DEZ/Z/341/ZP-46/2022**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie *Dostawa protez, endoprotez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszakowie*, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-46/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 2**

Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w przedmiotowym postępowaniu zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, oferty równoważnej o poniższych parametrach. Takie dopuszczenie zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, spowoduje większą konkurencyjność, a więc pozwoli wyłonić dostawcę z lepszym jakościowo towarem po niższej cenie oraz umożliwi Zamawiającemu bardziej racjonalne wydatkowanie środków budżetowych. Dodatkowo ewentualne zmiany lub dopuszczenie w opisie przedmiotu zamówienia innych parametrów, jest zasadne również ze względów prawnych, ekonomicznych i medycznych i nie powoduje obniżenia niezbędnego Zamawiającemu standardu, jakości lub jest neutralna w tym zakresie.

Prosimy o wyrażenie zgody na wyodrębnienie pozycji 1-5 do oddzielnego pakietu, aby stworzyć zamawiającemu jak najlepsze warunki do zakupu zestawu implantów biodra, bez konieczności szukania oferentów od których po przystąpieniu do przetargu wymaga się zaoferowania niezwiązanej ze stawem biodrowym części opisującej głównie płyty do zespoleń dłoni.

**PAKIET NR 1 ENDOPROTEZA STAWU BIODROWEGO**

1. Trzpień bezcementowy typu MULLER. 2/3 bliższe pokryte plazmą tytanową opcjonalnie hydroksyapatytem z podłużnym rowkiem. Stożek 12/14. Kąt szyjkowo trzonowy 133 st. Instrumentarium wspólne dla wersji bezcementowej krótkiej i długiej do wyboru śródoperacyjnie. Opcjonalnie wersja z offsetem lateralnym 7,8 mm.

lub

Trzpień bezcementowy, krótki. 2/3 bliższe pokryte plazmą tytanową opcjonalnie hydroksyapatytem z podłużnym rowkiem. Stożek 12/14. Kąt szyjkowo trzonowy 133 st. Instrumentarium wspólne dla wersji bezcementowej krótkiej i długiej do wyboru śródoperacyjnie. Opcjonalnie wersja z offsetem lateralnym 7,8 mm.

2. Panewka tytanowa pressfit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufixowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary panewek 46 – 68 mm.

3. Wkładka polietylenowa z wysokocząsteczkowego polietylenu w wersji standardowej, offsetowej oraz z okapem dla głów 28, 32, opcjonalnie 36 mm.

4. Głowa metalowa CoCr, w rozmiarach 28, 32 i 36 mm.

5. Głowa ceramiczna typu BioloX Delta, w rozmiarach 28, 32, 36 mm.

6. Śruba do mocowania panewki o średnicy 6,5 mm i długościach 15 - 70 mm.

**Odpowiedź:**

*Zamawiający dopuszcza zamiast wyrobów medycznych określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, ofertę równoważną o wskazanych w pytaniu parametrach.*

*Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na wyodrębnienie pozycji 1-5 do oddzielnego pakietu.*

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert jest do dnia 13.10.2022 r. do godz. 10:00.**

**Otwarcie ofert** nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13.10.2022 r. o godz. 10:15.

Sporządziła:  
Joanna Wilk

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszakowie

*Tomasz Barański*