



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**

07-200 Wyszów
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1



Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

DEZ/Z/341/ZP-52/2022

Wyszów, dnia 22 listopada 2022 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp w przedmiocie **Dostawa protez i wyrobów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszowie**, nr postępowania DEZ/Z/341/ZP-52/2022.

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SWZ, zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2022 r., poz. 1710), dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie implantów o poniższych parametrach:

PAKIET NR 1

1. Komponenty udowe cementowane, anatomiczne, lewe prawe, występujące opcjonalnie w 12 rozmiarach wersja CR i PS w ośmiu, umożliwiające zgięcie do 155 st.
2. Komponent piszczelowy tytanowy, pokryty PMMA, z możliwością użycia przedłużeń oraz augmentacji dla wersji CR, PS, CCK.
3. Komponent wkładki wersji PS opcjonalnie CR, zatraskiwany na całym obwodzie. Wkładki 17, 20 i 23 mm dodatkowo stabilizowane śrubą. Wersja wkładki odpowiednia dla komponenty udowej antyalergicznego oraz zwykłej.
4. Ostrze do piły.
5. Komponent udowy w wersji bezcementowej.
6. Komponent piszczelowy w wersji bezcementowej.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 1 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ i udzieloną odpowiedzią na pytanie nr 3.

Pytanie 3

Wykonawca, jako producent napędów, jest zainteresowany utrzymaniem użyczanych napędów w dobrym stanie w celu zapewnienia operowanym pacjentom maksymalnego bezpieczeństwa podczas przeprowadzanego zabiegu. Z postanowień SWZ i umowy wynika jednoznacznie, że użyczenie sprzętu nie obejmuje usługi serwisowania go, wobec czego poprawność jego działania pozostaje poza sferą kontroli użyczającego.

W przypadku napędów stanowiących przedmiot użyczenia zwykłym kosztem utrzymania rzeczy będzie prowadzenie jego okresowej konserwacji serwisowej, zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku nabycia takiego napędu wprost od producenta koszty konserwacji serwisowej w okresie gwarancji zawarte są w cenie urządzenia. W przypadku umowy użyczenia – przede wszystkim ze względu na rodzaj zawartej umowy – Użyczający nie może ponosić dodatkowych kosztów bezpłatnego użyczenia sprzętu. Biorącemu nie przysługuje względem użyczającego roszczenie o utrzymanie przedmiotu użyczenia w stanie zdatnym do umówionego użytku przez okres trwania umowy, co wynika przede wszystkim z nieodpłatności stosunku użyczenia. Biorący nie może zatem domagać się od użyczającego ponoszenia nakładów na przedmiot użyczenia.

To na Zamawiającym w ramach niniejszego zamówienia publicznego ciążyć będzie obowiązek utrzymania użyczanych wyrobów (napędów) w należytej kondycji w celu zminimalizowania ryzyka realizacji świadczeń medycznych wykorzystując do tego celu wyrób medyczny uszkodzony bądź też taki, który nie był konserwowany zgodnie z zaleceniami jego producenta. Warto przy tym podkreślić, że cytowane wyżej przepisy nie uzależniają odpowiedzialności placówki medycznej od nabycia prawa własności urządzeń medycznych – obowiązek postępowania zgodnie z art. 63 ustawy o wyrobach medycznych ciąży na tym kto wyroby użytkuje, nie zaś na tym kto jest ich właścicielem bądź producentem.

Jednocześnie, odpowiedzialność Użyczającego (tj. Wykonawcy) za wadliwość wyrobu ogranicza się do sytuacji, w której przekazał on przedmiot użyczenia wadliwy, o tejże wadzie wiedząc i zatajając ją przez Biorącym w użyczenie – art. 711 kc:

„Jeżeli rzecz użyczona ma wady, użyczający obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził biorącemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich. Przepisu powyższego nie stosuje się, gdy biorący mógł wadę z łatwością zauważyć.”

Wobec powyższego – biorąc pod uwagę fakt, że Wykonawca pragnie złożyć ofertę, która w sposób jak najpełniejszy wychodziłaby naprzeciw oczekiwaniom Zamawiającego, jednocześnie zabezpieczając interesy Zamawiającego związane z użytkowaniem wyrobów medycznych jako świadczeniodawca usług medycznych – proponujemy aby Zamawiający rozważył dodatkowy zakup usługi serwisowej użyczanych urządzeń.

W ocenie Wykonawcy takie działanie zabezpieczy Zamawiającego przed ewentualnym zarzutem naruszenia ustawy o wyrobach medycznych, a Wykonawcy umożliwi czuwanie nad prawidłową konserwacją i serwisem użyczanego wyrobu. W ocenie Wykonawcy koszt takiej usług będzie nie wyższy niż 1.200,00 złotych netto + VAT miesięcznie.

Zatem – Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez dodanie do SWZ:

„W czasie trwania umowy wykonawca zobligowany jest do świadczenia usług serwisowych wyrobów medycznych podlegających użyczeniu zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi każdego z użyczanych sprzętów. Serwis świadczony będzie wyłącznie przez podmioty posiadające autoryzację producentów urządzeń”

W związku z dodaniem powyższego postanowienia niezbędne będzie również dostosowanie treści SWZ do niniejszej sytuacji, w tym zmiana formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ poprzez dodanie pozycji „serwis użyczanego urządzenia – koszt roczny”.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 5 do SWZ – Wzór umowy oraz Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz oferty.

Zamawiający informuje, iż **termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 25.11.2022 r. do godz. 10:00.**
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 25.11.2022 r. o godz. 10:15.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie
Janusz Koronicki