

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 24 listopad 2022 r.

DEZ/Z/341/PU-45/2022

Dotyczy zapytania ofertowego pn. „Zakup, dostaw i uruchomienie Maceratora przeznaczonego do utylizacji pojemników jednorazowego użytku dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w SPZZOZ w Wyszowie”.

nr postępowania **DEZ/Z/341/PU-45/2022**.

W odpowiedzi na wniesione zapytania, dotyczące powyżej wskazanego postępowania, Zamawiający udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1

Moc pompy wody minimum 0,200 kW = czy Zamawiający nie miał na myśli słowa "maksimum" zamiast "minimum"?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza miał na myśli słowo "maksimum" i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.

Pytanie 2

Czas trwania cyklu minimum 100 sekund - czas gwarantujący pełną macerację do postaci cieczy - czy Zamawiający dopuszcza macerator wykonujący cykl w czasie 65 sekund, gwarantując pełną macerację do postaci cieczy za pomocą wydajnego systemu tnąco-rozrywającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza macerator wykonujący cykl w czasie 65 sekund i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.

Pytanie 3

Uchwyt z zatraskiem do uszczelniania pokrywy - czy Zamawiający dopuszcza pokrywę z zatraskiem uszczelniającym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pokrywę z zatraskiem uszczelniającym i dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2.

Pytanie 4

System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny. Czy jest to konieczne i jakie koszty - czy Zamawiający wymaga tego parametru?"

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 i rezygnuje z parametru „System automatycznego czyszczenia odpływu co 24 godziny”

Zamawiający informuje, iż

termin składania ofert ulega zmianie i jest do dnia 25.11.2022 godz. 10.00

