



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 9 listopad 2022 r.

DEZ/Z/341/ZP-50/2022

**INFORMACJA O CZYNNOŚCI
WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAKRESIE PAKIETU NR 6**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) w przedmiocie **Zakup sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego do SPZZOZ w Wyszakowie**, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-50/2022**.

Zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710), Zamawiający informuje, iż dokonał

1. odrzucenia oferty nr 10 złożonej przez Viridian Polska Sp. z o. o., ul. Morgowa 4, 04-224 Warszawa:

uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.

uzasadnienie faktyczne: treść oferty niezgodna z zapisami SWZ.

Viridian Polska S.A. złożył ofertę na urządzenie RAD- G w technologii Masimo SET, które nie spełnia następujących wymaganych tabelą parametrów w zakresie:

Pkt. 3 - Automatyczna jasność: Czujnik światła otoczenia automatycznie dostosowuje jasność ekranu, aby zoptymalizować widoczność w różnych ustawieniach - zaproponowane urządzenie nie posiada tej funkcji, a Zamawiający nie dopuścił urządzenia bez tej funkcji.

Pkt. 4 - Profile pacjenta: Ikona profilu zmienia się, a przycisk Home świecący w odpowiednich kolorach, aby zapewnić wizualne wskazania bieżącego ustawienia profilu – urządzenie RAD-g nie posiada profili pacjenta, a firma Viridian nie zwróciła się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty bez tego wymaganego parametru.

Pkt. 6 - Komunikacja: WiFi (802.11abgn), Bluetooth® LE , Interfejs przywoływania pielęgniarki, Ethernet , Port USB – proponowany przez Viridiana pulsoksymetr RAD -g nie posiada możliwości komunikacyjnych takich jak wymagane przez Zamawiającego, a firma Viridian nie zwróciła się do Zamawiającego o możliwość złożenia oferty bez tego wymaganego parametru na etapie zadawanych przez siebie pytań.

Pkt.7 - Ekran Multidotykowy: Dostosowanie zakresu wyświetlanego czasu trendu za pomocą intuicyjnych gestów palców – zaproponowane przez Viridian urządzenie RAD-G nie posiada funkcji dostosowania zakresu wyświetlanego trendu za pomocą intuicyjnych gestów a nawet nie wyświetla trendów.

Dodatkowo Zamawiający na etapie odpowiedzi na pytania zmodyfikował tabelę parametrów technicznych przez dodanie punktu 8.2 w którym wprowadza wymóg złożenia oferty na urządzenie wyposażone w czujniki dla noworodków i dorosłych. Firma Viridian w swojej ofercie zaproponowała urządzenie wyposażone w czujnik bezpośredni typu klips na palec dla dorosłych o wadze > 30 kg, tym samym złożyła ofertę nie spełniającą wymagań SWZ.

Firma Viridian złożyła ofertę na pulsoksymetr nie będący równoważnym do wymaganego przez Zamawiającego urządzeniem, a w swoich pytaniach nie odniosła się do niespełnianych wymaganych parametrów technicznych.

2. wyboru w zakresie Pakietu nr 6 oferty złożonej przez:

PROMED S.A., ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa w kwocie brutto 13 824,00 zł.

Sporządziła:
Joanna Wilk

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszakowie
Anna Borońska