



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszków, dnia 20.11.2023 r.

DEZ/Z/341/ZP- 36/2023

**INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) w przedmiocie „**Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora koagulologicznego**”, nr postępowania **DEZ/Z/341/ZP-36/2023**.

Zgodnie z art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru oferty złożonej przez **Werfen Polska Sp. z o. o.**, ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa, REGON 146114153 na kwotę brutto **56 396,16 zł**, kryterium jakościowe w łącznej liczbie **punktów 40**.

**UZASADNIENIE**

W powyższym postępowaniu złożono jedną ofertę. Cena wybranej oferty mieści się w kwocie, jaką Zamawiający planuje przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. Wybrana oferta spełnia wymagania SWZ oraz ustawy Pzp. Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia.

Oferta złożona w tym postępowaniu przez Werfen Polska Sp. z o.o. ul. Prosta 67, 00-838 Warszawa uzyskała następującą liczbę punktów:

- kwota brutto **56 396,16 zł** → **kryterium cena 60 pkt**,
- parametry oceniane: Stabilność odczynnika do oznaczania PT na pokładzie analizatora 10 dni – **15 pkt**, stabilność odczynnika do oznaczania APTT wyprodukowanego w oparciu o technologię syntetycznych fosfolipidów minimum 5 dni na pokładzie analizatora – **10 pkt**, możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu również na podstawie pomiaru czasu protrombinowego – **5 pkt**, odczynnik do ATIII ciekły - trwałość co najmniej 4 tygodnie w temperaturze lodówki, tj. od 2° do 8° – **5 pkt**, stabilność kontroli po rekonstytucji minimum 24 godziny i możliwość zamrażania – **5 pkt** → **kryterium jakość 40 pkt**;  
**RAZEM 100 pkt.**

Sprawę prowadzi:  
Marek Jasiński  
Starszy specjalista.  
tel. (29) 743 76 86

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkiwie  
*Tomasz Boroński*