

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 17 września 2024 r.

DEZ/Z/341/PU-25/2024

Dotyczy postępowania w przedmiocie „Dostawa wyrobów z włókniny i folii do SPZZOZ w Wyszakowie”,
nr postępowania DEZ/Z/341/PU-25/2024.

W odpowiedzi na wniesione pytania, SPZZOZ w Wyszakowie udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet nr 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wkłady do basenów w opakowaniu a'20, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce opisanego w SWZ, podkład chłonny na stół operacyjny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm $\pm 2,5$ cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g, warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m². Waga całkowita podkładu 280 g ± 5 g, chłonność 3820,18 ml; opakowanie 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.



Pytanie 3 Pakiet 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści, w miejsce opisanego w SWZ, podkład chłonny w rozmiarze 60 x 90 cm z wkładem chłonnym 55 cm x 78 cm; wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 7,02 g, dwóch warstw celulozy 14,5 g, pulpy celulozowej 42,1 g, niebieskiej folii PE 11,9 g. Opakowanie 25 szt. Chłonność: 1326 ml.

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 5 Pakiet 5, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'25szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6 Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7 Pakiet 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści jednorazowe wkłady do basenów posiadającą żel płynny zmieniający się w żel stały, pochłaniające nieprzyjemne zapachy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8 Pakiet 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki o parametrach:

wykonany z wytrzymałej, przeźroczystej folii LDPE w kolorze niebieskim lub czerwonym, umożliwiającej obserwację wydzieliny

- szeroki wlot worka zabezpieczony polipropylenowym kołnierzem
- obręcz kołnierza w kształcie koła zapewnia pewny chwyt, ułatwia manewrowanie workiem zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia treścią

- kołnierz wyposażony w specjalne nacięcie umożliwiające zamknięcie worka i higieniczną utylizację treści wymiotnej - „skręć i zaczep”
- pojemność całkowita worka: 2000 ml
- dokładna skala pomiarowa (od 10 ml do 100 ml co 10 ml (liczbowo co 20 ml) i od 100 do 2000 ml co 100 ml) umieszczona na worku, pozwala na dokładne oszacowanie objętości płynu
- kierunek odczytu skali dla małych objętości oznaczony grotem
- nazwa wyrobu, nazwa producenta oraz obrazkowa instrukcja użycia nadrukowane bezpośrednio na worku
- nie zawiera lateksu
- nie zawiera ftalanów
- jednorazowego użytku
- niesterylny
- okres trwałości: 5 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym.

Pytanie 9 Pakiet Nr 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny jednorazowego użytku, w kolorze niebieskim, z zakładkami bocznymi, wymiar całkowity: długość min. 180 cm, szerokość: min. 70 cm., warstwa chłonna na środku - z pulpą celulozową i absorbentem, wiążącym ciecz. Rozmiar warstwy chłonnej - 60x80 cm, chłonność nie mniejsza niż 1750 ml. Od strony pacjenta - włóknina min. 15 g/m² miękka, przyjazna dla skóry która zapewnia komfort choremu, od spodu warstwa nieprzemakalna, zapobiegająca przesuwaniu się podkładu i marszczeniu pod pacjentem - folia PE min. 21 g/m². Op. 30 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10 dotyczy Pakiet Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 cm x 90 cm z pikowaną, delikatną włókniną wierzchni, warstwa chłonna z pulpy celulozowej z dodatkiem superabsorbentu SAP, składający się z pięciu warstw (włóknina, 2 warstwy tkaniny, pulpa celulozowa z SAP, folia PE), podfoliowany, nieprzemakalna część spodnia, jednorazowego użytku, chłonność 1 600 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 11 dotyczy Pakiet Nr 5 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 60 cm x 90 cm z nieprzepuszczającą, białą powłoką zewnętrzną zawierającą nadruk rozmiaru i poziomu absorpcji. Miękki wysoce chłonny wkład z dodatkiem superabsorbentu zapewniającym lepsze zabezpieczenie przed wyciekaniem moczu poza podkład. Podkład z innowacyjnym wzorem na kształt owoców cytryny, ze specjalnymi mikrokanalikami, co zapewnia większe poczucie miękkości i komfortu. Produkt zabezpieczony od spodu folią zapobiegającą przemakaniu. Dodatkowo wyposażony w szeroki pas zabezpieczający dookoła wkładu – zabezpieczenie przed wyciekaniem płynu poza podkład. Składowe produktu: Pulp celulozowa, superabsorbent, polietylen (powłoka zewnętrzna), włóknina (włókna polipropylenowe), klej, brak lateksu. Waga pojedynczej sztuki 79 g. op. 30 szt. Chłonność min. 2100 ml

Odpowiedź: Zgodnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie nr 12 dotyczy Pakiet Nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy przedni, wykonany z folii PE, całkowicie nieprzemakalny, służący do ochrony przedniej części tułowia i nóg przed zamoczeniem lub zabrudzeniem, wiązany z tyłu na troki, wymiary: ok. 80x125 cm; grubość folii 0,012 mm, pakowany indywidualnie w foliowy woreczek, kolor biały. Op. 10 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza: przedni fartuch foliowy o kroju fartucha kuchennego, całkowicie nieprzemakalny, służy do ochrony przedniej części tułowia i nóg przed zamoczeniem lub zabrudzeniem, wiązany na troki, wykonany z folii PE, Wymiar: ok. 80x125 cm, opakowanie 100 szt., kolor: biały

Sporządziła:
Joanna Wilk

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Wyszowie

mgr *[podpis]* Gąsior