

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 8 października 2025 r.

DEZ/Z/341/PU-43/2025

Dotyczy postępowania w przedmiocie „Dostawa materiałów do pomiaru glukozy we krwi”,
nr postępowania **DEZ/Z/341/PU-43/2025**.

W odpowiedzi na wniesione pytania, SPZZOZ w Wyszakowie udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1 dotyczy pakiet nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza glukometr, który do wykonania pomiaru wymaga próbki krwi o objętości 0,6 µl? Nakłucie palca uzyskane za pomocą nakłuwacza jednorazowego umożliwia uzyskanie próbki krwi o co najmniej jeden rząd wielkości większej niż objętość wskazana w SWZ. W związku z tym, procedura pobrania próbki jest identyczna zarówno w przypadku 0,5 µl, jak i 0,6 µl.

Pytanie 2 dotyczy pakiet nr 2

W treści SWZ wskazano, że przedmiotem zamówienia w Pakiecie 2 poz. 1 mają być paski testowe do glukometru „accu-chek instant” będące wyrobem konkretnego producenta, gdyż z glukometrem danego producenta kompatybilne są wyłącznie paski tego samego producenta. Pragniemy zauważyć, że takie sformułowanie może w praktyce ograniczać konkurencję, co jest sprzeczne z art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem, opis przedmiotu zamówienia powinien bazować na parametrach technicznych i funkcjonalnych, a nie na nazwach handlowych czy określeniach „typowych”. Ograniczenie zamówienia wyłącznie do jednego typu systemu niesie za sobą szereg negatywnych skutków:

- wyższe koszty – brak możliwości porównania ofert różnych producentów uniemożliwia uzyskanie niższej ceny,
- brak optymalizacji budżetu – Zamawiający naraża się na nieuzasadnione wydatki w ramach środków publicznych,
- ryzyko uzależnienia od jednego dostawcy – brak alternatywy w przypadku problemów z dostępnością lub wzrostem cen.

Jeżeli Zamawiający dopuści inne systemy dostępne na rynku, miałby realną możliwość obniżenia kosztów budżetowych przeznaczonych na zakup systemów pomiaru glukozy. W związku z tym pytamy, czy Zamawiający – postępując zgodnie z przepisami ustawy Pzp (art. 99 ust. 4–6) – dopuści zaoferowanie konkurencyjnych pasków testowych innego producenta wraz z zaoferowaniem kompatybilnych glukometrów i wycenieniem płynów kontrolnych w poz. 2, o parametrach równoważnych lub lepszych niż wskazane w SWZ, w tym:

Propozycja: enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD, możliwość pomiaru we krwi kapilarnej, żylniej i noworodkowej, zakres pomiaru 9-600mg/dl, hematokryt 0-70%, czas pomiaru 5 sekund, wielkość próbki krwi 0,6µl, wyrzutnik zużytego paska testowego, parametry funkcjonalne zgodne z obowiązującą normą EN ISO 15197:2015? Paski testowe o powyższych parametrach zapewniają równoważną lub lepszą funkcjonalność kliniczną, a ich dopuszczenie do postępowania umożliwi uczciwą konkurencję i wybór rozwiązania najbardziej korzystnego dla Zamawiającego.

Pytanie 3

Czy w związku z podaniem w Pakiecie 2 poz. 3 nazwy własnej nakłuwaczy konkretnego producenta, Zamawiający dopuści zaoferowanie nakłuwaczy innego producenta, zawierające igłę o średnicy 21G i głębokości nakłucia 1,8 mm lub 2,4 mm (100 szt./op. – po przeliczeniu na odpowiednią ilość opakowań)?

Odpowiedź na pytania nr 1,2, 3:

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest poza ustawą Prawo zamówień publicznych, wobec czego przepisy ustawy Pzp, w tym art. 99 ust. 4–6, przywołane przez Wykonawcę, nie mają zastosowania.

W odniesieniu do Pakietu nr 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania innych produktów niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. oryginalnych pasków testowych Accu-Chek Instant, płynów kontrolnych Accu-Chek Instant oraz nakłuwaczy Accu-Chek Safe-T-Pro Plus.

Decyzja ta podyktowana jest koniecznością zapewnienia pełnej kompatybilności z posiadanymi przez Zamawiającego glukometrami Accu-Chek Instant oraz utrzymania wiarygodności i bezpieczeństwa wyników badań diagnostycznych. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje dopuszczenia produktów równoważnych ani zamienników w ramach Pakietu nr 2.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Pakietu nr 1 Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania produktów równoważnych, spełniających wymagane parametry techniczne i jakościowe.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert jest do dnia 10.10.2025 r. do godz. 10:00.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

Urszula Gąsior

Sporządził:
Marek Jasiński
Starszy specjalista
tel. (29) 743 76 86