



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZAKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

DEZ/Z/341/PU-24/2026

Wyszaków, dnia 29 czerwca 2026 r.

Dotyczy postępowania w przedmiocie „Dostawa testów immunochromatograficznych do wykrywania antygenów SARS- CoV-2, Influenza A, Influenza B oraz RSV do SPZZOZ w Wyszakowie”, nr postępowania **DEZ/Z/341/PU-24/2026**.

W odpowiedzi na wniesione pytania, SPZZOZ w Wyszakowie udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1 Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu w klasycznej formie, w którym wymaz pobierany jest za pomocą wymazówki zamiast sztyftu?

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 3 oddzielnych kontroli (po 100 na każdy parametr dla poszczególnych wirusów) a tym samym podzielenie pozycji 3 na trzy części po jednej dla każdej z oferowanych kontroli?

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 3 Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sprawie składania zamówień przez Zamawiającego i wykluczenie możliwości składania zamówień drogą telefoniczną. Nasza firma przyjmuje zamówienia wyłącznie składane faxem i e-mailem.

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4 Pakiet 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie punktu 8 wymagań do testów.

Odpowiedz: Zamawiający oczekuje podania nazwy producenta / dystrybutora oferowanego towaru.

Pytanie 5 Pakiet 1

Wnosimy o rezygnację w Pakiecie nr 1 poz. 1 z wymogu zaoferowania testu ze zintegrowanym sztyftem do pobrania próbki i o dopuszczenie testu kasetkowego jako rozwiązanie równoważnego. Wymóg zastosowania testu, którego element pobierający próbkę jest integralnie połączony z urządzeniem testowym stwarza ryzyko z punktu widzenia epidemiologicznego. Element mający bezpośredni kontakt z wydzieliną z dróg oddechowych pacjenta może spowodować skażenie zewnętrznych powierzchni testu materiałem potencjalnie zakaźnym. Następnie taki test jest przekazywany, przenoszony, odczytywany i utylizowany przez personel medyczny lub laboratoryjny, co zwiększa liczbę kontaktów z powierzchnią potencjalnie zanieczyszczoną materiałem biologicznym. Wymóg zintegrowanego sztyftu zwiększa zatem ryzyko kontaktu personelu z powierzchnią wyrobu skażoną materiałem biologicznym. Z tego względu w warunkach placówki ochrony zdrowia bezpieczniejszym i bardziej kontrolowalnym rozwiązaniem organizacyjnym jest test kasetkowy z oddzielną wymazówką i probówką ekstrakcyjną. Sama kasetka nie musi mieć bezpośredniego kontaktu z jamą nosową lub ustną pacjenta ani z nieprzetworzonym materiałem pobranym od pacjenta. Ogranicza to ryzyko skażenia obudowy testu oraz powierzchni roboczych, a także ułatwia zachowanie standardowych procedur higienicznych i dekontaminacyjnych. Ponadto test ze zintegrowanym sztyftem ogranicza elastyczność pracy personelu wykonującego pomiar. W placówkach ochrony zdrowia materiał często pobierany jest przez

jedną osobę, a oznaczenie wykonywane przez inną lub w innym miejscu. Test kasetkowy umożliwia pobranie materiału, jego umieszczenie w buforze oraz wykonanie oznaczenia w dogodnym czasie (zgodnie z instrukcją producenta), co usprawnia organizację pracy. Po pobraniu wymazu do próbki z buforem można – zgodnie z instrukcją producenta – wykorzystać tę samą próbkę do wykonania kolejnego testu lub badania kontrolnego, jeśli zachodzi taka potrzeba. W rozwiązaniach zintegrowanych brak takich możliwości.

Mając na uwadze powyższe wnosimy jak na wstępie

Odpowiedz: Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert uległ zmianie i jest do dnia 03.07.2026 r. do godz. 10:00.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie

Aneta Miszczak

Sporządziła:

Joanna Sakowicz
Starszy ref. ds. zakupów
tel. (29) 743 79 01