

Wyszków, dnia 7/05/2018 r.

DEZ/Z/341/ZP- 9/2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) w przedmiocie: **Dostawa aparatu RTG do SPZZOZ w Wyszkowie w ramach projektu „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”, nr konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2018;**

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1, zgodnie z art. 86 ust. 5. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.), informuje, że:

1. Zamawiający przed otwarciem ofert poinformował, że przeznaczył na realizację zamówienia **kwotę brutto 290.000 zł.**
2. W wyznaczonym terminie składania ofert do godz. 10:00 dnia 7/05/2018 roku **wpłynęła następująca oferta:**
 - a) **oferta nr 1** złożona przez **PC Paweł Cebulak**, os.Zgody 7/9, 91-949 Kraków: łączna wartość brutto **285.000 zł; Jakość wg parametrów aparatu podlegające ocenie punktowej:**
 1. Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej dla aparatu zamontowanego na powierzchni podłogi ≥ 70 cm:
 - 69 cm: **3 pkt**
 2. Zakres pochyień stołu $\geq$ od $+90^\circ$ do -20° :
 - od $+90^\circ$ do -30° : **10 pkt**
 3. Maksymalna szybkość pochyłania stołu $\geq 5^\circ/\text{s}$:
 - $6^\circ/\text{s}$: **3 pkt**
 4. Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa – wzmacniacz obrazu/kaseta ≥ 5 cm/s:
 - 5 cm/s: **0 pkt**
 5. Silnikowy przesuw poprzeczny stołu ≥ 20 cm:
 - 22 cm: **3 pkt**
 6. Kratka przeciwróżproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi ≥ 40 l/cm:
 - 60 l/cm: **2 pkt**
 7. Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy 1024x1024x12 bit min. 5 obr./sek:
 - 7,5 obr./sek: **3 pkt**
 8. DSA w czasie rzeczywistym min. 5 obr./sek:
 - 7,5 obr./sek: **2 pkt**
 9. Częstotliwość min. 40 kHz:
 - 50 kHz: **2 pkt**
 10. Zakres prądów dla grafii min. 10-800mA:
 - 10-1000mA: **3pkt**
 11. Moc małego ogniska min. 30 kW:
 - 38 kW: **2 pkt**
 12. Moc dużego ogniska min. 85 kW:
 - 92 kW: **2 pkt**
 13. Szybkość chłodzenia anody min. 130 KHU/min:
 - 135 KHU/min: **2 pkt**

RAZEM: 37 pkt.

3. Okres gwarancji **24 miesięcy**.
4. Termin realizacji zamówienia 2 tygodnie od podpisania umowy.

Jednocześnie SPZZOZ w Wyszkowie wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do przekazania Zamawiającemu w terminie **3 dni** oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634).

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała

-1-