

Wyszków 12 lipiec 2018 r

Zamawiający

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie

ul. KEN 1, 07-200 Wyszków

e-mail: zp@szpitalwyszkow.pl

www.szpitalwyszkow.pl

Telefon: **29 743 76 11**, Fax: **29 743 76 05**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn.:

Wykonanie remontu i modernizacji trzykondygnacyjnego pawilonu Szpitala Powiatowego w Wyszkowie mieszczącego oddział kardiologii i chorób wewnętrznych wraz z pomieszczeniami pomocniczym wraz z wyposażeniem - nr postępowania : DEZ/Z/341/ZP-30/2018

ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Dotyczy: Załącznik nr 4 b

Worek samorozprężalny.

Dot.: pkt 433, 459, 924: Czy Zamawiający dopuści do postępowania worków samorozprężalny o poniższych parametrach?

Silikonowy resuscytator dla dorosłych o pojemności wydechowej maksymalnej 1600 ml, pojemności rezerwuaru tlenu 2600ml.

W zestawie z przezroczystą maseczką o rozmiarze 5. Worek samorozprężalny wielokrotnego użytku, sterylizacja możliwa w autoklawie.

Posiada możliwość dołączenia zastawki PEEP, wszystkie części składowe resuscytatora są bezłateksowe.

Resuscytator wyposażony w komplet masek:

1x Maska silikonowa jednoczęściowa, silikonowa z miękkim brzegiem, anestetyczna, rozmiar 2

1x Maska silikonowa, dwuczęściowa, rozmiar 3

1x Maska dwuczęściowa, silikonowa nr 4

1x Maska do tlenoterapii dla dorosłych do 100 % O₂ do wysokich stężeń tlenu z rezerwuarem i przewodem tlenowym

oraz komplet 7 sztuk rurek ustno- gardłowych wykonanych z plastiku, w różnych rozmiarach.

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.



Dotyczy: Załącznik nr 4 b

Pompa infuzyjna

Dot.: pkt 431, 457, 922: Czy Zamawiający dopuści pompy umożliwiające tworzenie biblioteki lekowej zawierającej do 5 000 leków wraz ze wszystkimi parametrami opisującymi infuzję za pomocą prostego oprogramowania zewnętrznego?

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Dot.: pkt 431, 457, 922: wymagania: „regulowane progi ciśnienia okluzji w zakresie 50-1000 mm Hg”

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową posiadającą możliwość programowania 12 progów ciśnienia w zakresie 75 -900 mm Hg?

Odp: Tak Zamawiający dopuszcza.

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część SIWZ do przestrzegania przez wykonawców.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr Agnieszka Ogonowska