



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 2/10/2018

DEZ/Z/341/ZP- 34/2018

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszowie
dla potrzeb Oddziału Ginekologiczno- Położniczego.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuści łóżko szpitalne elektryczne, wyposażone w szczyty wykonane z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2: Czy Zamawiający dopuści leże czterosegmentowe, wypełnione płaskownikami o szerokości 25 mm, które zapewniają ułatwienie utrzymania czystości i dezynfekcji leża?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3: Czy Zamawiający dopuści wymiary zewnętrzne łóżka o długości 2170 mm oraz szerokości całkowitej 970 mm? Jest to parametr nieznacznie różniący się od oczekiwanego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Czy Zamawiający dopuści wymiary leża o szerokości 830 mm oraz długości 1900 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5: Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację leża w zakresie 370-700 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Czy Zamawiający dopuści kółka tworzywowe, blokowane o średnicy 125 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7: Czy Zamawiający dopuści barierki boczne jednoczęściowe składane wzdłuż ramy leża?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Czy Zamawiający dopuści pilot, który poprzez podświetlone przyciski wskazuje na odpowiednie działanie funkcji łóżka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9: Czy z rozumieniu punktu 28 (Szafka przyłóżkowa), zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową o następującym opisie:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium

wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciąganie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 80 x 60 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 75-100 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do **dnia 5/10/2018 do godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **5/10/2018 roku o godz. 10:15**.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH
mgr. Agnieszka Ogonowska
-2-