

Wyszaków, dnia 15/06/2018

**DEZ/Z/341/ZP- 20/2018**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  
Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku do SPZZOZ w Wyszkanie.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie nr 1: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego zestawu?

**ZESTAW DO OPERACJI KOŃCZYNY**

Sterylny, jednorazowy zestaw do operacji kończyny, włóknina chłonna , laminowana , gramatura min.60g/m<sup>2</sup> + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, datą ważności, zgodność z norma EN 13795

- serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- osłona na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- osłona na kończyne 36 cm x 65 cm
- taśma mocująca 9cm x 50 cm ( 2 szt )
- serweta główna 230 cm x 300 cm z samouszczelniającym otworem 7 cm , wzmocnienie wokół otworu , organizatory przewodów
- Ręczniki do rąk

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 2: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 2:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 2 niżej opisanego zestawu?

**ZESTAW DO OPERACJI BIODRA**

Zestaw do operacji biodra, włóknina chłonna , laminowana , gramatura min.60g/m<sup>2</sup> + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m<sup>2</sup>, całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m<sup>2</sup>, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności , zgodność z normą EN 13795

- Serweta na stolik instrumentariuszki z warstwą absorpcyjną , rozmiar 150 x 190cm
- Osłona na stolik Mayo z warstwą absorpcyjną , rozmiar 78 x 145cm
- Serweta przylepna U-kształtna , rozmiar 230x260 , łata chłonna 50x100 , otwór u-kształtny 20 x 85cm, organizatory przewodów
- serweta przylepna 150x300 , łata chłonna 15x50cm, organizatory przewodów
- Serweta pomocnicza , rozmiar 100x150
- Osłona na kończyne , rozmiar 36 x 120 cm
- Taśma samoprzylepna , rozmiar 9 x 50 cm – 2 szt

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 3: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 3 niżej opisanego zestawu?

**Zestaw ginekologiczny** , włóknina laminowana , chłonna , gramatura min 60g/m<sup>2</sup>, naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym, data ważności, zgodność z normą EN 13795

- serweta ginekologiczna 270/230cm x 260 cm , z otworem krocowym i ze zintegrowanymi osłonami na kończyny
- serweta ginekologiczna 60x120cm z otworem 9x12cm i zbiornikiem do odprowadzania płynów
- serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190cm ,
- serweta na stolik Mayo 78x145cm
- uchwyt velcro
- ręcznik

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 4: dotyczy Pakietu nr 18 poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 4 niżej opisanego zestawu?

**ZESTAW DO LAPAROSKOPII**

Sterylny , jednorazowy zestaw do operacji laparoskopowych, włóknina laminowana , chłonna , min dwuwarstwowa gramatura min 60 g/m2 + dodatkowe wzmocnienie o gramaturze 80g/m2, całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2, na opakowaniu jednostkowym naklejki do dokumentacji medycznej z nr serii, kodem kreskowym , datą ważności

- serweta na stół instrumentariuszki 150 cm x 190 cm
- osłona na stolik Mayo 78 cm x 145 cm
- serweta główna 230 cm x 300 cm z z przylepnym otworem 21x35cm otoczony dodatkową warstwą chłonną i organizatorami przewodów
- taśma mocująca 9cm x 50cm (2 szt )
- ręcznik (4 szt )

zgodność z normą EN 13 795

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do **dnia 18/06/2018 do godz.11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **18/06/2018 roku o godz. 11:15**.

ZASTĘPCA DYREKTORA  
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

*mgr Agnieszka Ogonowska*