



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, <http://www.szpitalwyszkow.pl/>

Wyszaków, dnia 1/06/2018

**DEZ/Z/341/ZP- 16/2018**

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:  
Dostawa implantów ortopedycznych do SPZZOZ w Wyszkanie.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

**Pytanie 1: Pakiet nr 9: Poz. 2 .** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Gwóźdź Rush'a: średnica od 2,5 – 5,0 mm, długość od 50 – 300 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 2: Pakiet nr 9: Poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Drut do cerklarzu: średnica od 0,45 – 1,5 mm, długość 5 m.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 3: Pakiet nr 10: Poz. 2.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące, średnicy 6,5 mm, długości od 30 – 120 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 4: Pakiet nr 10: Poz. 3.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręty kostkowe samogwintujące, średnicy 4,5 mm, długości od 25 – 80 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 5: Pakiet nr 10: Poz. 4.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręt kaniulowany samogwintujący, średnicy 4,5 mm, długości od 20 – 74 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 6: Pakiet nr 10: Poz. 5.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Wkręt kaniulowany samogwintujący, średnicy 7,0 mm, długości od 50-120 mm.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 7: Pakiet nr 10: Poz. 7.** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie Płytki 1/2 rurka, 1x10 mm, otwory pod wkręty o średnicy 4,5 mm, długości od 71 – 167 mm, ilość otworów od 4 – 10.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie 8: Pakiet nr 3: Poz. 1-2; 7-13:** Z uwagi na niewielkie ilości do zakupu, czy Zamawiający odstąpi od wymogu utworzenia magazynu buforowego i dostarczenia instrumentarium w ramach ww. pakietu w zamian za dowóz implantów wraz z instrumentarium do konkretnego zabiegu na podstawie przesłanego zamówienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 9: Pakiet nr 3: Poz. 3-6:** Czy Zamawiający zgodzi się doprecyzować, że asortyment, taki jak: wkręty i drut do cerkarzu oraz wiertła jednorazowe sterylne będą dostarczane sukcesywnie na podstawie

składanych zamówień? Zwyczajowo ww. asortyment sprzedawany jest na bieżące zamówienia w związku z powyższym prosimy o przychylenie się do naszej prośby.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Zapytania dotyczące w/w postępowania dot. wzoru umowy:**

**Pytanie 10: Czy Zamawiający zmieni termin określony w §4 ust. 2 i 3 z „... godzin” na „...dni robocze”?** Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 11: Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust 1, iż reklamacje mogą być składane nie później niż 1 rok od dokonania zakupu?** W przypadku części wyrobów medycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami może nie zostać określona data ważności towaru. Z uwagi na powyższe koniecznym jest dookreślenie daty granicznej w której to jest możliwość składania reklamacji.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 12: Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 3, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?** Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 13: Czy Zamawiający dookreśli, iż w przypadku wysłania wezwania do zapłaty w trakcie trwania umowy, odsetki za zwłokę w zapłacie mogą być naliczane zgodnie z kodeksem cywilnym (§9 ust. 2)?** Obecny zapis jest sprzeczny z postanowieniami kodeksu cywilnego art. 359 i nast.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 14: Czy Zamawiający doda zapis w §10 ust. 4, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami?** Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczymi określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 15: Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §11 ust. 1 lit c z 5% na 0,5% oraz usunie lit. e lub dookreśli katalog nienależytego wykonania?**

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obciążone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej na podstawie przepisu art.353<sup>1</sup>k.c. w zw. z art. 58 § 1 k.c.

Żądanie kar umownych jedynie od wykonawcy oraz jednoczesne umniejszanie odpowiedzialności Zamawiającego nie znajduje żadnego uzasadnienia w charakterze stosunku prawnego łączącego strony w tej umowie. Takie działanie Zamawiającego jest niedopuszczalne. Zamawiający, korzystając w

sposób nieuprawniony ze swojej silniejszej pozycji w ramach postępowania, narzuca treść umowy (w odniesieniu do wysokości kar umownych) w sposób sprzeczny z przeznaczeniem swojego prawa, dlatego takie działanie nie może korzystać z ochrony prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 16:** Czy Zamawiający dookreśli w §13, iż rozpoczęciem drogi polubownego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zapłaty za dostarczony towar będzie przesłanie wezwania do zapłaty? Obecny zapis wymaga doprecyzowania w celu prawidłowej realizacji umowy. Jednoznacznie brak jest przesłanek do tego aby występowała potrzeba przeprowadzania oddzielnego postępowania w części dotyczącej ustalenia terminu zapłaty za dostarczony towar.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 17:** Czy Zamawiający z uwagi na obowiązujące od 25.05.2018r. przepisy dot. ochrony danych osobowych (RODO) prześle projekt umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych?

**Odpowiedź: Nie, bowiem Wykonawca nie ma dostępu do danych pacjentów.**

**Pytanie 18: do Umowy:** Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia § 11 ust. 1 lit. c) wzoru umowy na następujące: „za opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 4 ust.2, z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca- w wysokości 2% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 19:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. Płyty do dalszego końca kości promieniowej ze zmiennokątowym blokowaniem dopuści możliwość zaferowania płytki według własnych rozwiązań konstrukcyjnych tj. w głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4) wielokątowo z odchyleniem kierunku prowadzenia śruby o osi o 15 st., otwory blokowane z gwintem stożkowym, zamiast otworów w głowie płyt zbudowanych z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 20:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. Płyty do dalszego końca kości promieniowej ze zmiennokątowym blokowaniem dopuści możliwość zaferowania:

- płytka dłoniowa specjalistyczna anatomiczna, wielopoziomowa o dł. od 47 do 77 mm zamiast od 49 do 70 mm oraz od 42 do 72 mm zamiast od 42 do 70mm.
- płyta dłoniowa pozastawowa z 5 otworami w głowie zamiast od 4-5 otworów
- płyta grzbietowa typu L w długościach od 32-53 mm zamiast od 37-51 mm oraz 33-55 mm zamiast 41-55 mm
- płyta grzbietowa typu T w trzonie od 3-4 otworów zamiast 3-5, w dł. 42-52 mm zamiast 37-51 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 21:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. Płyty anatomiczna do trzonu i dalszej części kości udowej dopuści możliwość zaferowania:

- płyty prostej wąskiej o dł. 44-404 mm zamiast 44-440 mm
- płyty prostej szerokiej długość od 5 do 18 otworów zamiast od 6 do 24 otworów – od 103 do 350 mm zamiast od 116 do 440 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 22:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. System płytowy do korekcji Hallux-Valgus dopuści możliwość zaferowania: Płytką do Halluxa z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytką w kształcie litery T, skośna. W części nasadowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W części trzonowej płytki 2 otwory stożkowe gwintowane do śrub blokowanych 2,4 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Część trzonowa wyposażona w trapezowy klin o zmiennej wysokości. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi 2,4 mm. Wysokość klina od 0 do 7 mm. Materiał: stal lub tytan.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23:** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. Mini płyty do stopy** dopuści możliwość zaferowania płyt pod śruby 2,4 mm zamiast 2,0/2,4mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 24:** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5 poz. Mini płyty do stopy** dopuści możliwość zaferowania różnych płyt: płyta prosta szeroka – 5-6 otworów dł. 51-66 mm, płyta rekonstrukcyjna – 3-10 otworów dł. 54-124 mm, płyta T szeroka 3 / 2-7 otworów dł. 35-92 mm, płyta T wąska 2 / 2-4 otwory dł. 35-61 mm, płyta L 2 / 2-4 otwory dł. 37-62 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 25:** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** dopuści możliwość zaferowania śruby korowej 2,4 mm zamiast 2,0 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 26:** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** dopuści możliwość zaferowania śruby blokowanej 2,4 mm zamiast 2,0 mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 27:** Czy Zamawiający w **Pakiecie nr 5** dopuści możliwość zaferowania implantów wykonanych ze stali lub z tytanu?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 28:** Ze względu na zróżnicowane ceny, zwracamy się z prośbą o sprecyzowanie w **Pakiecie nr 9 poz. 1** jaką część stanowić będą druty Kirschnera gwintowane?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 29:** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu depozytu (banku) implantów drobnych i zgodzi się na zapis o dostawach sukcesywnych na zamówienie w przypadku implantów drobnych, tj. wkrętów, drutów, podkładek ujętych w **Pakiecie 9 i 10**?

Implanty z wymienionych pozycji wchodzi w skład tzw. „implantów drobnych”, których to nie umieszcza się w depozycie, w związku z tym prosimy o odstąpienie od depozytu w/w asortymentu na rzecz dostaw sukcesywnych. Związane jest to również z tym, że prawidłowe rozliczenie wyrobów medycznych polega na dokładnym podaniu numeru serii oraz numeru katalogowego implantów zużytych w trakcie zabiegu, co przez drobne gabaryty w warunkach sali operacyjnej jest trudne do zrealizowania - dlatego w praktyce są one sprzedawane na podstawie tradycyjnych zamówień.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 30: Pakiet nr 3 poz. 1-13:** Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 3 poz. Nr 1-13 następujący opis parametrów:

1	Płytki prosta kompresyjna blokowana. 2-20 otworów – kompresyjnych i blokowanych poprzez gwintowane zaślepki pozwalające na wprowadzenie śruby blokowanej. Posiadająca 2 otw. pod druty Kirschnera do tymczasowego pozycjonowania płytki. Do otworów blokowanych wkręty 4.0mm lub 5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe 3,5 lub 4,5mm z łbem kulistym. Materiał: Stal
2	Płytki kształtowa blokowana, kształtu X, do zespożeń kości stopy. Płytki w trzech długościach. Posiadająca 4 otwory blokowane umożliwiające kątowe wprowadzenie wkrętów +/- 15 stopni w każdym kierunku. Do otworów blokowanych wkręty korowe blokowane o średnicy 2,7mm lub 3,5mm. Blokowanie polega na wytworzeniu gwintu w otworze płytki przez gwintowany łeb śruby. Wszystkie wkręty z gniazdami typu gwiazdka. Materiał: Stop Tytanu

3	Wkręt do cerklarzu, o średnicy Ø 4 mm. Materiał: Stal
4	Wkręt do cerklarzu, o średnicy Ø 5,0 mm. Materiał: Stal
5	Drut do cerklarzu, materiał stal
6	Wiertła jednorazowe sterylne do usuwania wkrętów
7	Stalowa płyta przezkrętarsza sterylna. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, 135°, 140°, 145° i 150°. Długość poprzeczki 38 mm lub 25 mm. Ilość otworów w płycie: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 12. Długości płyty: 47, 63, 79, 95, 111, 143, 175, 207 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm
8	Stalowa płyta kondylarna sterylna. Kąt nachylenia 95°. Długość poprzeczki 25 mm. Ilość otworów w płycie: 6, 8, 10, 12 i 14. Długości płyty: 111, 143, 175, 207 i 239 mm. Możliwość gwintowania otworów w płycie poprzez wkładki gwintowane pod śruby blokowane ø 5.0 mm
9	Płytki nakrętarsze, stabilizująca krętarsz. System wykonany ze stali nierdzewnej.
10	Śruba główna ciągnąca stalowa, sterylna ø13 mm lub ø15 mm, dł. śruby 50-130 mm, dł. gwintu 22 mm
11	Śruba kompresyjna stalowa, sterylna o długości 32.3 mm
12	Śruba blokowana stalowa ø 5.0 mm, dł. 14-95 mm
13	Śruba korowa stalowa ø 4.5 mm, dł. 14-110 mm

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

**Pytanie nr 31: Pakiet nr 8:** Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wyrazi zgodę na dostarczanie implantów wraz z instrumentami na zasadzie Loaner Set tj. każdorazowo do zabiegu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 32: Pakiet nr 8:** W przypadku wyrażenia zgody na dostawy na zasadzie Loaner Set czy Zamawiający zmodyfikuje sposób oceniania ofert na termin dostarczenia zestawu na zabieg?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 33: Zapisy umowy:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kary, o której mowa w §11 ust. 1c) do 1% wartości niedostarczonego w terminie zamówienia, za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 34: Zapisy umowy:** Czy Zamawiający może wyjaśnić czy kara wymieniona w §11 ust. 1e) to kara za inne przypadki nienależytego wykonania lub niewykonania umowy niż wymienione w pozostałych punktach §11 czy też kary będą podlegały zsumowaniu?

**Odpowiedź:** Kara wymieniona w §11 ust. 1e) to kara za inne przypadki nienależytego wykonania lub niewykonania umowy niż wymienione w pozostałych punktach §11. **Tak.**

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert nie ulega zmianie i jest do **dnia 5/06/2018 do godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **5/06/2018 roku o godz. 10:15**.

