



**SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,
e-mail: kancelaria@szpital-wyszkow.com.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 28/08/2018

DEZ/Z/341/ZP- 32/2018

**Dotyczy: Przetargu nieograniczonego w przedmiocie:
Dostawa sprzętu medycznego do SPZZOZ w Wyszowie
dla potrzeb Oddziału Neonatologicznego.**

W odpowiedzi na wniesione zapytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawa prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dotyczące powyżej wskazanego przetargu Zamawiający udziela poniżej podanych odpowiedzi:

Zadanie nr 2

Pytanie 1: Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji wysokości od 110 cm do 152 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2: Pkt. 3 Prosimy o dopuszczenie lampy z zasilaniem 220-240 V 50/60Hz,

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3: Pkt. 3.1 Prosimy o dopuszczenie lampy o mocy 90W

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4: Pkt. 4 Prosimy o dopuszczenie długości fali w zakresie 450-470 nm

Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5: Pkt. 5

Prosimy o dopuszczenie 5 stopniowej regulacji intensywności naświetlania:

- 20 uW /cm²/ nm
- 40 uW /cm²/ nm
- 60 uW /cm²/ nm
- 80 uW /cm²/ nm
- 100 uW /cm²/ nm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6: Pkt. 6 Prosimy o dopuszczenie światła białego o intensywności 1100 lux

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7: Pkt. 9 Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogu trybu odzwyczajania zaoferowanie lampy z 5 stopniową regulacją intensywności naświetlania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8: Pkt. 10 Prosimy o dopuszczenie wymiarów lampy: 350x200x90 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 9: Pkt. 11 Prosimy o dopuszczenie lampy o wadze 1,8 kg.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10: Pkt. 12 Prosimy o dopuszczenie lampy z panelami diodowymi o żywotności 20 tys. godzin, w przypadku zaoferowania w kpl. 2 zapasowych paneli, gwarantujących łączny czas eksploatacji na poziomie 60 tys. godzin

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 11: Pkt. 13 Prosimy o dopuszczenie lampy z wbudowanym wentylatorem, z poziomem hałasu ≤ 40 db.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Zadanie nr 2

Pytanie 13: Pkt. 2 Prosimy o dopuszczenie zakresu regulacji wysokości od 135 cm do 165 cm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pakiet 2

Pytanie 14: Czy Zamawiający dopuści Lampa do fototerapii uznanej na rynku światowym Amerykańskiej firmy Natus model NeoBluCompact o parametrach:

| | |
|--|---|
| Lampa do fototerapii NATUS neoBLUEcompact | |
| Źródło światła -12 diod super LED niebieskie, | Zamawiający dopuszcza. |
| Źródło światła -9 diod super LED białe | Zamawiający dopuszcza. |
| Długość fali : światło niebieskie o wartości szczytowej od 450 do 470 nm | Zamawiający dopuszcza. |
| Światło białe ok. 10 000 lux/ 35 cm | Zamawiający dopuszcza. |
| Do wyboru 2 natężenia promieniowania: | Zamawiający dopuszcza. |
| - niskie/standardowe $15 \pm 2 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ | |
| wysokie/intensywne $35 \pm 2 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ | |
| Wskaźnik natężenia światła $> 0,4$ (stosunek natężeniain do max) | Zamawiający dopuszcza. |
| Powierzchnia efektywnego naświetlania 29x25, $> 700 \text{ cm}^2$ | Zamawiający dopuszcza. |
| możliwość naświetlania dużej powierzchni ciała dziecka | Zamawiający dopuszcza. |
| łatwe przełączanie przyciskiem z niskiego natężenia $15 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ na wysokie $> 35 \mu\text{W}/\text{cm}^2/\text{nm}$ | Zamawiający dopuszcza. |
| łatwa regulacja pozycji lampy poziomo i pionowo konta | Zamawiający dopuszcza. |
| Żywotność diod LED $> 40\ 000$ h | |
| Możliwość umieszczenia na dodatkowym ramieniu z możliwością rotacji | Zamawiający dopuszcza. |
| Możliwość umieszczenia głowicy lampy bezpośrednio na inkubatorze bez dodatkowych uchwytów, za pomocą przysawek | Zamawiający dopuszcza. |
| łatwe przełączanie pomiędzy światłem niebieskim a białym | Zamawiający dopuszcza. |
| Licznik czasu naświetlania na panelu lampy | Zamawiający dopuszcza. |
| Licznik całkowitego czasu pracy lampy | Zamawiający dopuszcza. |
| Niski poziom hałasu - < 40 dB | Zgodnie z SIWZ. |
| Niewielkie wymiary lampy: | |
| Waga | Zamawiający dopuszcza. 1,2 kg głowica |
| | 1,8 kg ramię |
| | 10,9 kg statyw na kółkach |
| Statyw na kółkach | |
| Wysokość panela od podłogi | regulowana od 1,24 m do 1,57 m Zamawiający dopuszcza. |
| Podstawa | 5 nóg z blokowanymi kółkami samonastawnymi, min. 2 Zamawiający dopuszcza. |

Pytanie 15: Czy zamawiający oczekiwał by od lampy możliwości wypięcia ze statywu i przymocowania lampy za pomocą przysawek bezpośrednio na inkubatorze zamkniętym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż termin składania ofert ulega zmianie i jest do **dnia 31/08/2018 do godz.10:00**. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu **31/08/2018 roku o godz. 10:15**.

ZASTĘPCA DYREKTORA
DS. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH

mgr Agnieszka Ogonowska

-2-

