

Wyszków, dnia 8/05/2018 r.

DEZ/Z/341/ZP- 9/2018

### INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r poz.1579 z późn. zm.) w przedmiocie: **Dostawa aparatu RTG do SPZZOZ w Wyszkowie w ramach projektu „Wyposażenie SPZZOZ w Wyszkowie w nowoczesną aparaturę medyczną”, nr konkursu RPMA.06.01.00-IP.01-14-065/17, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, nr procedury DEZ/Z/341/ZP- 9/2018, Zamawiający dokonał wyboru:**

- oferty nr 1 złożonej przez **PC Paweł Cebulak**, os.Zgody 7/9, 91-949 Kraków: łączna wartość brutto **285.000 zł; Jakość wg parametrów aparatu podlegające ocenie punktowej:**
  - 1. Minimalna wysokość blatu stołu w pozycji poziomej dla aparatu zamontowanego na powierzchni podłogi  $\geq 70$  cm:
    - 69 cm: **3 pkt**
  - 2. Zakres pochylenia stołu  $\geq$  od  $+90^\circ$  do  $-20^\circ$ :
    - od  $+90^\circ$  do  $-30^\circ$ : **10 pkt**
  - 3. Maksymalna szybkość pochylania stołu  $\geq 5^\circ/\text{s}$ :
    - $6^\circ/\text{s}$ : **3 pkt**
  - 4. Max. prędkość przesuwu wzdłużnego stołu lub układu lampa – wzmacniacz obrazu/kaseta  $\geq 5$  cm/s:
    - 5 cm/s: **0 pkt**
  - 5. Silnikowy przesuw poprzeczny stołu  $\geq 20$  cm:
    - 22 cm: **3 pkt**
  - 6. Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi  $\geq 40$  l/cm:
    - 60 l/cm: **2 pkt**
  - 7. Prędkość akwizycji dla zdjęć seryjnych w radiografii cyfrowej w matrycy 1024x1024x12 bit min. 5 obr./sek:
    - 7,5 obr./sek: **3 pkt**
  - 8. DSA w czasie rzeczywistym min. 5 obr./sek:
    - 7,5 obr./sek: **2 pkt**
  - 9. Częstotliwość min. 40 kHz:
    - 50 kHz: **2 pkt**
  - 10. Zakres prądów dla grafii min. 10-800mA:
    - 10-1000mA: **3pkt**
  - 11. Moc małego ogniska min. 30 kW:
    - 38 kW: **2 pkt**
  - 12. Moc dużego ogniska min. 85 kW:
    - 92 kW: **2 pkt**
  - 13. Szybkość chłodzenia anody min. 130 kHU/min:
    - 135 kHU/min: **2 pkt**
- RAZEM: 37 pkt.**

### UZASADNIENIE.

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 9/05/2018 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszkowie.

Oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1. **PC Paweł Cebulak**, os. Zgody 7/9, 91-949 Kraków: aparat RTG w ilości 1 sztuki za łączną wartość brutto **285.000 zł**; Jakość wg parametrów aparatu podlegające ocenie punktowej: 37 pkt → kryterium cena 60 pkt; **RAZEM: 97pkt.**

Cecylia Domżała  
Dyrektor SPZZOZ w Wyszkowie

  
Samodzielny Publiczny Zespół  
Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Wyszkowie

mgr Cecylia Domżała