



**SAMODZIELNY PUBLICZNY  
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ  
W WYSZKOWIE**



07-200 Wyszaków  
ul. Komisji Edukacji Narodowej 1

Kancelaria tel.: (29) 743 76 11, fax: (29) 743 76 05,  
e-mail: kancelaria@szpitalwyszkow.pl, http://www.szpitalwyszkow.pl/

Wyszaków, dnia 06/02/2019 r.

DEZ/P/3410/20/2019/MJ

**INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA**

W niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r poz.1986) w przedmiocie: **Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych z możliwością rozdziału krwinek białych na 5 populacji 5 diff do SPZZOZ w Wyszakowie** Zamawiający dokonał wyboru:

a) oferty nr 1 złożonej przez Sysmex Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa:

- wartość całości zamówienia w okresie 24 m-cy wraz z opłatą za dzierżawę 2 analizatorów hematologicznych **brutto 88 243,20 zł**,
- kryterium jakościowe:

Lp.	Parametr oceniany	TAK/NIE
1	Liniowość dla PLT zaczynająca się od 0	TAK
2	Objętość aspiracji poniżej 25 mikrolitrów	TAK
3	Oba analizatory z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowym	NIE
4	Metoda rozdziału WBC fluorescencyjna cytometria przepływowa	TAK

**UZASADNIENIE**

W niniejszym postępowaniu złożono jedną ofertę, której cena mieści się w kwocie jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą nastąpi z dniem 21/02/2019 roku w siedzibie SPZZOZ w Wyszakowie.

W niniejszym postępowaniu oferty złożyli:

1. **Sysmex Polska Sp. z o.o.**, Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa,
  - wartość całości zamówienia w okresie 24 m-cy wraz z opłatą za dzierżawę 2 analizatorów hematologicznych brutto 88 243,20 zł, → **kryterium cena 60 pkt**,
  - kryterium jakościowe → **30 pkt**,

Lp.	Parametr oceniany	TAK/NIE	Liczba punktów
1	Liniowość dla PLT zaczynająca się od 0	TAK	10
2	Objętość aspiracji poniżej 25 mikrolitrów	TAK	10
3	Oba analizatory z wbudowanym kolorowym ekranem dotykowym	NIE	0
4	Metoda rozdziału WBC fluorescencyjna cytometria przepływowa	TAK	10

**RAZEM 90 pkt.**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNYCH  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów  
Opieki Zdrowotnej w Wyszakowie  
mgr Agnieszka Ogonowska